



BELGELENDİRME
VE GÖZETİM
HİZMETLERİ

OTOKLAV MUAYENE RAPORU

ROYALCERT BELGELENDİRME VE GÖZETİM HİZMETLERİ A.Ş.

GENEL BİLGİLER				
Firma Adı			Telefon	
Muayene adresi			E-posta	
Periyodik Kontrol Tarihi		Takip Kontrol Tarihi	Bir Sonraki Periyodik Kontrol Tarihi	
Rapor Tarihi		Rapor No	Kontrol Başlangıç Saati	
İSG-Kâtip sözleşme ID		İşyeri SGK Sicil No	Kontrol Bitiş Saati	
Periyodik Kontrol Metodu	TS EN 285+A1: Sterilizasyon - Buhar sterilizatörleri- Büyük sterilizatörler TS EN 13060+A1: Küçük buhar sterilizatörleri			
İŞ EKİPMANINA AİT ETİKET BİLGİLERİ VE TESPİT EDİLEN BİLGİLER				
Cihaz Adı	Cihaz Markası	Cihaz Kodu/Seri No	Kalibrasyon Tarihi	
İŞ EKİPMANINA AİT ETİKET BİLGİLERİ VE TESPİT EDİLEN BİLGİLER				
Markası		Sıcaklık göstergesi sayısı / skala büyüklüğü (adet/°C)	/	
Modeli/Tip		Seviye göstergesi sayısı / tipi (adet)	/	
Seri no		Emniyet ventili sayısı / açma basıncı (adet/bar)	/	
İmal yılı		Presostat sayısı (adet)		
Hacim (L)		Dahili buhar jenarotörü / marka / kapasite (kW)	☐ Var ☐ Yok / /	
Azami çalışma basıncı (bar)		Dahili su tankı	☐ Var ☐ Yok	
Otoklav odası ölçüleri (yxgxd)(mm)		Conta sistemi	☐ Havalı ☐ Buharlı	
Kullanım yeri/amacı		Alarm aygıtı	☐ Sesli ☐ Görsel	
Manometre sayısı / skala büyüklüğü (adet/bar)	/	İşletme basıncı (bar)		
Vakummetre sayısı / skala büyüklüğü (adet/bar)	/	Test basıncı (bar)		
Tipi	☐ DİK	☐ YATIK		
TEST DEĞERLERİ				
Azami Yılda Bir Yapılan Son Test Tarihi		Azami Üç Yılda Bir Yapılan Son Test Tarihi		
Hidrostatik Test Basıncı (Bar)		Emniyet Valfi Test Basıncı (Bar)		
MUAYENE KRİTERLERİ VE TESTLER		D	MUAYENE KRİTERLERİ VE TESTLER	
A. OTOKLAV EKİPMANLARI		D. GÖSTERGELER		
1. Kapı contası ve değiştirilebilir olması		12. Kapı/kapılar kilitli işareti göstergesi		
2. Kapı/kapılar ve kilitleri		13. İşlemden işareti göstergesi		
3. Blöf vanası (boşaltma musluğu)		14. Çevrim tamamlandı işareti göstergesi		
B. OTOKLAV ODASI		15. Hata işareti göstergesi		
4. Otoklav üzerinde üretim sonrası kaynak işlemi		16. (varsa) Zamanlayıcı (60 L ve üstü için)		
5. Otoklav üzerinde bir noktada ikiden fazla kesişen kaynak dikişi (izolasyonlu tanklarda uygulanmayacak)		17. Çevrim sayacı (60 L altı için)		
6. Otoklav üzerinde yama kaynağı		E. EMNİYET CİHAZLARI		
7. Otoklav gövdesi ve yardımcı donanımları üzerinde aşınma, ezilme, korozyon vb. deformasyon		18. Emniyet ventili ;Doğrudan doğruya ve düşey konumda bağlantı		
C. ÖLÇÜM CİHAZLARI		19. Emniyet ventili çıkış borularının güvenli şekilde tahliye edilmesi		
8. Manometre ; Doğrulama ve en yüksek çalışma basıncının kırmızı renk işaretlemesi (otoklav odası, gömlek ve buhar üretici basıncı)		20. Basınç sınırlama cihazı (presostat) (doğrudan doğruya bağlantı ve sınır değerlerin ayarlanması)		
9. Manometre ; Skala büyüklüğü ve gerekiyorsa titreşime karşı koruma		21. Sıcaklık sınırlama cihazı (termostat)		
10. Sıcaklık ölçüm cihazı (termometre) (otoklav odası sıcaklığı)		F. DİĞER KONTROLLER		
11. Vakum basınç göstergesi (vakummetre) (vakum işlemi içerdiğinde)		22. İzolasyon		
		23. Sesli ikaz		
		24. Üretici etiketi		
		25. Kilitlenebilir ana şalter (ana şalter pano içerisinde ise kilitlenebilir pano veya kilitlenebilir otomat olabilir)		
		26. Bakım onarım kayıtları, işletme talimatı ve el kitabı vb.		
Kontrol formunda "D" Değerlendirme, "U" Uygun, "UD" Uygun Değil, "U.Y" Uygulaması Yok anlamında kullanılmıştır				
H. TEST, DENEY VE MUAYENE				
27. Hidrostatik deney (otoklav..... °C su ile bar basınçta, dk test altında tutuldu)				
28. Emniyet ventili deneyi (..... bar)				
29. Tahratsız Muayene (Genel gözle muayene, ultrasonik kalınlık ölçümü, manyetik parçacık testi/ penetrant testi)				
KUSUR AÇIKLAMALARI				
NOTLAR				
SONUÇ VE KANAAT				

İçerenköy Mah. Karaman Çiftlik Yolu Cad. Kar Plaza E Blok Kat:13 Ataşehir/İSTANBUL Tel: 0216 6880910 E-mail: info@royalcert.com Web: www.royalcert.com

Muayene sonuçları sadece talep edilen hizmet veya muayene edilen ürün/parti veya proses ile ilgili olup, başka hizmet veya muayene edilmeyen ürün/ parti veya proses için geçerli değildir. Muayene raporları Royalcert Belgelendirme ve Gözetim Hizmetleri A.Ş. ve müşterinin onayı olmaksızın kısmi olarak veya tamamen kopya edilip çoğaltılamaz. İmzasız raporlar geçersizdir.



BELGELENDİRME
VE GÖZETİM
HİZMETLERİ

OTOKLAV MUAYENE RAPORU

ROYALCERT BELGELENDİRME VE GÖZETİM HİZMETLERİ A.Ş.

Yukarıda teknik özellikleri belirtilen ekipmanın kullanılması UYGUNDUR/SAKİNCALIDIR.

PERİYODİK KONTROLÜ YAPMAYA YETKİLİ KİŞİ BİLGİLERİ		ONAYI (İMZASI)
Adı Soyadı		
Mesleği		
Dip. Tar. ve No.		
Kalıcı Kayıt No		