

FLOW CHART : 5 WHY's

INSIDEN

Pasien Jatuh



MASALAH (CMP/SDP)

Pasien merangkak melewati sela-sela *side rails* yang sudah terpasang sehingga pasien terjatuh



**PENYEBAB LANGSUNG
(IMMEDIATE / PROXIMATE
CAUSE)**

1	Penggunaan Bed Pasien yang Tidak Sesuai
2	Keluarga Tertidur saat Pasien Terjaga
3	Keluarga Kurang Memahami terhadap Pencegahan Risiko Jatuh
4	SPO Manajemen Risiko Jatuh Sedang pada Anak/Bayi tidak dilaksanakan
5	Kurangnya Pemahaman Staf Perawat terkait Manajemen pada Pasien Anak dengan Risiko Jatuh Rendah



AKAR MASALAH (ROOT CAUSE)

Kurangnya Pemahaman Staf Perawat terkait Manajemen pada Pasien Anak dengan Risiko Jatuh Rendah



FAKTOR KONTRIBUTOR
Komponen
Sub Komponen

A	Faktor Staf
1	Faktor Kognitif
	a. Persepsi/Pemahaman

REKOMENDASI

1 Sosialisasikan pada Staf Perawat terkait SPO Manajemen pada Pasien Anak dengan Risiko Jatuh Rendah di Rumah Sakit

TINDAKAN

1 Mensosialisasikan pada staf perawat terkait SPO Manajemen pada Pasien Anak dengan Risiko Jatuh Rendah di Rumah Sakit

2 AKAR MASALAH (ROOT CAUSE)

Penggunaan Bed Pasien yang Tidak Sesuai

FAKTOR KONTRIBUTOR
Komponen
Sub Komponen

B Faktor Lingkungan
1 Lingkungan Fisik/Infrastruktur
a. Alat (Bed Pasien) Tidak Sesuai Kategori Pasien
b. Side rails tidak berfungsi optimal sebagai pengamanan

REKOMENDASI

1 Sediakan Bed Pasien untuk Anak/Bayi dengan side rails lebih rapat
2 Sediakan bantalannya yang berfungsi menutup side rails yang
3 Koordinasi dengan Manajemen terkait rekomendasi 1 dan 2

TINDAKAN

1 Menyediakan bed pasien untuk Anak/Bayi
2 Menyediakan bantalannya yang berfungsi sebagai penutup side rails
3 Mengkoordinasikan dengan Manajemen terkait rekomendasi 1 dan 2

