

[별표 4]

검사 또는 측정에 관한 서류 (제14조 관련)

| 기 록 사 항                                                                                                          | 보 존 기 간          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 1. 안전관리규칙 제8조 제1항의 규정에 의한 검사 또는 측정에 관한 서류<br>가. 진단용방사선발생장치의 검사성적서<br>나. 방사선방어시설의 검사성적서<br>다. 방사선관계종사자의 피폭선량측정성적서 | 5년<br>10년<br>30년 |
| 2. 별표3과 관련된 검사·측정에 필요한 기기의 정도관리에 관한 서류<br>가. 기준장비 이력부<br>나. 검사장비 이력부<br>다. 측정장비 이력부<br>라. 판독 및 선량보증절차서           | 당해장비의 폐기시까지      |
| 3. 제10조 제1항 제2호에 관련된 자료 및 결과서                                                                                    | 5년               |
| 4. 제10조 제2항 제1호, 제2호, 제3호 및 제4호에 관련된 자료 및 기록부                                                                    | 3년               |
| 5. 제11조 제1항의 기준 및 시험장비의 정도관리기록부                                                                                  | 3년               |
| 6. 제9조 제1항에 관련된 자료                                                                                               | 당해업무 폐업시까지       |