

[별표 1]

검사·측정기관의 시설기준(제5조 관련)

기관	분 야	시 설	기 준 장 비	검 사 장 비
검사 기관	진단용엑스선장치 진단용엑스선발생기 치과진단용엑스선 발생장치 유방촬영용장치 전산화단층촬영장치	1. 별표 3에서 규정하 는 기준장비 및 검사용 장비의 관리실 2. 기준장비와 검사장비 를 비교측정할 수 있는 시험실 (5m×3m이상) 3. 기준장비와 검사장비 를 비교측정하기 위한 적절한 설비 및 방사선 차폐시설 4. 품질관리를 위한 X- 선발생장치 5. 기준장비 및 검사용장 비의 관리실의 적절한 환 경설비(온습도기록계 비 치 등)	1. 외장누설전류계 2. 조사선량(율) 측정기 3. 관전압측정기 4. 관전류측정기 5. 조사시간측정기 6. 조도계 7. mAs 측정기	1. 외장누설전류계 (1,000±10Ω, 0.15±0.075μF) 2. 조사선량(율)측정기 3. 관전압측정기 4. 관전류측정기 5. 조사시간측정기 6. 조도계 7. mAs 측정기 8. 단층두께측정용 팬텀 9. 전산화단층촬영장치팬텀(전신, 두부) 10. 전산화단층촬영장치 선량측정용 팬텀(전신, 두부) 11. 스토리지형 오실로스코프 12. 멀티미터 13. 알루미늄 감약벽돌(20×20×3.8cm) 또는 (20*20*1.9cm)×2 14. 표준유방팬텀 15. 1인치 두께의 아크릴시트 (카세트 크기보다 큰 것) 16. 유방촬영용 조사선량 측정기 17. 알루미늄 시트(반가층 측정용) 18. 분해능 및 감도 측정기
	방사선방어시설		1. 누설선량측정용 조사선량(율)계 2. 1차선측정용 조사선량(율)계	1. 누설선량측정용 조사선량(율)계 2. 1차선측정용 조사선량(율)계 3. 워터 팬텀(water phantom) ① (30*30*30cm) ② (20*20*20cm) 4. 전산화단층촬영장치팬텀(전신) 5. 표준유방팬텀 6. 줄자 7. 온도계 8. 기압계
측정 기관	필름배지	1. 선량계교정시설 2. 자동화된 필름 현상실 3. 자동화된 필름 농도측정시설 4. 필름보관시설 5. 환경설비(온습도기록 계 비치)	1. 필름현상탱크 2. 필름흑화도(농도)측정기 3. 필름건조기 4. 표식장치	
	티·엘배지 등	1. 선량계교정시설 2. 측정시설 3. 환경설비(온습도기록 계 비치)	1. 판독기 2. 부판독기 3. 재생처리장비 및 기록장비	
* 측정기관의 시설 중 선량계교정시설은 「원자력안전법」 제78조 규정에 의하여 판독업무자 등록을 한 기관은 제외할 수 있다. * 진단용방사선발생장치 검사분야에 따른 시험장비 구비기준 1)진단용엑스선장치: 검사장비중 9, 10 및 14 내지 17의 장비는 제외할 수 있다. 2)진단용엑스선발생기: 검사장비중 8 내지 10 및 14 내지 17의 장비는 제외할 수 있다. 3)치과진단용엑스선발생장치: 기준장비중 6 및 7의 장비와 검사장비중 6 내지 10 및 13 내지 17의 장비는 제외할 수 있다. 4)유방촬영용장치: 검사장비중 9 및 10의 장비는 제외할 수 있다. 5)전산화단층촬영장치등: 기준장비중 1 및 4 내지 6의 장비 및 검사장비중 1, 4, 5, 6, 8과 13 내지 17의 장비는 제외할 수 있다. 6) 기준장비와 동일한 검사장비를 모두 국가표준측정대표기관이나 국가교정기관으로부터 교정을 실시하는 경우에는 기준장비를 검사장비로 사용할 수 있다.				