

[별표 3]

기록 비치 사항(제15조 관련)

기록 사항	기록시기	보존기간
가. 치료용 방사선기기의 유지보수 및 사용 기록 1) 방사선기기의 보수 및 정비 기록 2) 방사선 치료 일시·장소·목적, 방법, 담당자 및 확인자 성명, 조사선량	보수 및 정비한 때마다 치료한 때마다	5년 5년
나. 치료용 방사선기기에 대한 품질관리에 관한 기록 1) 방사선기기의 품질관리, 담당자 및 확인자 성명 2) 방사선기기 선량 교정에 사용하는 장비의 교정 3) 전문인력의 교육 및 훈련 4) 독립적 품질 감사 수행	수행한 때마다 교정한 때마다 실시한 때마다 수행한 때마다	5년 5년 5년 5년
다. 방사성동위원소 투여 환자의 안전관리에 관한 기록 1) 방사성동위원소 투여량, 투여 일시 2) 치료를 목적으로 방사성동위원소를 투여 받은 환자의 퇴원 일시, 환자별 격리 및 퇴원 방법, 담당자 및 확인자 성명 3) 고시 제12조제1항3호의 경우 환자의 퇴원 후 거주 계획 및 환경에 대하여 환자가 기재하고 서명한 확인서, 피폭 방사선량	투여한 때마다 치료한 때마다 치료한 때마다	5년 5년 5년