

[별표 1]

방사선 종류별 최소 신청범주(제6조 관련)

성능검사 범주	방사선 종류			
	감마	X-선	베타	중성자
I. 고선량, 저에너지 광자 M150		○		
II. 고선량, 고에너지 광자 ^{137}Cs 의 γ 선	○			○
III. 저에너지 광자 ¹⁾ M30, M60, M100, M150, H150		○	○	○
IV. 고에너지 광자 ^{137}Cs 의 γ 선	○			○
V. 베타, $^{90}\text{Sr}/^{90}\text{Y}$, ^{204}Tl			○	
VI. 광자 혼합 방사선장 III 및 IV 항의 혼합	○	○		○
VII. 베타-광자 혼합 방사선장 IV 및 V 항의 혼합	○	○	○	
VIII. 중성자 - 광자 혼합 방사선장 ²⁾				○

[예시] X-선에 대한 최소신청 범주는 I, III, VI 및 VII에 대한 4개 범주임

주 : 1) M30, M60, M100, M150, H150의 특성 및 선량환산인자는 규칙 별표 3 부표와 같음

2) 두께 0.051cm Cd에 둘러싸인 반경 15cm 구형의 D_2O 에 의해 감속된 ^{252}Cf 핵분열 중성자와 ^{137}Cs 의 γ 선과의 혼합 방사선장