

[별표 3]

기록 비치 사항(제15조 관련)

| 기록 사항 | 기록시기 | 보존기간 |
|---|---|---|
| <p>가. 치료용 방사선기기의 유지보수 및 사용 기록</p> <p>1) 방사선기기의 보수 및 정비 기록</p> <p>2) 방사선 치료 일시·장소·목적, 방법, 담당자 및 확인자 성명, 조사선량</p> | <p>보수 및 정비한 때마다</p> <p>치료한 때마다</p> | <p>5년</p> <p>5년</p> |
| <p>나. 치료용 방사선기기에 대한 품질관리에 관한 기록</p> <p>1) 방사선기기의 품질관리, 담당자 및 확인자 성명</p> <p>2) 방사선기기 선량 교정에 사용하는 장비의 교정</p> <p>3) 전문인력의 교육 및 훈련</p> <p>4) 독립적 품질 감사 수행</p> | <p>수행한 때마다</p> <p>교정한 때마다</p> <p>실시한 때마다</p> <p>수행한 때마다</p> | <p>5년</p> <p>5년</p> <p>5년</p> <p>5년</p> |
| <p>다. 방사성동위원소 투여 환자의 안전관리에 관한 기록</p> <p>1) 방사성동위원소 투여량, 투여 일시</p> <p>2) 치료를 목적으로 방사성동위원소를 투여 받은 환자의 퇴원 일시, 환자별 격리 및 퇴원 방법, 담당자 및 확인자 성명</p> <p>3) 고시 제12조제1항3호의 경우 환자의 퇴원 후 거주 계획 및 환경에 대하여 환자가 기재하고 서명한 확인서, 피폭 방사선량</p> | <p>투여한 때마다</p> <p>치료한 때마다</p> <p>치료한 때마다</p> | <p>5년</p> <p>5년</p> <p>5년</p> |