


REGISTRO	
CÓDIGO: F.ST-02	
VERSIÓN: 04	
VIGENCIA: 16 May 2022	
TÍTULO: Desinfección de Instrumentos y Partes	
Referencia: Instalación, Retiro, Entrenamiento de Equipo y Software	

Fecha	
Equipo	
Parte o repuesto	
Serie	
Responsable	

### Paso 1

	GENERAL
Colóquese una bata de laboratorio, gafas de seguridad y guantes	

### Paso 2


	PARTES ELÉCTRICAS Y ÓPTICAS
Seleccione los componentes ópticos electrónicos o sensibles para el tratamiento de desinfección por separado. No aplique cloro a estas partes	

### Paso 3

	PARTES ELÉCTRICAS Y ÓPTICAS	OTRAS PARTES
Elimine el polvo, salpicaduras o residuos secos		

### Paso 4 - 5 - 6 - 7

	GENERAL	OTRAS PARTES
Enjuague todos los ductos hidráulicos antes de desensamblar NOTA: Asegúrese que el líquido no se quede en los ductos.		
Si es posible remueva todos los componentes cortos punzantes del instrumento. NOTA: Si requieren ser cambiados, deposítelos en los guardianes de elementos corto punzantes.		
Limpie las superficies y áreas involucradas con un paño libre de pelusa humedecido con una solución de hipoclorito al 5%. NOTA: Las tarjetas son resistentes al hipoclorito, pero si involucran fuentes de tensión favor no humedecer ni mojar.		
Inmediatamente, eliminar el cloro con un paño sin pelusa humedecido con agua, seguido con un paño seco. NOTA: Sig. a las normas locales del laboratorio.		

REGISTRO	
CÓDIGO: F.ST-02	
VERSIÓN: 04	
VIGENCIA: 16 May 2022	
TÍTULO: Desinfección de Instrumentos y Partes	
Referencia: Instalación, Retiro, Entrenamiento de Equipo y Software	

### Paso 8 - 9

	GENERAL	PARTES ELÉCTRICAS Y ÓPTICAS	OTRAS PARTES
Asegúrese de que las piezas estén completamente secas antes de enviar el equipo al área de revisión o antes de su encendido			
Traslade el instrumento al área de revisión y reparación			

### Paso 10

	PARTES ELÉCTRICAS Y ÓPTICAS
Verifique conexiones y tarjetas eléctricas y electrónicas	

### Paso 11-12

	GENERAL	PARTES ELÉCTRICAS Y ÓPTICAS	OTRAS PARTES
Diligencie el formato de desinfección			
Adjunte el certificado de desinfección a los documentos del instrumento			


### Con la presente certifico que:

He completado los pasos de desinfección para el instrumento en mención. El instrumento se encuentra libre de fluidos corporales y material contaminante.

\_\_\_\_\_  
**Ingeniero de Servicio de Campo**  
 FAMPROJECT CIA. LTDA.

Adjunto evidencia fotográfica.

*Este documento es confidencial, la información contenida en él es propiedad de FAMPROJECT. CIA. LTDA.*

REGISTRO	
CÓDIGO: F.ST-02	
VERSIÓN: 04	
VIGENCIA: 16 May 2022	
TÍTULO: Desinfección de Instrumentos y Partes	
Referencia: Instalación, Retiro, Entrenamiento de Equipo y Software	