

PROCEDIMIENTO OPERATIVO ESTÁNDAR		
CÓDIGO: ST-01-01		
VERSIÓN: 09		
VIGENCIA: 04 Dic 2023		
TÍTULO: INSTALACIÓN, RETIRO, ENTRENAMIENTO DE EQUIPO Y SOFTWARE		Página 1 de 17
Referencia Requisito Legal/Norma Internacional: Lineamientos establecidos por el proveedor		
Ubicación Archivos: Archivo Físico: Original impreso, archivo procedimientos de servicio Archivo Digital: https://drive.google.com/drive/folders/1f6E-QjHVRnXuiK9fkYiH7icqjBW18TE5		

1. OBJETIVO

Normar instalaciones, retiros y entrenamientos del Área de Servicio en la empresa FAMPROJECT CIA. LTDA., para brindar una respuesta oportuna y eficaz a los clientes.

2. ALCANCE

Este documento aplica para la instalación, retiro y entrenamiento de equipos que son propiedad del proveedor, de la empresa y de cliente.

3. DOCUMENTOS Y REGISTROS RELACIONADO

- F.ST-02 Desinfección de Instrumentos y Partes
- F.ST-04 Coordinación de la Fecha Entrenamiento
- F.ST-05 Lista de Asistencia – Entrenamientos
- F.ST-06 Encuesta de Satisfacción de la Capacitación
- F.ST-07 Inspección de Ambiente
- F.ST-08 Evaluación Entrenamiento de Equipos
- F.ST-09 Verificación de Equipos Nuevos
- F.ST-10 Acta de Entrega – Recepción de Equipos y Accesorios
- F.ST-11 Acta de Retiro de Equipos y Accesorios
- F.ST-12 Acta de Conformidad
- F.ST-14 Informe de Instalación
- F.ST-18 Cronograma de Capacitación Personal del Área de Servicio
- F.ST-19 Requerimiento Proceso de Compra
- F.ST-20 Solicitud de Inspección de Ambiente

FIRMAS DE REVISIÓN Y APROBACION		
Elaborado por: A.Fariño	Revisado por: P.Altamirano	Aprobado por: V.Medina
Nombre: Alex Fariño Cargo: Jefe de Servicio Técnico y Aplicaciones Fecha: 30 Nov 2023	Nombre: Pamela Altamirano Cargo: Gerente General Fecha: 01 Dic 2023	Nombre: Verónica Medina Cargo: Responsable Técnica Fecha: 04 Dic 2023

Este documento es confidencial, la información contenida en él es propiedad de FAMPROJECT. CIA. LTDA.

PROCEDIMIENTO OPERATIVO ESTÁNDAR	 FAMPROJECT EQUIPOS Y PRODUCTOS DE LABORATORIO
CÓDIGO: ST-01-01	
VERSIÓN: 09	
VIGENCIA: 04 Dic 2023	
TÍTULO: INSTALACIÓN, RETIRO, ENTRENAMIENTO DE EQUIPO Y SOFTWARE	Página 2 de 17
Ubicación Archivos: Archivo Físico: Original impreso, archivo procedimientos de servicio Archivo Digital: https://drive.google.com/drive/folders/1f6E-QjHVRnXuiK9fkYiH7icqjBW18TE5	

- F.ST-21 Solicitud de retiro de equipo
- ANEXO 1 INSTALACIÓN, RETIRO, ENTRENAMIENTO DE EQUIPO Y SOFTWARE
- ANEXO 2 Etiqueta de Desinfección
- ANEXO 3 Etiqueta de Retiro de Equipos
- ANEXO 4 Certificado Capacitación de Operador
- ANEXO 5 *Reporte de Servicio*

4. RESPONSABILIDADES

- 4.1. Gerente General:** es responsable de aprobar los recursos para el cumplimiento del procedimiento.
- 4.2. Responsable Técnico:** es responsable de aprobar y verificar el presente procedimiento.
- 4.3. Jefe de Servicio Técnico y Aplicaciones:** es responsable de implementar, actualizar, capacitar, cumplir y hacer cumplir lo descrito en este procedimiento.
- 4.4. Ingeniero de Servicio de Campo:** es responsable de instalar, desinstalar, descontaminar, embalar y etiquetar los equipos y partes para transporte.
- 4.5. Especialista de Aplicaciones:** es responsable de verificar, entrenar en el uso correcto y manejo de equipos.

5. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS

- 5.1. CV:** Coeficiente de variación
- 5.2. CEAC:** Centro de Excelencia en Atención al Cliente
- 5.3. CRM:** Customer relationship management (Gestión de relaciones con el Cliente)
- 5.4. Equipo CU:** Equipos no nuevos certificados para su uso
- 5.5. Kit de Arranque:** Es un conjunto de reactivos, consumibles, controles y calibradores necesarios para verificar el correcto funcionamiento del equipo y la puesta a punto del mismo en la instalación.
- 5.6. IT:** Servicio de Software de laboratorio LIS.
- 5.7. WO:** Work Order (Orden de trabajo)
- 5.8. POC:** Point of care (equipos para uso directo con el paciente).

PROCEDIMIENTO OPERATIVO ESTÁNDAR	 FAMPROJECT EQUIPOS Y PRODUCTOS DE LABORATORIO
CÓDIGO: ST-01-01	
VERSIÓN: 09	
VIGENCIA: 04 Dic 2023	
TÍTULO: INSTALACIÓN, RETIRO, ENTRENAMIENTO DE EQUIPO Y SOFTWARE	Página 3 de 17
Ubicación Archivos: Archivo Físico: Original impreso, archivo procedimientos de servicio Archivo Digital: https://drive.google.com/drive/folders/1f6E-QjHVRnXuiK9fkYiH7icqjBW18TE5	

6. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO

6.1 INSPECCIÓN

6.1.1. Solicitud de inspección: El asesor comercial solicitará la inspección del lugar en donde se va a instalar el equipo, mediante el formulario "F.ST-20 Solicitud de Inspección de Ambiente", mismo que se encuentra en los Links de Interes de FAMPROJECT, y llega por correo al jefe de servicio técnico y aplicaciones para su aprobación o negación.

NOTA 1: en caso de existir negociaciones puntuales para obtener costos se solicitará la inspección del lugar en donde se va a instalar el equipo, mediante el formulario "F.ST-19 Requerimiento Proceso de Compra", mismo que llega por correo al jefe de servicio técnico y aplicaciones para su aprobación o negación, adjuntando

6.1.2. Coordinación de fecha: una vez recibido el correo con la solicitud, el jefe de servicio técnico y aplicaciones responderá indicando la fecha coordinada con el ingeniero de servicio de campo responsable de dicha acción.

6.1.3. Comunicación al cliente: el asesor comercial comunicará vía correo electrónico la fecha y hora de la inspección, misma que deberá ser confirmada verbalmente con el cliente.

6.1.4. Inspección en sitio

- El ingeniero de servicio de campo realizará la visita en la fecha y hora coordinada.
- Al finalizar la inspección se llenará el formato "F.ST-07 Inspección de Ambiente".
- Si el área cumple con los requerimientos, se procederá a firmar y sellar por el cliente el punto 6 del formato "F.ST-07 Inspección de Ambiente".
- Si el área no cumple con los requerimientos para la instalación, el ingeniero de servicio de campo, procederá a agendar una re- inspección para verificar el cumplimiento descrito en las observaciones.
- Una vez verificado el cumplimiento de observaciones y recomendaciones de la inspección, se procederá a firmar y sellar por el cliente el punto 7 re-inspección del formato "F.ST-07 Inspección de Ambiente".

PROCEDIMIENTO OPERATIVO ESTÁNDAR	 FAMPROJECT EQUIPOS Y PRODUCTOS DE LABORATORIO
CÓDIGO: ST-01-01	
VERSIÓN: 09	
VIGENCIA: 04 Dic 2023	
TÍTULO: INSTALACIÓN, RETIRO, ENTRENAMIENTO DE EQUIPO Y SOFTWARE	Página 4 de 17
Ubicación Archivos: Archivo Físico: Original impreso, archivo procedimientos de servicio Archivo Digital: https://drive.google.com/drive/folders/1f6E-QjHVRnXuiK9fkYiH7icqjBW18TE5	

6.2 INSTALACIÓN DE EQUIPOS

6.2.1. Solicitud de equipo: el jefe de servicio técnico y aplicaciones solicita al proveedor por correo electrónico el despacho del equipo, con anticipación mínima de 15 días con la siguiente información:

- Nombre del cliente
- Dirección del cliente (calle principal, intersección, referencia y piso)
- Fecha estimada de llegada
- Equipo
- Serie (si aplica)

6.2.2. Recepción del equipo:

a. Equipos Nuevos

- El jefe de operaciones y logística revisa las guías emitidas por el proveedor comparadas con la proforma emitida por el proveedor, en caso de discrepancia se comunica al proveedor para que solvante la novedad.
- El ingeniero de servicio de campo revisa la mercadería física comparada con las guías emitidas por el proveedor, en caso de presentarse alguna discrepancia de esta revisión, el ingeniero de servicio de campo informa por correo electrónico al proveedor con copia al jefe de servicio técnico y aplicaciones y al jefe de operaciones y logística.
- El ingeniero de servicio de campo verifica visualmente que el indicador de manipulación, transporte y vuelco no se encuentre de color rojo, el embalaje no debe estar roto, húmedo o con algún signo que evidencie deterioro de su contenido, esta revisión debe ser registrada en el *"F.ST-14 Informe de Instalación"* incluyendo fotografías, en caso de tener alguna novedad se debe notificar por vía email al proveedor con copia al jefe de servicio técnico y aplicaciones y al jefe de operaciones y logística, el mismo que procederá a indicar por correo si se instala o no el equipo.
- El ingeniero de servicio de campo coordina y verifica, que el personal del operador logístico movilice el equipo al lugar final de la instalación
- Finalmente, el ingeniero de servicio de campo es responsable de formalizar los dos ejemplares el *"F.ST-10 Acta de Entrega – Recepción de Equipos y Accesorios"*, en las que deben constar la firma y sello del cliente (una para cliente y otro para carpeta archivo).

PROCEDIMIENTO OPERATIVO ESTÁNDAR	 FAMPROJECT EQUIPOS Y PRODUCTOS DE LABORATORIO
CÓDIGO: ST-01-01	
VERSIÓN: 09	
VIGENCIA: 04 Dic 2023	
TÍTULO: INSTALACIÓN, RETIRO, ENTRENAMIENTO DE EQUIPO Y SOFTWARE	Página 5 de 17
Ubicación Archivos: Archivo Físico: Original impreso, archivo procedimientos de servicio Archivo Digital: https://drive.google.com/drive/folders/1f6E-QjHVRnXuiK9fkYiH7icqjBW18TE5	

b. Equipos CU

- El ingeniero de servicio de campo solicita las partes y accesorios necesarios para la instalación del equipo al jefe de servicio técnico y aplicaciones.
- El ingeniero de servicio de campo verifica visualmente, que el embalaje no este roto, húmedo o con algún signo que evidencie deterioro de su contenido, esta revisión debe ser registrada en el “F.ST-14 Informe de Instalación” incluyendo fotografías, en caso de tener alguna novedad se debe notificar por vía email al proveedor con copia al jefe de servicio técnico y aplicaciones y al jefe de operaciones y logística, el mismo que procederá a indicar por correo si se instala o no el equipo.
- El ingeniero de servicio de campo coordina y verifica que el personal del operador logístico movilice el equipo al lugar final de instalación.
- Finalmente, el ingeniero de servicio de campo es responsable de formalizar los dos ejemplares el “F.ST-10 Acta de Entrega – Recepción de Equipos y Accesorios”, en las que deben constar la firma y sello del cliente (una para cliente y otro para carpeta archivo).

6.2.3. Instalación

El asesor comercial se asegura con el cliente en disponer todos los insumos, consumibles y reactivos antes de la fecha programada para la instalación.

- El jefe de servicio técnico y aplicaciones procede a crear una WO de *Installation Continued*.
- El jefe de servicio técnico y aplicaciones toma la WO de *Installation* y procede a cerrarla.
- El ingeniero de servicio de campo toma la WO de *Installation Continued*.
- El ingeniero de servicio de campo instala el equipo bajo las medidas y normas establecidas por casa matriz, descritas en el manual de servicio del equipo correspondiente.
- Como constancia de la instalación el ingeniero de servicio de campo registra en el “ANEXO 5 Reporte de Servicio”, las actividades realizadas, mismo que debe constar de ser el caso con firma del cliente.
- Una vez finalizada la instalación, el ingeniero de servicio de campo procede a registrar sus actividades en el “F.ST-14 Informe de Instalación”, en caso de que el cliente requiera el Informe de Instalación se procederá a entregar una copia.

PROCEDIMIENTO OPERATIVO ESTÁNDAR	 FAMPROJECT EQUIPOS Y PRODUCTOS DE LABORATORIO
CÓDIGO: ST-01-01	
VERSIÓN: 09	
VIGENCIA: 04 Dic 2023	
TÍTULO: INSTALACIÓN, RETIRO, ENTRENAMIENTO DE EQUIPO Y SOFTWARE	Página 6 de 17
Ubicación Archivos: Archivo Físico: Original impreso, archivo procedimientos de servicio Archivo Digital: https://drive.google.com/drive/folders/1f6E-QjHVRnXuiK9fkYiH7icqjBW18TE5	

- El ingeniero de servicio de campo procede a realizar el registro de actividades y adjunta el *"F.ST-14 Informe de Instalación"* en el CRM en la WO despachada.

6.2.4. Verificación

- En caso de equipos nuevos, el personal del área de servicio revisa en la página web proporcionada por el proveedor si aplica o no realizar la verificación.
- Si aplica la verificación del equipo, el especialista de aplicaciones a cargo la lleva a cabo mediante un chequeo de precisión $>N20$, con test básicos dependiendo del caso. Se evalúan los CV% comparándolos con los descritos por el fabricante en la guía de precisión de cada equipo y se registran los datos en el *"F.ST-09 Verificación de Equipos Nuevos"*. En caso de que se obtenga valores erróneos en el chequeo de precisión, se solicita al ingeniero de servicio de campo la revisión del equipo y una vez finalizada, el especialista de aplicaciones procede a realizar nuevamente la verificación del equipo.
- El especialista de aplicaciones registra sus actividades en la WO de installation completion tomada y adjunta el *"F.ST-09 Verificación de Equipos Nuevos"* en el CRM.
- De ser necesario, el especialista de aplicaciones puede emitir al cliente una copia del *"F.ST-09 Verificación de Equipos Nuevos"* como respaldo del procedimiento realizado.
- Si no aplica la verificación del equipo la WO de installation completion tomada la cierra el ingeniero de servicio de campo.
- En caso de ser un EQUIPO CU se debe solicitar al proveedor el informe de reparación del equipo.
- Una vez finalizada la verificación, se registra las actividades en el *"ANEXO 5 Reporte de Servicio"*, mismo que debe constar de ser el caso con firma del cliente.

6.3 INSTALACIÓN DE SOFTWARE

Para software de laboratorio, el personal de IT del proveedor se encarga directamente de la instalación del mismo.

PROCEDIMIENTO OPERATIVO ESTÁNDAR	 FAMPROJECT EQUIPOS Y PRODUCTOS DE LABORATORIO
CÓDIGO: ST-01-01	
VERSIÓN: 09	
VIGENCIA: 04 Dic 2023	
TÍTULO: INSTALACIÓN, RETIRO, ENTRENAMIENTO DE EQUIPO Y SOFTWARE	Página 7 de 17
Ubicación Archivos: Archivo Físico: Original impreso, archivo procedimientos de servicio Archivo Digital: https://drive.google.com/drive/folders/1f6E-QjHVRnXuiK9fkYiH7icqjBW18TE5	

6.4 ENTRENAMIENTO DE USUARIOS EN EL CORRECTO USO Y MANEJO DE EQUIPOS

6.4.1. Planificación:

- El asesor comercial coordina con el cliente y jefe de servicio técnico y aplicaciones, la fecha, tiempo asignado al entrenamiento y el número de profesionales a entrenarse.
- Una vez coordinada la fecha de entrenamiento el especialista de aplicaciones procede a llenar el "F.ST-04 Coordinación de la Fecha Entrenamiento".
- El asesor comercial se asegura con el cliente en disponer todos los insumos, consumibles y reactivos antes de la fecha programada para el entrenamiento.
- El especialista de aplicaciones toma la WO de *Training Initial*.
- El especialista de aplicaciones elabora el material de entrenamiento, acude al cliente en la fecha coordinada y lleva impreso los siguientes formatos:
 - F.ST-05 Lista de Asistencia – Entrenamientos
 - F.ST-06 Encuesta de Satisfacción de la Capacitación
 - F.ST-08 Evaluación Entrenamiento de Equipos
 - F.ST-12 Acta de Conformidad

6.4.2. Entrenamiento

- El especialista de aplicaciones realiza el entrenamiento en el uso correcto y manejo del equipo a los usuarios, siguiendo las directrices descritas en el manual de operador de cada equipo.
- Al finalizar el entrenamiento, el especialista de aplicaciones entrega a los usuarios el formato "F.ST-05 Lista de Asistencia – Entrenamientos" para el registro y firma.
- El especialista de aplicaciones, es responsable de crear los usuarios del personal que fue capacitado, para la creación de casos de atención en la plataforma del proveedor.
- El especialista de aplicaciones evalúa mediante el "F.ST-08 Evaluación Entrenamiento de Equipos" el grado de aprendizaje de los usuarios, el mismo que es calificado sobre el 100%.
- Una vez concluido todo el proceso de entrenamiento, si uno o más participantes no completan el 100% de asistencia, el especialista de aplicaciones informará al jefe de laboratorio (Cliente) para que tome las acciones correctivas. O en su defecto no aprueban el "F.ST-08 Evaluación Entrenamiento de Equipos" (puntuación menor al

PROCEDIMIENTO OPERATIVO ESTÁNDAR	 FAMPROJECT EQUIPOS Y PRODUCTOS DE LABORATORIO
CÓDIGO: ST-01-01	
VERSIÓN: 09	
VIGENCIA: 04 Dic 2023	
TÍTULO: INSTALACIÓN, RETIRO, ENTRENAMIENTO DE EQUIPO Y SOFTWARE	Página 8 de 17
Ubicación Archivos: Archivo Físico: Original impreso, archivo procedimientos de servicio Archivo Digital: https://drive.google.com/drive/folders/1f6E-QjHVRnXuiK9fkYiH7icqjBW18TE5	

80%) el especialista de aplicaciones comunica al jefe de laboratorio (Cliente) para establecer un reentrenamiento puntual y evaluación del participante, en caso de no aprobar no se emitirá el certificado de entrenamiento.

- El participante entrenado procede a evaluar al especialista de aplicaciones sobre el entrenamiento, esta evaluación debe ser calificada sobre el 100%, en caso de tener una calificación menor al 80% se procederá a tomar las siguientes acciones:

Tabla 1. Calificación participante al Especialista de Aplicaciones

CALIFICACIÓN PARTICIPANTE AL ESPECIALISTA DE APLICACIONES			
Campo	Puntuación Máxima	Puntuación Mínima	Acción al no cumplir Puntuación Mínima
Sobre el curso	12	9	-Solicitar a un colega la participación de oyente para detectar puntos de mejora.
Sobre el Instructor	16	12	
Sobre los conocimientos y destrezas adquiridas por usted	24	19	-Se enviará al especialista a un curso de pedagogía

- El especialista de aplicaciones procede al cierre de la WO en el CRM.
- Una vez finalizado el entrenamiento a los usuarios, registra las actividades en el "ANEXO 5 Reporte de Servicio", mismo que debe constar de ser el caso con firma del cliente; y a la vez el "F.ST-12 Acta de Conformidad", mismas que deben constar con firma y sello del cliente.
- El especialista de aplicaciones es responsable de emitir los certificados de entrenamiento, en un plazo no mayor a 30 días. (Anexo 4)

6.5 PARA SOFTWARE DE LABORATORIO

Para software de laboratorio, el personal de IT del proveedor se encarga directamente del entrenamiento en el uso del mismo.

PROCEDIMIENTO OPERATIVO ESTÁNDAR	 FAMPROJECT EQUIPOS Y PRODUCTOS DE LABORATORIO
CÓDIGO: ST-01-01	
VERSIÓN: 09	
VIGENCIA: 04 Dic 2023	
TÍTULO: INSTALACIÓN, RETIRO, ENTRENAMIENTO DE EQUIPO Y SOFTWARE	Página 9 de 17
Ubicación Archivos: Archivo Físico: Original impreso, archivo procedimientos de servicio Archivo Digital: https://drive.google.com/drive/folders/1f6E-QjHVRnXuiK9fkYiH7icqjBW18TE5	

6.6 PRODUCTOS CON DEFECTOS DE CALIDAD EVIDENCIANDOS DURANTE SU USO

- Si durante el uso de un reactivo dentro de cualquier plataforma, este presenta un defecto de calidad se genera un caso a través del CEAC y se debe actuar de la siguiente manera:
 - Atención presencial de la WO.
 - Verificación de las acciones que recomienda el CEAC tras el requerimiento del operario.
 - Solicitar soporte de segundo nivel al CEAC y actuar como casa matriz indique según sea el caso.
 - Si el problema persiste aún tras la ayuda del CEAC y tras agotar todas las opciones posibles, se emitirá un informe por parte del área de servicio según el formato de devoluciones del proveedor.

6.7 DESINSTALACIÓN Y RETIRO DE EQUIPOS, SOFTWARE, ACCESORIOS Y PERIFÉRICO

6.7.1. Solicitud de retiro del equipo

- El asesor comercial solicita por formulario al jefe de servicio técnico y aplicaciones la desinstalación del equipo, mismo que se encuentra en los Links de Interes de FAMPROJECT.
- El jefe de servicio técnico y aplicaciones solicita vía email la creación del caso de retiro al proveedor con los datos proporcionados por el asesor comercial.
- El ingeniero de Servicio de Campo toma la WO de desinstalación generada automáticamente.

6.7.2. Desinstalación, desinfección y embalaje

- El ingeniero de servicio de campo realiza la desinstalación y desinfección de los equipos bajo las medidas y normas establecidas por casa matriz descritas en el manual de servicio del equipo correspondiente, Bajo la Norma de Bioseguridad implantada por el proveedor la DS23, para la desinfección del equipo se registra en el "F.ST-02 Desinfección de Instrumentos y Partes".
- El ingeniero de servicio de campo llena la solicitud de Desinstalación Instrumentos/ Accesorios en la plataforma proporcionada por el proveedor adjuntando evidencia fotográfica.
- El personal del operador logístico realiza el embalaje del equipo precautelando la integridad física del mismo.

PROCEDIMIENTO OPERATIVO ESTÁNDAR	 FAMPROJECT EQUIPOS Y PRODUCTOS DE LABORATORIO
CÓDIGO: ST-01-01	
VERSIÓN: 09	
VIGENCIA: 04 Dic 2023	
TÍTULO: INSTALACIÓN, RETIRO, ENTRENAMIENTO DE EQUIPO Y SOFTWARE	Página 10 de 17
Ubicación Archivos: Archivo Físico: Original impreso, archivo procedimientos de servicio Archivo Digital: https://drive.google.com/drive/folders/1f6E-QjHVRnXuiK9fkYiH7icqjBW18TE5	

- Una vez embalado el ingeniero de servicio de campo procede a colocar y llenar las etiquetas de retiro proporcionadas por el proveedor (Anexo 2, Anexo 3).
- El ingeniero de servicio de campo coloca sus actividades y horas de trabajo en la WO de desinstalación y el Jefe de servicio técnico y aplicaciones cierra la misma WO.
- Una vez finalizada la desinstalación, desinfección y embalaje de los equipos se procede a registrar las actividades en el "ANEXO 5 *Reporte de Servicio*", mismo que debe constar de ser el caso con firma del cliente; y a la vez entrega el acta "F.ST-11 *Acta de Retiro de Equipos y Accesorios*", misma que debe constar con firma y sello del cliente.

6.7.3. Retiro de equipo

Una vez confirmada la fecha de retiro por parte del proveedor, el ingeniero de servicio de campo debe estar presente el día y hora indicada para que constate el número de bultos que se deben entregar al operador logístico.

6.7.4. Retiro de Software

Para el retiro del software de laboratorio, el personal de IT del proveedor se encarga directamente.

6.8 Capacitación Personal del Área de Servicio

El personal de servicio tiene conocimiento en las diferentes plataformas para realizar las actividades antes descritas, además se cuenta con un cronograma donde se detalla los entrenamientos recibidos y entrenamientos por recibir descritos en el "F.ST-18 *Cronograma de Capacitación - Personal del Área de Servicio*".

7. HISTORIAL DE CAMBIOS

Nº	Motivo del Cambio	Fecha
1	Documento Nuevo (Procedimientos)	20 Mar 2017
2	Inclusión de control de cambios/Actualización de responsabilidades/ Alineamiento al Reglamento 0004872	23 Jun 2017

PROCEDIMIENTO OPERATIVO ESTÁNDAR		
CÓDIGO:	ST-01-01	
VERSIÓN:	09	
VIGENCIA:	04 Dic 2023	
TÍTULO: INSTALACIÓN, RETIRO, ENTRENAMIENTO DE EQUIPO Y SOFTWARE		Página 11 de 17
Ubicación Archivos: Archivo Físico: Original impreso, archivo procedimientos de servicio Archivo Digital: https://drive.google.com/drive/folders/1f6E-QjHVRnXuiK9fkYiH7icqjBW18TE5		

3	Implementación nuevo sistema REXIS	15 Oct 2018
4	Implementación de chequeos de verificación	03 Feb 2020
5	Kit de Arranque para instalación de equipos nuevos. (6.1) e Instalación y Validación de equipos nuevos. (6.3)	09 Abr 2020
6	Actualización del procedimiento de acuerdo a los lineamientos descritos por Roche	16 Mar 2021
7	Actualización general del procedimiento en fondo y forma	12 May 2022
8	Actualización general del procedimiento en fondo y forma	05 Oct 2023
9	Reemplazo del "F.ST-15 Reporte de Servicio"(Dado de baja) por "ANEXO 5 <i>Reporte de Servicio</i> "	04 Dic 2023

8. CAPACITACION

REQUIERE DIVULGACIÓN		DIRIGIDO A	
SI	☒	Gerente General	X
		Jefe Administrativo	X
NO	☐	Responsable Técnico	X
		Jefe Financiero	
		Jefe de Servicio Técnico y Aplicaciones	X
		Jefe Comercial y de Ventas	X
		Jefe de Operaciones y Logística	X
		Asesor Comercial	X
		Asistente Comercial y Compras Públicas	
		Responsable de Bodega	X
		Ingeniero de Servicios de Campo	X

PROCEDIMIENTO OPERATIVO ESTÁNDAR	
CÓDIGO: ST-01-01	
VERSIÓN: 09	
VIGENCIA: 04 Dic 2023	
TÍTULO: INSTALACIÓN, RETIRO, ENTRENAMIENTO DE EQUIPO Y SOFTWARE	Página 12 de 17
Ubicación Archivos: Archivo Físico: Original impreso, archivo procedimientos de servicio Archivo Digital: https://drive.google.com/drive/folders/1f6E-QjHVRnXuiK9fkYiH7icqjBW18TE5	


	Especialista de Aplicaciones	X
--	------------------------------	----------

PROPIEDAD DE FAMPROJECT CÍA.LTDA.

PROCEDIMIENTO OPERATIVO ESTÁNDAR	 FAMPROJECT EQUIPOS Y PRODUCTOS DE LABORATORIO
CÓDIGO: ST-01-01	
VERSIÓN: 09	
VIGENCIA: 04 Dic 2023	
TÍTULO: INSTALACIÓN, RETIRO, ENTRENAMIENTO DE EQUIPO Y SOFTWARE	Página 13 de 17
Ubicación Archivos: Archivo Físico: Original impreso, archivo procedimientos de servicio Archivo Digital: https://drive.google.com/drive/folders/1f6E-QjHVRnXuiK9fkYiH7icqjBW18TE5	


9. ANEXOS

ANEXO 1. Instalación, retiro, entrenamiento de equipo y software.



PROCEDIMIENTO OPERATIVO ESTÁNDAR		 FAMPROJECT EQUIPOS Y PRODUCTOS DE LABORATORIO
CÓDIGO:	ST-01-01	
VERSIÓN:	09	
VIGENCIA:	04 Dic 2023	
TÍTULO: INSTALACIÓN, RETIRO, ENTRENAMIENTO DE EQUIPO Y SOFTWARE		Página 14 de 17
Ubicación Archivos: Archivo Físico: Original impreso, archivo procedimientos de servicio Archivo Digital: https://drive.google.com/drive/folders/1f6E-QjHVRnXuiK9fkYiH7icqjBW18TE5		

ANEXO 2. Etiqueta de Desinfección



CERTIFICADO DE DESINFECCIÓN

Equipo / Parte: _____

Serial N°: _____

Fecha: _____

Nombre / Apellido: _____

Con la presente certifico que:

He completado los pasos de desinfección para el instrumento en mención.
 El instrumento se encuentra libre de fluidos corporales y material contaminante.


Cargo: _____

CERTIFICO QUE EL INSTRUMENTO ESTÁ DEBIDAMENTE DESINFECTADO.

 Firma

PROCEDIMIENTO OPERATIVO ESTÁNDAR		 FAMPROJECT EQUIPOS Y PRODUCTOS DE LABORATORIO
CÓDIGO: ST-01-01		
VERSIÓN: 09		
VIGENCIA: 04 Dic 2023		
TÍTULO: INSTALACIÓN, RETIRO, ENTRENAMIENTO DE EQUIPO Y SOFTWARE		Página 15 de 17
Ubicación Archivos: Archivo Físico: Original impreso, archivo procedimientos de servicio Archivo Digital: https://drive.google.com/drive/folders/1f6E-QjHVRnXuiK9fkYiH7icqjBW18TE5		

ANEXO 3. Etiqueta de Retiro de Equipos



Roche

Responsable: _____

Fecha: ____ / ____ / ____

EQUIPOS DEVUELTOS

CÓDIGO: _____

SERIE: _____

DE BULTO: _____

DE RETIRO: _____

PROCEDIMIENTO OPERATIVO ESTÁNDAR	
CÓDIGO: ST-01-01	
VERSIÓN: 09	
VIGENCIA: 04 Dic 2023	
TÍTULO: INSTALACIÓN, RETIRO, ENTRENAMIENTO DE EQUIPO Y SOFTWARE	Página 16 de 17
Ubicación Archivos: Archivo Físico: Original impreso, archivo procedimientos de servicio Archivo Digital: https://drive.google.com/drive/folders/1f6E-QjHVRnXuiK9fkYiH7icqjBW18TE5	

ANEXO 4. Certificado Capacitación de Operador




CERTIFICADO DE ENTRENAMIENTO

OTORGADO A:

NOMBRE

Entregado por Famproject Cia.Ltda. - Distribuidor Roche Ecuador S.A.,
por su participación en el entrenamiento para uso del equipo:

EQUIPO

FECHA






PROCEDIMIENTO OPERATIVO ESTÁNDAR	
CÓDIGO: ST-01-01	
VERSIÓN: 09	
VIGENCIA: 04 Dic 2023	
TÍTULO: INSTALACIÓN, RETIRO, ENTRENAMIENTO DE EQUIPO Y SOFTWARE	Página 17 de 17
Ubicación Archivos: Archivo Físico: Original impreso, archivo procedimientos de servicio Archivo Digital: https://drive.google.com/drive/folders/1f6E-QjHVRnXuiK9fkYiH7icqjBW18TE5	

ANEXO 5. Reporte de Servicio

Servicio Técnico Roche
Reporte de Servicio



Número de Caso CAS-
contact date visible

Número de Orden de Trabajo

| Fecha de Visita

Detalles de Instrumento

Instrumento/Módulo
Número de Serie

Detalles de Cliente

Número de Cliente
Nombre del Cliente

Dirección

Código Postal

Detalles Adicionales

Nombre de Contacto

Teléfono de Contacto

Código de Actividad de Servicio

Motivo de la Visita

Trabajo Realizado

Firma

Representante del Cliente

Representante de Roche

Al Firmar este Documento

- El Representante de Roche confirma que las tareas se realizaron de acuerdo a los procedimientos vigentes y que el cliente ha sido informado de las todas acciones ejecutadas y status actual de equipo.
- El representante del cliente confirma que ha revisado el trabajo realizado y acepta el uso del instrumento.
- .

Asistencia al cliente

Contáctenos al: 1800 110 110 / 1800 762 433 opción 1
Canal Digital : <https://navifyportal.roche.com/>
e-mail: ecuador.customersupport.ec1@roche.com

Gracias por tu confianza