

PROCEDIMIENTO OPERATIVO ESTÁNDAR		 FAMPROJECT EQUIPOS Y PRODUCTOS DE LABORATORIO
CÓDIGO: ST-01-03		
VERSIÓN: 08		
VIGENCIA: 04 Dic 2023		
TÍTULO: MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS DE EQUIPOS Y SOFTWARE		Página 1 de 8
Ubicación Archivos: Archivo Físico: Original impreso, archivo procedimientos de servicio Archivo Digital: https://drive.google.com/drive/folders/1f6E-QjHVRnXuiK9fkYiH7icqjBW18TE5		

1. OBJETIVO

Definir los lineamientos para la atención de mantenimientos correctivos de equipos y software del Area de Servicio en la empresa FAMPROJECT CIA. LTDA., para brindar una respuesta oportuna a nuestros clientes.

2. ALCANCE

Este documento aplica para todos los equipos que requieran un servicio de mantenimiento correctivo.

3. DOCUMENTOS Y REGISTROS RELACIONADOS

- F.ST-02 Desinfección de Instrumentos y Partes
- ANEXO 1 MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS DE EQUIPOS Y SOFTWARE
- ANEXO 2 Reporte de Servicio

4. RESPONSABILIDADES

- 4.1. Jefe de Servicio Técnico y Aplicaciones:** es responsable de implementar, actualizar, capacitar, cumplir y hacer cumplir lo descrito en este procedimiento.
- 4.2. Gerente General:** es responsable de aprobar los recursos para el cumplimiento del procedimiento.
- 4.3. Responsable Técnico:** es responsable de aprobar y verificar el presente procedimiento.
- 4.4. Ingeniero de Servicio de Campo y Especialista de Aplicaciones:** es responsable de brindar soporte presencial una vez despachada la WO generada, cuando el requerimiento no fue solucionado vía telefónica, o vía tele servicio (servicio remoto).

FIRMAS DE REVISIÓN Y APROBACION		
Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
A.Fariño	P.Altamirano	V.Medina
Nombre: Alex Fariño Cargo: Jefe de Servicio Técnico y Aplicaciones Fecha: 30 Nov 2023	Nombre: Pamela Altamirano Cargo: Gerente General Fecha: 01 Dic 2023	Nombre: Verónica Medina Cargo: Responsable Técnica Fecha: 04 Dic 2023

Este documento es confidencial, la información contenida en él es propiedad de FAMPROJECT. CIA. LTDA.

PROCEDIMIENTO OPERATIVO ESTÁNDAR		 FAMPROJECT EQUIPOS Y PRODUCTOS DE LABORATORIO
CÓDIGO: ST-01-03		
VERSIÓN: 08		
VIGENCIA: 04 Dic 2023		
TÍTULO: MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS DE EQUIPOS Y SOFTWARE		Página 2 de 8
Ubicación Archivos: Archivo Físico: Original impreso, archivo procedimientos de servicio Archivo Digital: https://drive.google.com/drive/folders/1f6E-QjHVRnXuiK9fkYiH7icqjBW18TE5		

4.5. Asesores Comerciales: son responsables de comunicar a los Clientes la política que indica que todos los requerimientos de mantenimiento o asistencia técnica deberán ser canalizados a través del CEAC.

5. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS

5.1. CASO: Requerimiento sobre el cual se van a detallar todas las actividades realizadas.

5.2. CEAC: Centro de Excelencia Atención a Clientes.(Manejado por el proveedor)

5.3. CRM: Customer relationship management (Gestión de relaciones con el Cliente)

5.4. Dispatcher: responsable de despachar los CASOS u WO.

5.5. WO: Work Order (Orden de Trabajo).

5.6. Parte: pieza de un mecanismo que es igual a otra y puede sustituir en caso de necesidad.

5.7. RDK y Aplicaciones: Página de Roche con información detallada del equipo, manuales, diagramas, actualizaciones y boletines de servicio.

6. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO

6.1 MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS

- Todos los requerimientos por parte de los clientes para mantenimientos correctivos deberán ser canalizados a través del CEAC como soporte de primer nivel y para la creación de los casos en el CRM, en caso que el requerimiento se resuelva mediante esta vía, el CEAC realiza el cierre de la WO en el CRM.
- Si el CEAC no logra solucionar el requerimiento, solicita la visita técnica presencial a través Dispatcher local.
- El Dispatcher comunica la existencia de una WO o un CASO al área de servicio.
- Una vez recibida la comunicación, el personal del área de servicio analiza la información colocada en la WO o el CASO; si se trata de una visita relacionada a aplicaciones, toma la WO o el CASO el especialista de aplicaciones; y si se trata de una visita relacionada a ingeniería, toma la WO o el CASO el ingeniero de servicio de campo.
- El ingeniero de servicio de campo o especialista de aplicaciones que tomó la WO indica la fecha y hora que va atender el requerimiento, y a su vez si se trata de un CASO deberá calificar, despachar y atenderlo.

PROCEDIMIENTO OPERATIVO ESTÁNDAR	 FAMPROJECT EQUIPOS Y PRODUCTOS DE LABORATORIO
CÓDIGO: ST-01-03	
VERSIÓN: 08	
VIGENCIA: 04 Dic 2023	
TÍTULO: MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS DE EQUIPOS Y SOFTWARE	Página 3 de 8
Ubicación Archivos: Archivo Físico: Original impreso, archivo procedimientos de servicio Archivo Digital: https://drive.google.com/drive/folders/1f6E-QjHVRnXuiK9fkYiH7icqjBW18TE5	

- La solución del requerimiento por parte del ingeniero de servicio de campo o especialista de aplicaciones debe estar alineada a las recomendaciones y directrices en los manuales técnicos del fabricante, que se encuentran en la página web del proveedor.
- Si la WO la atiende el especialista de aplicaciones, al finalizar la atención se procede a cerrar la WO en el CRM y registra en el "ANEXO 2 Reporte de servicio" las actividades realizadas, mismo que debe constar de ser el caso con firma del cliente.
- Si la WO la atiende el ingeniero de servicio de campo, evalúa la necesidad u omisión del requerimiento de partes. De no requerirlas, el ingeniero de servicio de campo procede a cerrar la WO en el CRM y registra en el "ANEXO 2 Reporte de servicio" las actividades realizadas, mismo que debe constar de ser el caso con firma del cliente.
- Si el ingeniero de servicio de campo identifica la necesidad de cambiar una o varias partes dentro del mantenimiento correctivo en la visita técnica, deberá reagendar la WO y solicitar las partes mediante Nota de Pedido en el sistema Administrativo Financiero de FAMPROJECT CIA. LTDA., detallando en observaciones, cliente, equipo, serie del equipo, número de WO.
- El jefe de servicio técnico y aplicaciones tomará en cuenta el pedido de la o las partes solicitadas bajo los siguientes parámetros:
 - a. Si el Equipo se encuentra dentro de garantía, se enviarán la o las partes solicitadas sin costo para el cliente final.
 - b. Si el equipo se encuentra fuera de garantía se aplica lo siguiente:
 - El ingeniero de servicio de campo solicita una proforma al asesor comercial, facilitándole el código y descripción de la parte.
 - El asesor comercial realiza y entrega la proforma al cliente, mismo que debe aceptar el valor de la proforma para continuar con el proceso.
 - Si el cliente no acepta la proforma, el ingeniero de servicio de campo procede a cerrar la WO en el CRM detallando que no se realiza el cambio de la parte por falta de aprobación del cliente.
 - Si el cliente acepta la proforma, se coordina con el ingeniero de servicio de campo la fecha y hora en la que realizara el cambio de la parte.
- Una vez cambiada la parte, sea dentro o fuera de garantía, el ingeniero de servicio de campo procede a cerrar la WO en el CRM, hace constancia de la parte utilizada y registra en el "F.ST-15 Reporte de Servicio" las actividades realizadas y partes usadas; mismo que debe constar con firma y sello del cliente.

PROCEDIMIENTO OPERATIVO ESTÁNDAR		 FAMPROJECT EQUIPOS Y PRODUCTOS DE LABORATORIO
CÓDIGO:	ST-01-03	
VERSIÓN:	08	
VIGENCIA:	04 Dic 2023	
TÍTULO:	MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS DE EQUIPOS Y SOFTWARE	Página 4 de 8
Ubicación Archivos: Archivo Físico: Original impreso, archivo procedimientos de servicio Archivo Digital: https://drive.google.com/drive/folders/1f6E-QjHVRnXuiK9fkYiH7icqjBW18TE5		

NOTA 1: Para partes que no tengan contacto con fluidos, el Ingeniero de Servicio de campo desinfecta la(s) parte(s) cambiadas y registra en el “F.ST-02 Desinfección de Instrumentos y Partes”, embala y coloca una etiqueta para confirmar la desinfección. Adicional llena el formulario proporcionado por el proveedor para el retiro del operador logístico.

6.2 MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE SOFTWARE DE LABORATORIO

De presentarse alguna llamada del cliente a través del CEAC para atención por falla del sistema LIS, el Ingeniero LIS del proveedor dará atención al requerimiento.

6.3 CATEGORIZACIÓN DE CLIENTES

En los mantenimientos correctivos se tomará como base la categorización de clientes “Anexo 3”.

7 HISTORIAL DE CAMBIOS

No	Motivo del Cambio	Fecha
1	Documento Nuevo (Procedimientos)	04 Ene 2017
2	Inclusión de control de cambios / Actualización de responsabilidades/ Alineamiento al Reglamento 0004872	23 Jun 2017
3	Implementación nuevo sistema REXIS	15 Oct 2018
4	Reportes Digitales nuevo sistema REXIS OST	17 Nov 2019
5	Actualización del procedimiento de acuerdo a los lineamientos descritos por Roche	16 Mar 2021
6	Actualización del procedimiento incluyendo la descarga de las partes	12 May 2022
7	Actualización general del procedimiento en fondo y forma	05 Oct 2023
8	Reemplazo del “F.ST-15 Reporte de Servicio”(Dado de baja) por “ANEXO 2 Reporte de Servicio”	04 Dic 2023

PROCEDIMIENTO OPERATIVO ESTÁNDAR		 FAMPROJECT EQUIPOS Y PRODUCTOS DE LABORATORIO
CÓDIGO: ST-01-03		
VERSIÓN: 08		
VIGENCIA: 04 Dic 2023		
TÍTULO: MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS DE EQUIPOS Y SOFTWARE		Página 5 de 8
Ubicación Archivos: Archivo Físico: Original impreso, archivo procedimientos de servicio Archivo Digital: https://drive.google.com/drive/folders/1f6E-QjHVRnXuiK9fkYiH7icqjBW18TE5		

8 CAPACITACIÓN

REQUIERE DIVULGACIÓN		DIRIGIDO A	
SI	☒	Gerente General	X
		Jefe Administrativo	X
NO	☐	Responsable Técnico	X
		Jefe Financiero	
		Jefe de Servicio Técnico y Aplicaciones	
		Jefe Comercial y de Ventas	X
		Jefe de Operaciones y Logística	X
		Asesor Comercial	X
		Asistente Comercial y Compras Públicas	X
		Responsable de Bodega	
		Ingeniero de Servicios de Campo	X
		Especialista de Aplicaciones	X

PROCEDIMIENTO OPERATIVO ESTÁNDAR	 FAMPROJECT EQUIPOS Y PRODUCTOS DE LABORATORIO
CÓDIGO: ST-01-03	
VERSIÓN: 08	
VIGENCIA: 04 Dic 2023	
TÍTULO: MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS DE EQUIPOS Y SOFTWARE	Página 6 de 8
Ubicación Archivos: Archivo Físico: Original impreso, archivo procedimientos de servicio Archivo Digital: https://drive.google.com/drive/folders/1f6E-QjHVRnXuiK9fkYiH7icqjBW18TE5	

9 ANEXOS

ANEXO 1. MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS DE EQUIPOS Y SOFTWARE

Apertura de caso
- Asistencia telefónica del CEAC



Asistencia presencial
- Cambio de partes (si corresponde)
- Registrar actividades

PROCEDIMIENTO OPERATIVO ESTÁNDAR	
CÓDIGO: ST-01-03	
VERSIÓN: 08	
VIGENCIA: 04 Dic 2023	
TÍTULO: MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS DE EQUIPOS Y SOFTWARE	Página 7 de 8
Ubicación Archivos: Archivo Físico: Original impreso, archivo procedimientos de servicio Archivo Digital: https://drive.google.com/drive/folders/1f6E-QjHVRnXuiK9fkYiH7icqjBW18TE5	

ANEXO 2. Reporte de Servicio

Servicio Técnico Roche
Reporte de Servicio



Número de Caso CAS-
contact date visible

Número de Orden de Trabajo

| Fecha de Visita

Detalles de Instrumento

Instrumento/Módulo
Número de Serie

Detalles de Cliente

Número de Cliente
Nombre del Cliente

Dirección

Código Postal

Nombre de Contacto

Teléfono de Contacto

Detalles Adicionales

Código de Actividad de Servicio

Motivo de la Visita

Trabajo Realizado

Firma

Representante del Cliente

Representante de Roche

Al Firmar este Documento

- El Representante de Roche confirma que las tareas se realizaron de acuerdo a los procedimientos vigentes y que el cliente ha sido informado de las todas acciones ejecutadas y status actual de equipo.
- El representante del cliente confirma que ha revisado el trabajo realizado y acepta el uso del instrumento.

Asistencia al cliente

Contáctenos al: 1800 110 110 / 1800 762 433 opción 1
Canal Digital : <https://navifyportal.roche.com/>
e-mail: ecuador.customersupport.ec1@roche.com

Gracias por tu confianza

PROCEDIMIENTO OPERATIVO ESTÁNDAR		 FAMPROJECT EQUIPOS Y PRODUCTOS DE LABORATORIO
CÓDIGO: ST-01-03		
VERSIÓN: 08		
VIGENCIA: 04 Dic 2023		
TÍTULO: MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS DE EQUIPOS Y SOFTWARE		Página 8 de 8
Ubicación Archivos: Archivo Físico: Original impreso, archivo procedimientos de servicio Archivo Digital: https://drive.google.com/drive/folders/1f6E-QjHVRnXuiK9fkYiH7icqjBW18TE5		

Anexo 3: Categorización de clientes

Categoría	Subcategoría	Servicio	Descripción del Servicio	Público	Privado
CANALES DE ATENCION	Soporte Remoto	Soporte remoto	Conectividad para soluciones remotas	x	x
		Lunes a Viernes de 9:00 a 18:00 hr	Horario normal de atención de soporte remoto para todas las líneas		x
		24h x 7		x	
	Soporte del CEAC - Tiempo de manejo del Caso	30 minutos	Tiempo de respuesta del CEAC	x	x
		Canales de solicitud de soporte	Canales provistos por Roche, para realizar la apertura de casos.	x	x
		Teléfono		x	x
		e-mail		x	x
		app movil		x	x
REPARACIONES Y TIEMPOS DE ATENCION	Reparación	Lunes a Viernes de 9.00 a 18.00 hr	Repair Visit y Emergencias		x
		24h x 7		x	