1 DADOS DA CALIBRAÇÃO

CERTIFICADO Nº	DATA DA CALIBRAÇÃO	DATA DE EMISSÃO	ORDEM DE SERVIÇO
CC-2026-00098-R1	29/09/2026	14/10/2026	OS-2026-0388

CLIENTE (RAZÃO SOCIAL): **USINA SÃO BENTO AÇÚCAR E ETANOL S.A.** — CNPJ: 45.723.174/0001-10

ENDEREÇO DO CLIENTE: Rodovia SP-191, km 37, s/n – Zona Rural – Ipeúna/SP – CEP 13520-000

CONTATO: Eng. Ricardo Menezes (Manutenção) · (19) 3545-7700 · manutencao@usinasaobento.com.br

LOCAL DA CALIBRAÇÃO: Nas instalações do cliente — Rodovia SP-191, km 37 – Zona Rural – Ipeúna/SP (portaria 1)

TEMPERATURA (INÍCIO → FIM)	UMIDADE RELATIVA (INÍCIO → FIM)	PRESSÃO ATMOSFÉRICA	MONITORAMENTO AMBIENTAL
26,8 °C → 31,2 °C	48 % → 39 %	941 hPa	TH-01, BR-01

MÉTODO — PROCEDIMENTO (POP): **PT-CAL-01 rev. 0** — Calibração por comparação direta com pesos padrão, conforme o EURAMET Calibration Guide No. 18 (versão 4.0, 2015): repetibilidade, excentricidade e erro de indicação; incerteza de medição conforme o JCGM 100:2008.

> **Revisão:** este certificado substitui integralmente o Certificado nº **CC-2026-00098**, emitido em 30/09/2026, que fica cancelado. Motivo: correção do número de série do indicador, transcrito com erro no certificado original.

2 INSTRUMENTO CALIBRADO

INSTRUMENTO	FABRICANTE	MODELO	Nº DE SÉRIE	IDENTIFICAÇÃO / TAG (*)
Balança rodoviária	Weightech	WT3000-i Plus	WT3K-77120	BR-01 (portaria)

CAPACIDADE (MAX)	CARGA MÍNIMA (MIN)	DIVISÃO (D)	DIVISÃO DE VERIFICAÇÃO (E)	CLASSE DE EXATIDÃO	UNIDADE
80 000 kg	400 kg	**20 kg**	20 kg	III (média)	kg

PLATAFORMA: Weightech WT-RD 80 · nº de série WT-1990-0457

RECEPTOR DE CARGA: Rodoviária / ferroviária (carga rolante) · 18,0 × 3,0 m · 4 apoios

PORTARIA DE APROVAÇÃO DE MODELO: Portaria Inmetro/Dimel nº 0315/2013

LOCAL DE INSTALAÇÃO (*): Portaria 1 — entrada de cana

FINALIDADE DE USO (*): Comercial (venda por peso)

ANO DE FABRICAÇÃO: 2016

> **Ajuste:** não foi realizado ajuste no instrumento; os resultados referem-se ao instrumento na condição em que foi encontrado.

3 PADRÕES UTILIZADOS

Os resultados desta calibração são metrologicamente rastreáveis ao Sistema Internacional de Unidades (SI) por meio dos padrões abaixo, calibrados por laboratório(s) acreditado(s) pela Cgcre/Inmetro para as respectivas calibrações.

Identificação	Descrição	Classe	Certificado nº	Calibrado por	Próxima calibração
PP500-01 a 20	Pesos padrão de 500 kg (bloco) 20 × 500 kg · ferro fundido	M1	CAL-20877/2025	Unical Calibrações Ltda. Acreditação Cgcre CAL 0529	04/11/2027
TH-01	Termo-higrômetro digital Incoterm 7666.02.0.00 · nº de série 210455	—	T-4410/2026	Visomes Comercial Metrológica Acreditação Cgcre CAL 0102	20/01/2027
BR-01	Barômetro digital Vaisala PTB110 · nº de série R3150078	—	P-0773/2025	Visomes Comercial Metrológica Acreditação Cgcre CAL 0102	02/12/2026

4 RESULTADOS

4.1 Repetibilidade — mesma carga, repetidas vezes, no centro do receptor

Carga (kg)	Indicações (kg)			Medições (n)	Média (kg)	Desvio-padrão s (kg)
10 000	10 000	10 000	10 020	3	10 007	**12**

4.2 Excentricidade — carga 10 000 kg · zera e desloca a carga pelas posições · maior desvio |ΔI|máx = 20 kg (posição 2)

Posição	1 Início (ida)	2 Meio (ida)	3 Fim (ida)	4 Início (volta)	5 Meio (volta)	6 Fim (volta)
Indicação (kg)	10 000	10 020	10 000	10 000	9980	10 000
Desvio ΔI (kg)	referência	**+20**	0	0	−20	0

PRÉVIA — SEM VALOR

Este certificado somente pode ser reproduzido na íntegra. A reprodução parcial requer autorização prévia, por escrito.

4.3 Erro de indicação cargas crescentes, sem descarregar entre os pontos

Carga (kg)	Subst. (nº)	Indicação (kg)	Erro (kg)	U (kg)	k	v_{eff}	EMA (±kg)	Situação
0	0	0	**0**	43	3,31	3	±60	Conforme
5000	0	5000	**0**	41	2,87	4	±60	Conforme
10 000	0	10 000	**0**	39	2,52	6	±60	Conforme
20 020	1	20 020	**0**	58	2,03	74	±60	Conforme
30 000	2	30 020	**+20**	82	2,01	315	±60	Conforme
40 020	3	40 040	**+20**	110	2,00	987	±60	Conforme

Cargas de substituição (EURAMET cg-18, 4.3.3): 3 etapas, cada uma com 10 000 kg de pesos padrão trocados por carga de mesma indicação; incerteza das etapas incluída em U. **Retorno ao zero:** após a retirada da carga, o instrumento indicou **20 kg**.

Carga: valor convencional dos pesos padrão, somado às cargas de substituição. Erro = indicação − carga. U: incerteza expandida; k: fator de abrangência; veff: graus de liberdade efetivos. Subst.: nº de cargas de substituição sob os pesos. EMA: erro máximo admissível do critério de conformidade. s: desvio-padrão experimental (n − 1 graus de liberdade). ΔI: indicação na posição − indicação na posição 1.

5 DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

Solicitada pelo cliente: os erros de indicação (4.3) foram comparados, em cada ponto e sentido de carregamento, com o erro máximo admissível (EMA) do critério, segundo a regra de decisão. Esta declaração não constitui verificação metrológica legal.

CRITÉRIO
Tolerância do cliente: EMA de ±60 kg
Igual em toda a faixa calibrada.

REGRA DE DECISÃO
Aceitação simples (|E| ≤ EMA)
Sem faixa de guarda: risco compartilhado com o cliente (ILAC-G8:09/2019).

RESULTADO
CONFORME
Conforme em todos os pontos calibrados.

6 OBSERVAÇÕES

- Carga de substituição: caminhão basculante carregado com areia, posicionado conforme as marcações da plataforma.
- Calibração em faixa parcial: a maior carga ensaiada foi 40 020 kg, abaixo da capacidade máxima (Max = 80 000 kg). Os resultados aplicam-se somente à faixa calibrada.
- Informações com (*) fornecidas pelo cliente, sob sua responsabilidade; podem influenciar a interpretação dos resultados.
- Este certificado não contém recomendação de intervalo de calibração; a periodicidade é definida pelo usuário.

7 DECLARAÇÕES

1. A incerteza expandida de medição relatada (U) é declarada como a incerteza padrão de medição multiplicada pelo fator de abrangência k, o qual, para uma distribuição t com veff graus de liberdade efetivos, corresponde a uma probabilidade de abrangência de aproximadamente 95 %.
2. Os resultados referem-se exclusivamente ao instrumento calibrado, nas condições existentes no momento da calibração; a incerteza declarada não inclui efeitos de longo prazo (deriva), de transporte ou de reinstalação.
3. A FABIO DE GODOY LIMA LTDA não é acreditada pela Coordenação-Geral de Acreditação do Inmetro (Cgcre). Esta calibração não foi realizada sob acreditação e este certificado não está abrangido pelos acordos de reconhecimento mútuo dos quais a Cgcre é signatária.
4. Esta calibração não isenta o instrumento do controle metrológico legal: este certificado não substitui a verificação inicial, periódica ou após reparo realizada pelo Inmetro ou por órgão da RBMLQ-I (IPEM-SP), obrigatória nas finalidades previstas no art. 1º, § 1º, da Portaria Inmetro nº 157/2022, nem atesta a conformidade do instrumento ao Regulamento Técnico Metrológico.

EXECUTADO POR

Carlos Eduardo Lima
Técnico em metrologia · CFT 12345678901

AUTORIZADO POR

Fábio de Godoy Lima
Responsável técnico · CREA-SP 5062345678

Rio Claro/SP, emitido em 14/10/2026, às 16:10 (horário de Brasília).

— Fim do Certificado de Calibração nº CC-2026-00098-R1 —

PREVIA - SEM VALOR

Este certificado somente pode ser reproduzido na íntegra.
A reprodução parcial requer autorização prévia, por escrito.