



REGISTRO VERIFICACIÓN ENVASES Y EQUIPOS EN TERRENO

RVMR

MUESTREO RILES

Fecha Vigencia: 18-04-2024

Versión 04

Proyecto	Monitoreo Autocontrol Central Termoeléctrica Quintero Energía.	
Fecha	02/12/2025	Cadena de Custodia N°: 9227 9360 9229
Responsable Verificación	J. Rojas C	Firma:

VERIFICACIÓN DE ENVASES EXTERNOS (PROPORCIONADOS POR LABORATORIO)

Verificación	Envases sin preservante	Envases con preservante	Limpieza (Lote Lavado)	Identificación y Rótulo	Gelpack o refrigeración en cantidad suficiente	Observaciones
Cumple	✓	✓	✓	✓	✓	
No Cumple						

SONDAS MULTIPARÁMETROS		APLICA	SI		NO	✓
MARCA			MODELO		SERIE	
Operatividad	Envase exterior	Apreciación visual sonda y componentes (cables, buffer, conectores)		Prueba de Encendido	Prueba de conexión a PC, si aplica	Observaciones
Cumple						
No Cumple						
Verificación Rápida	pH	Temperatura		OD	CE/Salinidad	
Cumple						
No Cumple						
N° Lote Buffer pH		Criterio aceptación Buffer ± 0,1 pH				



REGISTRO VERIFICACIÓN ENVASES Y EQUIPOS EN TERRENO

RVMR

MUESTREO RILES

Fecha Vigencia: 18-04-2024

Versión 04

MUESTREADOR AUTOMÁTICO				APLICA		SI	✓	NO		
MARCA				ISCO		MODELO	6712	SERIE	218M03023 222B01984	
Operatividad	Estado adecuado envases			Apreciación visual de equipo y sus componentes (cables, mangueras, conectores)			Prueba de Encendido	Estado de Batería	Gel pack o Refrig.	Observaciones
Cumple	✓			✓			✓	✓	✓	
No Cumple										
Verificación	pH			Temperatura	OD	Conductividad	Sonda Caudal		Observaciones	
	pH 4	pH 7	pH 10							
Cumple	N / A	N / A	N / A	N / A	N / A	N / A	✓			
No Cumple										
N° Lote Buffer pH				Criterio aceptación Buffer $\pm 0,1$ pH						

pH PORTATIL			APLICA		SI	✓	NO		Modelo	HI 98195 HI 98195	N° Serie	JC03635 07020010101
Operatividad	Estado adecuado envase exterior		Apreciación visual (cables, buffer)		Prueba de Encendido		Prueba de conexión a PC, si aplica		Observaciones			
Cumple	✓		✓		✓		N / A					
No Cumple												
Verificación	pH 4		pH 7		pH 10		Temperatura		Observaciones			
Cumple	✓	3,95	✓	7,08	✓	10,04	✓	21,2				
No Cumple												
N° Lote Buffer pH	21380104		21380106		21400056		Criterio aceptación Buffer $\pm 0,1$ pH					