



CPR CERTIFICATE OF ARCHIEVEMENT

學員姓名: Jane Doe

按壓深度: 深度正確率達 30.0% Passed!

按壓頻率: 頻率正確率達 90.0% Not Passed!

按壓姿勢: 平均失敗次數 3 Passed!

您未通過本次CPR教學輔助系統 請繼續加油!

中華民國 112 年 12 月 13 日

評判標準

深度: 平均按壓深度落在5-6公分達八成

頻率: 平均按壓頻率落在100-120下/分鐘達六成

姿勢: ≤ 5 次姿勢錯誤

姿勢不採計標準, 深度與頻率必須同時通過才合格