

MSP Model 4500 Sample Recovery System

Pump Calibration Report

System ID: ASRS (System No 24)

Date: 17-Jun-2025 12:26:16

Printed By: swilson09

Calibration #: 15166

User ID: qdcal

Solvent: Water

Date/Time	Pump #	Step	Tare Wt (g)	Gross Wt (g)	Net Wt (g)	Net Volume	Target Volume	Difference %	Criteria	Pump Revs
09-Jun-2025 00:53:34	1	Check 1	964.850	765.970	198.750	199.31	200.00	0.50	0.50	2011
09-Jun-2025 01:08:38	2	Check 2	964.700	765.970	198.730	199.29	200.00	-0.36	0.50	2011
09-Jun-2025 01:13:43	1	Check 1	964.800	914.810	49.990	50.09	50.00	-0.10	0.50	502
09-Jun-2025 01:18:46	2	Check 2	964.690	914.900	49.960	50.10	50.00	0.20	0.50	502
09-Jun-2025 01:23:49	3	Check 3	964.690	914.960	50.130	50.27	50.00	0.13	0.50	501
09-Jun-2025 01:25:30	1	Adjustment	0.000	0.000	0.000	0.00	0.00	0.40	0.50	499