

CHECKLISTE: NOTFALL- & EINSATZTASCHE

AERIS Equipment-Check | 1:1 AKI-Intensivpflege

EQUIPMENT A5

KLIENT: [Name, Vorname] | **GEBURTSDATUM:** [Datum] | **PFLEGEORT:** [Anschrift]

PRÜFINTERVALL: Monatlich / Nach jedem Notfalleinsatz | **PRÜFER:** René Krieg / Fachkraft

[]	Modul A: Atemwegs- & Beatmungsequipment	Soll-Menge	Status / Ablaufdatum
[]	Notfall-Beatmebeutel (Silikon) m. O2-Reservoir & PEEP-Ventil	1 Set	Prüfung / Keimfrei
[]	Beatmungsmasken (Gr. 3, 4, 5) mit Wulst	je 1 Stk.	Steril verpackt
[]	Guedel-Tuben (Gr. 3, 4, 5) & Wendl-Tuben (CH 26, 28)	je 2 Stk.	MHD: _____
[]	Ersatz-Trachealkanüle Gleiche Größe (z.B. Gr. 8.0)	1 Stk.	Steril / MHD: _____
[]	Ersatz-Trachealkanüle 1 Größe kleiner (z.B. Gr. 7.0)	1 Stk.	Steril / MHD: _____
[]	Trachealkanülenspreizer (Trousseau) & Führungsdraht/Bougie	je 1 Stk.	Funktionsbereit
[]	Akku-Absauggerät (z.B. Accuvac) inkl. Ladekabel & KFZ-Stecker	1 Gerät	Akku-Check / Testlauf
[]	Absaugkatheter gerader/gebogener Trichter (CH 12, 14, 16)	je 10 Stk.	Steril / MHD: _____
[]	Cuffdruckmesser (20-25 mmHg) & Blockerspritze (10 ml)	1 Set	Kalibriert
[]	Stoma-Kompressen (Schlitzkompressen), Kanülenhalteband	je 5 Stk.	Steril verpackt

[]	Modul B: Diagnostik & Vitaldaten-Monitoring	Soll-Menge	Status / Batterie
[]	Fingertip SpO2-Pulsoximeter (Akku/Batterie geprüft)	1 Stk.	Ersatzbatterien vorh.
[]	Blutdruckmessgerät (Manuell/Digital) m. 2 Manschettengrößen	1 Set	Ersatzbatterien / STK
[]	Stethoskop (Flach-/Doppelkopf) zur Lungenauskultation	1 Stk.	Desinfiziert
[]	Infrarot-Thermometer / Fieberthermometer	1 Stk.	Funktionsprüfung
[]	Blutzuckermessgerät inkl. Teststreifen & Lanzetten	1 Set	MHD Streifen: _____
[]	Diagnostikleuchte (Pupillenleuchte) & Reflexhammer	1 Set	Batterie OK

CHECKLISTE: NOTFALL- & EINSATZTASCHE (TEIL 2)

AERIS Equipment-Check | Modul C, D, E & Quittung

EQUIPMENT A5

[]	Modul C: Notfall-Medikation & Inhalation	Soll-Menge	Ablaufdatum (MHD)
[]	Bedarfsmedikation gemäß Anordnungsbogen (Notfall-Box)	1 Set	MHD: _____
[]	NaCl 0,9 % Ampullen (5 ml / 10 ml) zur Sekretspülung	10 Amp.	MHD: _____
[]	Ultraschall-/Membran-Vernebler (Aerosol-Inhalation) mobil	1 Gerät	Akku geladen
[]	Inhalationsmaske / T-Stück für Tracheostoma	2 Stk.	Steril verpackt
[]	Spritzen (2 ml, 5 ml, 10 ml, 20 ml) & Kanülen (G 18, G 20)	je 5 Stk.	Steril / MHD: _____
[]	Magensonde / PEG-Sonder-Spritzen (50 ml Luer-Lock)	2 Stk.	MHD: _____

[]	Modul D: Hygiene, Aseptik & PSA	Soll-Menge	Status / Bestand
[]	Händedesinfektionsmittel (Hygienisch, 100 ml Kittelflasche)	2 Fl.	MHD: _____
[]	Flächendesinfektions-Tücher (Ready-to-use Spender)	1 Pack	Feucht-Check
[]	Sterile Einmalhandschuhe (Gr. S / M / L)	10 Paar	MHD: _____
[]	Unsterile Untersuchungshandschuhe (Box)	1 Box	Vollst. Bestand
[]	FFP2-Masken & Chir. Mundschutz & Schutzbrille	je 5 Stk.	Einwandfrei
[]	Schutzkittel / Einmalschürzen (Absaugschutz)	5 Stk.	Originalverpackt
[]	Wund- & Stoma-Notfallset (Aseptische Kompressen, Fixierung)	1 Set	Steril / ICW®

[]	Modul E: Dokumente & Notfall-Kommunikation	Bestand	Vollständigkeit
[]	AERIS Notfallkarten-Set A5 (SOP 1 - 4)	4 Karten	In Tasche eingeklebt
[]	Klientenstammblatt / DNR-Verfügung / Arztarztplan	Kopie	Aktueller Stand
[]	Notfall-Handy / Powerbank & Ladekabel	1 Set	Geladen (100 %)
[]	Wasserfester Marker & Kugelschreiber	2 Stk.	Funktionsfähig

PRÜFABSCHLUSS & QUALITÄTSBESTÄTIGUNG:

Die Notfall- & Einsatztasche wurde auf Vollständigkeit, Mängel, Akkuladezustände und Verfallsdaten (MHD) geprüft. Fehlbestände wurden umgehend aufgestockt.

Datum / Uhrzeit: _____ Prüfer (Handzeichen): _____