

1. Stammdaten des Betreibers & Einsatzzweck (§ 12 Abs. 1 MPBetreibV)

Betreiber / Verantwortlicher:	AERIS René Krieg · Außerklinische Intensivpflege Services	Pflegeplatz / Standort:	1:1 Häusliche AKI · Intensivzimmer Klient
Anschrift Betreiber:	Hohenfelsstraße 34, 35232 Dautphetal	Verantwortlicher (§ 5 MPBetreibV):	René Krieg (AKI, Beatmungstherapeut DGP)

2. Geräte-Stammblatt / Identifikationsdaten

Gerätebezeichnung:	_____	Risikoklasse:	[] IIa [] IIb (z.B. Respirator)
Hersteller:	_____	Modell / Typ:	_____
Seriennummer (S/N):	_____	UDI / CE-Kennz.:	_____
Inventar- / ID-Nr.:	_____	Baujahr / Anschaffung:	20__ / _____.20__
Medizintechnik-Lieferant:	_____	24/7 Notfall-Hotline:	_____

3. Protokoll der Einweisungen (§ 4 & § 10 MPBetreibV)

Anlage 1 & 2 Geräte dürfen nur von Personen angewendet werden, die am Gerät durch den Hersteller oder eine beauftragte Person eingewiesen wurden.

Datum	Eingewiesene Pflegefachkraft	Qualifikation / Funktion	Erst-Einweiser (Name/Firma)	Unterschrift
____.____.20__	René Krieg	Pflegefachmann / AKI / DGP	_____	_____
____.____.20__	_____	Pflegefachkraft (Freiberuflich)	_____	_____
____.____.20__	_____	Pflegefachkraft (Freiberuflich)	_____	_____
____.____.20__	_____	Pflegefachkraft (Freiberuflich)	_____	_____
____.____.20__	_____	Angehörige(r) / Budgetnehmer	_____	_____

4. Sicherheitstechnische (STK) & Messtechnische Kontrollen (MTK)

Prüfungsart	Intervall (MPBetreibV)	Letzte Prüfung	Nächste Fälligkeit	Prüfstelle / Techniker	Ergebnis / Plakette
STK (§ 11 MPBetreibV)	12 Monate (oder Hst.-Angabe)	____.____.20__	____.____.20__	_____	[] Bestanden [] Mangel
MTK (§ 14 MPBetreibV)	24 Monate (falls gefordert)	____.____.20__	____.____.20__	_____	[] Bestanden [] Mangel
Wartung / Akkucheck	6 / 12 Monate	____.____.20__	____.____.20__	_____	[] Bestanden [] Mangel

5. Nachweis von Instandhaltungen, Reparaturen & Störungen (§ 12 Abs. 2 MPBetreibV)

Verbindliche Chronologie aller Wartungsarbeiten, Reparaturen, Softwareupdates, Fehlermeldungen sowie von Meldungen nach der Medizinprodukte-Anwendermelde- und Informationsverordnung (MPAMIV / BfArM).

Datum	Art der Maßnahme / Störung	Grund / Fehlerbeschreibung	Durchführende Firma / Techniker	Visum
____.____.20____ —	[] STK [] Wartung [] Störung	_____	_____	_____
____.____.20____ —	[] STK [] Wartung [] Störung	_____	_____	_____
____.____.20____ —	[] STK [] Wartung [] Störung	_____	_____	_____
____.____.20____ —	[] STK [] Wartung [] Störung	_____	_____	_____
____.____.20____ —	[] STK [] Wartung [] Störung	_____	_____	_____
____.____.20____ —	[] STK [] Wartung [] Störung	_____	_____	_____
____.____.20____ —	[] STK [] Wartung [] Störung	_____	_____	_____

6. Laufende Betreiber-Routinekontrollen & Audit-Nachweis

Betreiberpflichten vor Ort (1:1-Intensivpflegezimmer):

- **Schichtweiser Akku- & Notstrom-Check:** Vollständige Aufladung von Haupt- und Backup-Respirator sowie Absaugpumpe vor Dienstbeginn.
- **Zubehör- & Filterwechsel:** Bakterienfilter, Beatmungsschläuche und Befeuchterkammern gemäß Herstellerintervall & RKI-Hygieneplan wechseln.
- **Gebrauchsanweisung:** Die Gebrauchsanweisung des Herstellers liegt jederzeit griffbereit am Pflegeplatz vor Ort aus (§ 12 Abs. 1 MPBetreibV).
- **Meldepflicht (§ 3 MPAMIV):** Schwerwiegende Vorkommnisse an Beatmungs- und Absauggeräten sind unverzüglich dem BfArM und dem Betreiber zu melden.

Dautphetal, den _____.____.20____

Dautphetal, den _____.____.20____

Unterschrift René Krieg (AERIS)
 Inhaber / Koordinierende Fachkraft

Unterschrift Medizintechnik-Beauftragter
 Prüfer / Einweiser der Fachfirma