


<p align="center">SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO - POP</p>		
Setor: Engenharia Clínica	Identificação: POP 105	
Processo: Manutenção Corretiva em Equipamento Médico	Versão: 01	
	Folha Nº:1/2	

1. OBJETIVO

Implementar e padronizar fluxos a serem seguidos para executar manutenção corretiva em equipamentos médicos assistenciais de saúde e para normatizar a entrada e identificação destes equipamentos, a fim de não utilizá-lo até a retirada do equipamento pela Engenharia Clínica, reduzindo a possibilidade de eventos adversos ocasionados por equipamentos médicos assistenciais defeituosos.

2. DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

RDC nº 63 de 25 de novembro de 2011;


RDC nº 02 de 25 de Fevereiro de 2010;

NBR nº 15943 de 28 de Maio de 2011;

RDC nº 36 de 25 de julho de 2013/Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) que trata ações para a segurança do paciente em serviços de saúde.

3. PROCEDIMENTO

Ordem	Ação/ Descrição	Agente Executor
1	Solicitar, o serviço desejado (manutenção corretiva), para a empresa terceirizada contratada ou responsável pelo equipamento, em caso de comodato ou aluguel, informando os dados do equipamento, a falha apresentada pelo mesmo.	Setor que deseja receber o atendimento
2	Fixar a etiqueta de identificação “Perigo – Equipamento em manutenção – não utilize” com lacre ou quando não for possível fixar a etiqueta em local visível com fita crepe. Obs.: Não fixar em tela de LCD ou no visor do equipamento;	Setor que identificou a falha
3	No ato da entrega, higienizar e descontaminar o equipamento Médico Assistencial ou acessório antes de disponibilizá-lo para corretiva.	Enfermagem
4	Retirar a etiqueta, no momento que o equipamento for retirado.	Enfermagem
5	Efetuar testes de funcionamento, no momento da entrega do equipamento pela empresa terceirizada.	Enfermagem
6	Armazenar a Ordem de Serviço, em pasta específica e entregar para o Engenheiro Clínico, quando possível.	Enfermagem
23	Preencher a planilha de registro histórico com todos os dados da Ordem de Serviço terceirizado.	Engenheiro Clínico

<p align="center">SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO - POP</p>		
Setor: Engenharia Clínica	Identificação: POP 105	
Processo: Manutenção Corretiva em Equipamento Médico	Versão: 01	
	Folha Nº:2/2	

OBSERVAÇÃO:

Verificar as descrições e conceitos no DOS Plano de Gerenciamento de Tecnologia.

Esta etiqueta de manutenção tem o objetivo de identificar de forma imediata pelos profissionais que os equipamentos não estão funcionando, evitando que os mesmos sejam colocados novamente em uso, antes dos devidos reparos.

4. CONTROLE DE REGISTROS

- Não aplicável.

5. ANEXOS

- Não aplicável.

Elaborado / revisado por: <p align="center">_____ Renata Vila Verde</p>		<u>22/01/2018</u> Data
Aprovado para uso: <p align="center">_____ Gabriela A. P. Fonseca</p>		<u>22/01/2018</u> Data