


<p align="center">SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO - POP</p>		
Setor: Engenharia Clínica	Identificação: POP 106	
Processo: Manutenção Preventiva em Equipamento Médico	Versão: 01	
	Folha Nº:1/2	

1. OBJETIVO

Implementar e padronizar fluxos a serem seguidos para executar manutenção preventiva em equipamentos médicos assistenciais de saúde e para normatizar a entrada e identificação destes equipamentos, a fim de não utilizá-lo até a retirada do equipamento pela Engenharia Clínica, reduzindo a possibilidade de eventos adversos ocasionados por equipamentos médicos assistenciais defeituosos.

2. DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

RDC nº 63 de 25 de novembro de 2011

RDC nº 02 de 25 de Fevereiro de 2010


NBR nº 15943 de 28 de Maio de 2011

RDC nº 36 de 25 de julho de 2013/ Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) que trata ações para a segurança do paciente em serviços de saúde.

Manual de Tecnovigilância

3. PROCEDIMENTO

Ordem	Ação/ Descrição	Agente Executor
1	Realizar o levantamento do parque tecnológico, anualmente, obtendo todas as informações pertinentes aos equipamentos para formular um cronograma de manutenção preventiva.	Engenheiro Clínico
2	Realizar o cronograma de manutenção preventiva conforme cada equipamento.	Engenheiro Clínico
3	Entregar e divulgar o cronograma de manutenção preventiva para todos os setores contemplados.	Enfermagem
4	Solicitar a contratação de empresa terceirizada especializada, conforme cronograma, para executar a manutenção preventiva, conforme cada família de equipamento.	Enfermagem
5	No ato da entrega, higienizar e descontaminar o equipamento Médico Assistencial ou acessório antes de disponibilizá-lo para corretiva.	Enfermagem
5	Efetuar testes de funcionamento, no momento da entrega do equipamento pela empresa terceirizada.	Enfermagem
6	Armazenar a Ordem de Serviço, em pasta específica e entregar para o Engenheiro Clínico, quando possível.	Enfermagem
23	Preencher a planilha de registro histórico com todos os dados da Ordem de Serviço terceirizado.	Engenheiro Clínico

<p align="center">SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO - POP</p>		
Setor: Engenharia Clínica	Identificação: POP 106	
Processo: Manutenção Preventiva em Equipamento Médico	Versão: 01	
	Folha Nº:2/2	

OBSERVAÇÃO:

Verificar as descrições e conceitos no DOS Plano de Gerenciamento de Tecnologia.

4. CONTROLE DE REGISTROS

- Não aplicável.

5. ANEXOS

- Não aplicável.

Elaborado / revisado por: <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div>_____</div> <div><u>22/01/2018</u></div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div>Renata Vila Verde</div> <div>Data</div> </div>	Aprovado para uso: <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div>_____</div> <div><u>22/01/2018</u></div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div>Gabriela A. P. Fonseca</div> <div>Data</div> </div>
--	--