


| | | |
|---|-------------------------------|---|
| <p align="center">SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO - POP</p> | |  |
| Setor: Engenharia Clínica | Identificação: POP 103 | |
| Processo: Armazenamento de Equipamento Médico | Versão: 01 | |
| | Folha Nº:1/2 | |

1. OBJETIVO

Implementar e padronizar fluxos a serem seguidos para armazenar, de forma adequada, os equipamentos médicos assistenciais de saúde, visando garantir a disponibilidade dos recursos tecnológicos e seguindo as recomendações dos fabricantes.

2. DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

RDC nº 63 de 25 de novembro de 2011;


RDC nº 02 de 25 de Fevereiro de 2010;

NBR nº 15943 de 28 de Maio de 2011;

RDC nº 36 de 25 de julho de 2013/ Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) que trata ações para a segurança do paciente em serviços de saúde.

3. PROCEDIMENTO

| Ordem | Ação/Descrição | Agente Executor |
|--------------|--|------------------------------------|
| 1 | Armazenar os equipamentos médicos assistenciais e seus acessórios segregados de produtos e substâncias que possam afetar a sua identidade, integridade, segurança e desempenho; | Enfermagem |
| 2 | Assegurar, em caso de equipamentos médicos assistenciais possuam fontes radioativas incorporadas, o armazenamento deverá estar de acordo com o Plano de Proteção Radiológica, conforme legislação vigente; | Enfermagem |
| 3 | Assegurar que os Equipamentos que possui bateria, interna ou externa, estejam conectados à rede elétrica. | Enfermagem |
| 4 | Instruir equipes assistenciais em caso de armazenamento inadequado ou identificação de equipamentos com bateria desconectada da rede elétrica. | Engenheiro Clínico e/ou Enfermagem |

| | | |
|---|-------------------------------|---|
| SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO - POP | |  |
| Setor: Engenharia Clínica | Identificação: POP 103 | |
| Processo: Armazenamento de Equipamento Médico | Versão: 01 | |
| | Folha Nº:2/2 | |

OBSERVAÇÃO:

Verificar as descrições e conceitos no DOS Plano de Gerenciamento de Tecnologia.

4. CONTROLE DE REGISTROS

- Não aplicável.

5. ANEXOS

- Não aplicável.

| | | | |
|--|--|--|--|
| Elaborado / revisado por: <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: flex-end;"> <div>_____</div> <div><u>22/01/2018</u></div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: flex-end;"> <div>Renata Vila Verde</div> <div>Data</div> </div> | | Aprovado para uso: <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: flex-end;"> <div>_____</div> <div><u>22/01/2018</u></div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: flex-end;"> <div>Gabriela A. P. Fonseca</div> <div>Data</div> </div> | |
|--|--|--|--|