


<p align="center"><b>SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE</b>  <b>PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO - POP</b></p>		
<b>Setor: Engenharia Clínica</b>	<b>Identificação: POP 108</b>	
<b>Processo: Retirada de Uso e obsolescência de Equipamento Médico</b>	<b>Versão: 01</b>	
	<b>Folha Nº:1/2</b>	

## 1. OBJETIVO

Implementar e padronizar fluxos a serem seguidos para a retirada de uso e obsolescência em equipamentos médicos assistenciais de saúde.

## 2. DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

RDC nº 63 de 25 de novembro de 2011;

RDC nº 02 de 25 de Fevereiro de 2010;

NBR nº 15943 de 28 de Maio de 2011;

RDC nº 36 de 25 de julho de 2013/ Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) que trata ações para a segurança do paciente em serviços de saúde.

RDC nº 25, de 15 de fevereiro de 2001;

Nota técnica Nº 05/2012/GQUIP/GGTPS/ANVISA;


Lei 9.677/1998

RDC/ANVISA nº 33, de 25 de fevereiro de 2003

Lei Nº 12.305/ 2010

## 3. PROCEDIMENTO

Ordem	Ação/Descrição	Agente Executor
1	Encaminhar informações à área pertinente (setor responsável pelo equipamento) sobre a necessidade de retirada de funcionamento de equipamentos, com base em informações históricas, registros, necessidade de atender a normas.	Enfermagem
2	Comunicar o serviço de patrimônio a retirada de uso do equipamento.	Enfermagem
3	Comunicar a Engenharia Clínica da necessidade de retirada de uso do equipamento.	Enfermagem
4	Preencher o REG 04 de retirada de uso e obsolescência, informando o motivo da retirada do equipamento do USO.	Engenheiro Clínico
5	Armazenar o REG 04 em pasta específica.	Enfermagem
6	Solicitar novo equipamento, se necessário, seguindo os procedimentos do POP de Aquisição.	Engenheiro Clínico

<p align="center"><b>SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE</b>  <b>PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO - POP</b></p>		
<b>Setor: Engenharia Clínica</b>	<b>Identificação: POP 108</b>	
<b>Processo: Retirada de Uso e obsolescência de Equipamento Médico</b>	<b>Versão: 01</b>	
	<b>Folha Nº:2/2</b>	

## **OBSERVAÇÃO:**

São condições para a retirada de uso:

Verificar as descrições e conceitos no DOS Plano de Gerenciamento de Tecnologia.

- O equipamento não atende à demanda;
- Há perda de confiabilidade referente ao equipamento;
- Mudança dos parâmetros do processo;
- Mudança das normas;
- Custo/benefício para reparo;
- Riscos/falhas de operação;
- O equipamento não apresenta condições de uso em nenhum outro processo.

## **4. CONTROLE DE REGISTROS**

- REG de Declaração técnica para retirada de uso e obsolescência

## **5. ANEXOS**

- Não aplicável.

<p><small>Não aplicar</small></p> <p><b>Elaborado / revisado por:</b></p> <p>_____</p> <p align="center">Renata Vila Verde</p>		<p><b>Aprovado para uso:</b></p> <p>_____</p> <p align="center">Gabriela A. P. Fonseca</p>	
22/01/2018	Data	22/01/2018	Data