SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO - POP



Setor: Engenharia Clínica Identificação: POP 101

Processo: Controle de Inventário em Equipamentos Médicos

Versão: 01 Folha Nº:1/2

1. OBJETIVO

Implementar e padronizar fluxos a serem seguidos para executar e controlar o inventário dos equipamento médico assistencial de saúde, visando manter um cadastro fiel do parque tecnológico, centralizar as informações técnicas de cada equipamento, combater extravio de bens e ajudar a gerenciar os pedidos de manutenção dos equipamentos cadastrados.

2. DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

RDC nº 63 de 25 de novembro de 2011;

RDC nº 02 de 25 de Fevereiro de 2010;

NBR nº 15943 de 28 de Maio de 2011;

RDC nº 36 de 25 de julho de 2013/Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) que trata ações para a segurança do paciente em serviços de saúde.

3. PROCEDIMENTO

Ordem	Ação/Descrição	Agente Executor
1	Realizar o inventário, anualmente, em cada setor, informando todos os dados do equipamento (Nome, marca, modelo, N/S, Patrimônio, ANVISA, acessórios, local).	Engenheiro Clínico
2	Avaliar a situação do Equipamento, funcionando satisfatoriamente, precariamente ou não funciona.	Engenheiro Clínico
3	Inserir os dados encontrados em cada equipamento em planilha no Excel específica de inventário.	Engenheiro Clínico
4	Registrar os equipamentos de Terceiros, em planilha de Excel, informando todos os dados do equipamento (Nome, marca, modelo, N/S, acessórios, manutenção).	Engenheiro Clínico / Enfermagem
5	Solicitar os formulários das manutenções preventivas, calibrações de todos os equipamentos de terceiros, arquivar estes documentos em pasta específica.	Engenheiro Clínico / Enfermagem

SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO - POP



Setor: Engenharia Clínica

Identificação: POP 101

Versão: 01

Processo: Controle de Inventário em Equipamentos Médicos

Folha Nº:2/2

OBSERVAÇÃO:

Verificar as descrições e conceitos no DOS Plano de Gerenciamento de Tecnologia.

4. CONTROLE DE REGISTROS

- Não aplicável.

5. ANEXOS

- Não aplicável.

Elaborado / revisado por:		Aprovado para uso:	
Renata Vila Verde	<u>22/01/2018</u> Data	Gabriela A. P. Fonseca	<u>22/01/2018</u> Data