



Kalibrovaný model jako screeningový (rule-out) nástroj

NNM: 17.1 (bez modelu) → 12.8 (s modelem) | senzitivita 95 % | úspora 29 % monitoringů

A — Monitoring burden: bez modelu vs. s modelem



B — Rule-out výkonnost (108 pac. s predikovanou negativitou)



● 107 správně vyloučeno (TN, 99.1 %)

● 1 přehlédnutá FiS (FN, 0.9 %)

AFib+ zachycena — TP (n = 21) AFib- → zbytečný monitoring — FP (n = 248) AFib- správně vyloučeno — TN (n = 107) AFib+ přehlédnuta — FN (n = 1)

Z 108 pacientů doporučených k vyloučení z MDT monitoringu je AFib+ jen 1 (NPV = 99.1 %). Při senzitivitě 95 % model ušetří 108 monitoringů (29 %) — NNM klesá o 25%.