



INSTITUTO DE HIDROLOGÍA, METEOROLOGÍA Y ESTUDIOS AMBIENTALES – IDEAM

RESOLUCIÓN N.º 1144 del 23 de septiembre de 2025

“Por la cual se mantiene la acreditación y amplía el alcance a la sociedad **SISTEMA AMBIENTAL S.A.S.** identificada con N.I.T. 900.963.520-5, para producir información cuantitativa física y química y se toman otras determinaciones.”

LA SUBDIRECTORA DE ESTUDIOS AMBIENTALES DEL INSTITUTO DE HIDROLOGÍA, METEOROLOGÍA Y ESTUDIOS AMBIENTALES – IDEAM

En ejercicio de sus facultades legales y en especial las conferidas en el Decreto 291 de 2004, artículo 5, el artículo 2.2.8.9.1.5 del Decreto 1076 de 2015, la Resolución No. 0104 del 28 de enero de 2022 y la Resolución No. 0510 del 26 de abril de 2023 del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales – IDEAM

y

CONSIDERANDO

Que mediante la Resolución NO. 1843 de 26 de agosto de 2022, el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales - IDEAM renovó la acreditación y extendió el alcance para producir información cuantitativa física y química, para los estudios o análisis ambientales requeridos por las Autoridades Ambientales competentes y de carácter oficial, relacionada con la calidad del medio ambiente y de los recursos naturales renovables, la sociedad **SISTEMA AMBIENTAL S.A.S.**, identificada con N.I.T. 900.963.520-5, con domicilio en la Calle 34B N.º 81 A - 125, en la ciudad de Medellín en el departamento de Antioquia, bajo los lineamientos de la norma NTC-ISO/IEC 17025 “*Requisitos Generales de Competencia de Laboratorios de Ensayo y Calibración*” versión 2017 por un periodo de 4 años hasta el 15 de septiembre de 2026.

Que mediante comunicación electrónica con radicado No. 20239910084012 del 24 de octubre de 2023 que reposa bajo el Expediente No. 20236014110003260E la sociedad **SISTEMA AMBIENTAL S.A.S.** solicitó al IDEAM la visita de seguimiento de la acreditación y ampliación del alcance.

Que mediante comunicación electrónica con fecha 07 de noviembre de 2023 el IDEAM solicitó requerimiento de aclaración para la visita de seguimiento a la acreditación y ampliación del alcance, la cual fue respondida por la sociedad **SISTEMA AMBIENTAL S.A.S.** mediante comunicación electrónica con fecha del 21 de noviembre de 2023, comunicaciones incluidas en el mismo radicado mencionado en el acápite anterior.

Que mediante comunicación del 11 de enero de 2024 el IDEAM remitió la formalización del inicio del trámite de seguimiento de la acreditación y ampliación del alcance de la sociedad **SISTEMA AMBIENTAL S.A.S.** de acuerdo con el alcance allegado por el laboratorio, el cual fue revisado y archivado con radicado No. 20236010107071 del 27 de diciembre de 2023 en donde consigna como “NO SOLICITÓ” las siguientes variables, las cuales se acreditaron por el Instituto bajo la Resolución No. 1843 de 26 de agosto de 2022.

MATRIZ AGUA								
COMPONENTE CONTINENTAL								
N.º	Actividad	Grupo	Variable	Técnica	Método	Versión Método	Identificación Equipo	Intervalo de trabajo
1	Muestreo Puntual	Determinación In Situ	Oxígeno Disuelto	Fotometría	SM 4500-O H	SM 23rd ed 2017	---	No Aplica
2	Muestreo Compuesto	Determinación In Situ	Oxígeno Disuelto	Fotometría	SM 4500-O H	SM 23rd ed 2017	---	No Aplica
3	Muestreo Integrado en Cuerpo Lótico	Determinación In Situ	Oxígeno Disuelto	Fotometría	SM 4500-O H	SM 23rd ed 2017	---	No Aplica
4	Muestreo Integrado en Cuerpo Léntico	Determinación In Situ	Oxígeno Disuelto	Fotometría	SM 4500-O H	SM 23rd ed 2017	---	No Aplica
5	Muestreo Agua Subterránea	Determinación In Situ	Oxígeno Disuelto	Fotometría	SM 4500-O H	SM 23rd ed 2017	---	No Aplica



INSTITUTO DE HIDROLOGÍA, METEOROLOGÍA Y ESTUDIOS AMBIENTALES – IDEAM

RESOLUCIÓN N.º 1144 del 23 de septiembre de 2025

“Por la cual se mantiene la acreditación y amplía el alcance a la sociedad **SISTEMA AMBIENTAL S.A.S.** identificada con N.I.T. 900.963.520-5, para producir información cuantitativa física y química y se toman otras determinaciones.”

Matriz Aire									
Componente Calidad del Aire									
N.º	Actividad	Grupo	Variable	Técnica	Método	Versión Método	Modelo(s) Equipo(s)	Identificación Equipo	Intervalo de trabajo
1	Muestreo	Partículas Suspendidas Totales	Partículas Suspendidas Totales	---	U.S. EPA CFR, Título 40, Capítulo I, Subcapítulo C, Parte 50, Apéndice B. Alto Volumen	2023	---	---	No Aplica
2	Determinación directa	Contaminante Criterio	Ozono	Fotometría	U.S. EPA CFR, Título 40, Capítulo I, Subcapítulo C, Parte 50, Apéndice D. EQOA-0992-087	---	---	---	No Aplica
3	Determinación directa	Contaminante Criterio	Dióxido de Nitrógeno	Fotometría	U.S. EPA CFR, Título 40, Capítulo I, Subcapítulo C, Parte 50, Apéndice F. RFNA-0809-186	---	---	---	No Aplica

Que mediante comunicación electrónica con fecha del 04 de junio de 2024 el IDEAM emitió la cotización número C-0004 de la visita de seguimiento a la acreditación y ampliación del alcance de la sociedad **SISTEMA AMBIENTAL S.A.S.** que reposa bajo radicado No. 20236010107101 del 31 de mayo 2024.

Que mediante comunicación electrónica con fecha 18 de julio de 2024, la sociedad **SISTEMA AMBIENTAL S.A.S.** envió al IDEAM, el comprobante de pago correspondiente a la visita de seguimiento de la acreditación y ampliación del alcance, trámite archivado mediante radicado No. 20249910069122.

Que mediante comunicación electrónica por oficio con radicado No. 20246010099241 con fecha del 13 de septiembre de 2024 el IDEAM confirmó a la sociedad **SISTEMA AMBIENTAL S.A.S.** las fechas programadas y el equipo evaluador designado para la realización de las etapas 1 y 2 correspondientes a la auditoria de seguimiento de la acreditación y ampliación del alcance.

Que mediante comunicación electrónica con radicado No. 20249910105762 del 27 de septiembre de 2024 la sociedad **SISTEMA AMBIENTAL S.A.S** allegó al IDEAM la información y documentos de la etapa 1 para la evaluación con fines de seguimiento a la acreditación y ampliación del alcance.

Que mediante comunicación por oficio con radicado No. 20246010110341 del 08 de octubre de 2024 el IDEAM remitió a la sociedad **SISTEMA AMBIENTAL S.A.S** el informe correspondiente a la Etapa 1 de evaluación informando la procedencia de la Etapa 2 del proceso de evaluación de seguimiento de la acreditación y ampliación del alcance.

Que mediante oficio con radicado No. 20246010127691 del 12 de noviembre de 2024 el IDEAM remitió a la sociedad **SISTEMA AMBIENTAL S.A.S.** los documentos plan, cronograma y alcance para el desarrollo de la visita de seguimiento de la acreditación y ampliación del alcance.

Que el IDEAM llevó a cabo la visita de evaluación con fines de seguimiento de la acreditación y ampliación del alcance de la sociedad **SISTEMA AMBIENTAL S.A.S.** entre los días del 18 de noviembre al 28 de noviembre de 2024 tal y como obran los registros y



INSTITUTO DE HIDROLOGÍA, METEOROLOGÍA Y ESTUDIOS AMBIENTALES – IDEAM

RESOLUCIÓN N.º 1144 del 23 de septiembre de 2025

“Por la cual se mantiene la acreditación y amplía el alcance a la sociedad **SISTEMA AMBIENTAL S.A.S.** identificada con N.I.T. 900.963.520-5, para producir información cuantitativa física y química y se toman otras determinaciones.”

evidencias archivadas con radicado No. 20246010225363 en el expediente No. 20236014110003260E.

Que durante la visita de seguimiento de la acreditación y ampliación del alcance realizada del 18 de noviembre al 28 de noviembre de 2024 a la sociedad **SISTEMA AMBIENTAL S.A.S.** se realizaron los siguientes ajustes en el alcance de la evaluación:

Matriz	Componente	Actividad	Variable	Método	Método justado
Sedimento	Sedimento Continental	Muestreo	Muestreo	NTC 5667-1, NTC 5667-2, NTC 5667-3, NTC 5667-4, NTC 5667-12	NTC 5667-12

Matriz	Componente	Actividad	Variable	Método	Actividad Ajustada	Método Ajustado
Aire	Fuentes Fijas	Muestreo	Monóxido de Carbono	U.S. EPA CFR, Título 40, Capítulo I, Subcapítulo C, Parte 60, Apéndice A-4 Método 10	Determinación	U.S. EPA CFR, Título 40, Capítulo I, Subcapítulo C, Parte 60, Apéndice A-4 Método 10 (Procedimiento del Analizador Instrumental)
Aire	Fuentes Fijas	Análisis	Monóxido de Carbono	U.S. EPA CFR, Título 40, Capítulo I, Subcapítulo C, Parte 60, Apéndice A-4 Método 10		

Que adicionalmente, durante la visita de seguimiento de la acreditación y ampliación del alcance la sociedad **SISTEMA AMBIENTAL S.A.S.** solicitó el retiro de las siguientes variables del alcance de la evaluación realizada, tramite archivado mediante radicado No. 20249910137224 con fecha 28 de noviembre de 2024.

Matriz	Componente	Actividad	Variable	Método	Tipo de solicitud
Agua	Continental	Muestreo Puntual	Muestreo	NTC 5667-1, NTC 5667-2, NTC 5667-3, NTC 5667-4, NTC 5667-6, NTC 5667-10, NTC 5667-11.	Ampliación
Agua	Continental	Muestreo Compuesto	Muestreo	NTC 5667-1, NTC 5667-2, NTC 5667-3, NTC 5667-10.	Ampliación
Agua	Continental	Muestreo Integrado en Cuerpo Lótico	Muestreo	NTC 5667-1, NTC 5667-2, NTC 5667-3, NTC 5667-6.	Ampliación
Agua	Continental	Muestreo Integrado en Cuerpo Léntico	Muestreo	NTC 5667-1, NTC 5667-2, NTC 5667-3, NTC 5667-4.	Ampliación
Agua	Continental	Muestreo Agua Subterránea	Muestreo	NTC 5667-1, NTC 5667-2, NTC 5667, NTC 5667-11.	Ampliación

Que el 06 de diciembre de 2024 el IDEAM proyectó el informe de evaluación In Situ correspondiente a la visita de seguimiento a la acreditación y ampliación del alcance de la sociedad **SISTEMA AMBIENTAL S.A.S.** trámite archivado mediante radicado No. 20246010140071.

Que la sociedad **SISTEMA AMBIENTAL S.A.S.** allegó por medio de correo electrónico el día 09 de diciembre del 2024 al IDEAM, el plan de acciones correctivas para las no conformidades detectadas en la evaluación in situ de seguimiento de la acreditación y ampliación del alcance, trámite archivado mediante radicado No. 20249910142832.

Que el 16 de diciembre de 2024 el IDEAM, envió a la sociedad **SISTEMA AMBIENTAL S.A.S.** el plan de acciones correctivas revisado mediante comunicación electrónica, trámite archivado con radicado No. 20249910142832.

Que mediante comunicación electrónica archivada con radicado No. 20259910013602 del 31 de enero de 2025, la sociedad **SISTEMA AMBIENTAL S.A.S.** solicitó ante el IDEAM, la ampliación del término para presentar evidencias para el cierre de las no conformidades detectadas durante la visita de seguimiento de la acreditación y ampliación del alcance, obteniendo respuesta positiva por parte de este Instituto mediante radicado No. 20256010020631.

Que la sociedad **SISTEMA AMBIENTAL S.A.S.** allegó al IDEAM, las evidencias para tratamiento de no conformidades detectadas durante la evaluación in situ de seguimiento



INSTITUTO DE HIDROLOGÍA, METEOROLOGÍA Y ESTUDIOS AMBIENTALES – IDEAM

RESOLUCIÓN N.º 1144 del 23 de septiembre de 2025

“Por la cual se mantiene la acreditación y amplía el alcance a la sociedad **SISTEMA AMBIENTAL S.A.S.** identificada con N.I.T. 900.963.520-5, para producir información cuantitativa física y química y se toman otras determinaciones.”

de la acreditación y ampliación del alcance por medio del radicado No. 20259910054562 del 02 de abril de 2025.

Que una vez revisadas las evidencias allegadas por la sociedad **SISTEMA AMBIENTAL S.A.S.** el IDEAM emitió oficio de finalización de revisión de acciones correctivas y notificó la necesidad de una visita de verificación de acciones correctivas, trámite archivado mediante radicado No. 20256010062541 del 24 de abril de 2025.

Que mediante correo electrónico del 05 de mayo de 2025 archivado bajo el radicado No. 20256010062151, el IDEAM emitió la cotización para la visita de verificación de acciones correctivas del proceso de seguimiento de la acreditación y ampliación del alcance de la sociedad **SISTEMA AMBIENTAL S.A.S.**

Que mediante correo electrónico del 12 de junio de 2025, la sociedad **SISTEMA AMBIENTAL S.A.S.** envió al IDEAM el soporte de pago correspondiente a la visita de verificación de acciones correctivas del proceso de seguimiento de la acreditación y ampliación del alcance, trámite archivado mediante radicado No. 20259910099362.

Que mediante oficio con radicado No. 20256010090621 del 17 de junio de 2025, el IDEAM notificó a la sociedad **SISTEMA AMBIENTAL S.A.S.** las fechas programadas y el equipo evaluador designado para la ejecución de la visita de verificación de acciones correctivas del proceso de seguimiento de la acreditación y ampliación del alcance.

Que mediante radicado No. 20256010105631 del 18 de julio de 2025 el IDEAM remitió a la organización **SISTEMA AMBIENTAL S.A.S.** los documentos plan y cronograma correspondientes a la visita de verificación de acciones correctivas correspondiente al proceso de seguimiento de la acreditación y ampliación del alcance.

Que la visita con fines de verificación de acciones correctivas correspondiente al proceso de seguimiento de la acreditación y ampliación del alcance de la sociedad **SISTEMA AMBIENTAL S.A.S.** se realizó entre los días del 29 de julio de 2025 al 30 de julio de 2025 tal y como obran las evidencias archivadas con radicado No. 20256010132673 en el expediente No. 20236014110003260E.

Que el día 05 de agosto de 2025 el IDEAM llevó a cabo el comité de acreditación No. 2025-071 correspondiente al trámite de seguimiento de la acreditación y ampliación del alcance del laboratorio de la sociedad **SISTEMA AMBIENTAL S.A.S.** identificada con N.I.T. 900.963.520-5, cuya acta de reunión del comité reposa bajo radicado No. 20256010117131.

Que según el procedimiento descrito en los Artículos 35º y 37º de la Resolución No. 0104 del 28 de enero de 2022 y por lo expuesto en la parte considerativa se hace necesario para el IDEAM emitir un Acto Administrativo con el objetivo de pronunciarse de fondo respecto al trámite de acreditación de la sociedad **SISTEMA AMBIENTAL S.A.S.** identificada con N.I.T. 900.963.520-5, con domicilio en la Calle 34B N.º 81 A - 125, en la ciudad de Medellín en el departamento de Antioquia.

Que los documentos del proceso de acreditación, la solicitud y desarrollo del trámite de seguimiento a la acreditación y ampliación del alcance de la sociedad **SISTEMA AMBIENTAL S.A.S.** identificada con N.I.T. 900.963.520-5, se conservan en la dependencia del Grupo de Acreditación de la Subdirección de Estudios Ambientales del IDEAM, archivados en el expediente No. 20236014110003260E.

Que finalmente y según la información remitida, la sociedad **SISTEMA AMBIENTAL S.A.S.** identificada con N.I.T. 900.963.520-5, cumplió con todas las etapas y requisitos



INSTITUTO DE HIDROLOGÍA, METEOROLOGÍA Y ESTUDIOS AMBIENTALES – IDEAM

RESOLUCIÓN N.º 1144 del 23 de septiembre de 2025

“Por la cual se mantiene la acreditación y amplía el alcance a la sociedad **SISTEMA AMBIENTAL S.A.S. identificada con N.I.T. 900.963.520-5, para producir información cuantitativa física y química y se toman otras determinaciones.”**

establecidos en la Resolución No. 0104 del 28 de enero 2022, proferida por el IDEAM para el proceso de seguimiento a la acreditación y ampliación del alcance solicitado.

MARCO JURÍDICO DE LA DECISIÓN

Con fundamento en los principios de la función pública, consagrados en el artículo 209 de la Constitución Política, los procedimientos y las regulaciones administrativas deben tener como finalidad proteger y garantizar la efectividad de los derechos de las personas naturales y jurídicas ante las Autoridades y facilitar las relaciones de los particulares con estas, como usuarias o destinatarias de sus servicios de conformidad con los principios y reglas previstos en la Ley.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 17 de la Ley 99 de 1993, el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales – IDEAM, es el establecimiento público encargado del levantamiento y manejo de la información científica y técnica sobre los ecosistemas que forman parte del patrimonio ambiental del país, así como de establecer las bases técnicas para clasificar y zonificar el uso del territorio nacional para los fines de planificación y ordenamiento del territorio. Corresponde a este Instituto efectuar el seguimiento de los recursos biofísicos de la Nación, especialmente en lo referente a su contaminación y degradación, necesarios para la toma de decisiones de las Autoridades Ambientales.

A través del Decreto 1076 de 2015 el Gobierno Nacional expidió el Decreto Único Reglamentado del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible, cuyo objeto es compilar la normatividad expedida por el Gobierno Nacional en ejercicio de las facultades reglamentarias conferidas por el numeral 11 del Artículo 189 de la Constitución Política, para la cumplida ejecución de las Leyes del sector Ambiente en el Artículo 2.2.8.9.1.5, estableció que el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales – IDEAM, es la Entidad competente para establecer los sistemas de referencia para la acreditación e inter calibración analítica de los laboratorios cuya actividad esté relacionada con la producción de datos e información de carácter físico, químico y biótico de la calidad del medio ambiente y de los recursos naturales.

De conformidad con el parágrafo 2 del artículo 2.2.8.9.1.5 del Decreto arriba mencionado, los laboratorios que produzcan información cuantitativa física, química y biótica para los estudios o análisis ambientales requeridos por las Autoridades Ambientales competentes, y los demás que produzcan información de carácter oficial relacionada con la calidad del medio ambiente y de los recursos naturales renovables, deberán poseer certificado de acreditación correspondiente otorgado mediante Acto Administrativo expedido por el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales - IDEAM.

Por su parte, el numeral 13 del artículo décimo quinto del Decreto 291 de 2004, señala que corresponde al Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales - IDEAM a través de la Subdirección de Estudios Ambientales, acreditar los laboratorios ambientales del sector público y privado que produzcan información física, química y biótica para los estudios o análisis ambientales, relacionada con la calidad del medio ambiente y de los recursos naturales renovables.

Considerando que el Instituto de Hidrología, Meteorología, y Estudios Ambientales – IDEAM, publicó la Resolución No. 0104 del 28 de enero de 2022 “Por medio de la cual se establecen los requisitos y el procedimiento para la Acreditación de Laboratorios Ambientales en Colombia y se toman otras determinaciones”, la cual quedó en firme a partir de su publicación en el Diario Oficial, el 04 de febrero de 2022.



INSTITUTO DE HIDROLOGÍA, METEOROLOGÍA Y ESTUDIOS AMBIENTALES – IDEAM

RESOLUCIÓN N.º 1144 del 23 de septiembre de 2025

“Por la cual se mantiene la acreditación y amplía el alcance a la sociedad **SISTEMA AMBIENTAL S.A.S.** identificada con N.I.T. 900.963.520-5, para producir información cuantitativa física y química y se toman otras determinaciones.”

Que el Título V de la Resolución No. 0104 del 28 de enero de 2022 establece las condiciones para el seguimiento, ampliación, renovación de la acreditación y cambio de instalaciones.

Que el Artículo 45º del Capítulo I del Título V de la Resolución No. 0104 del 28 de enero de 2022 establece respecto a Modificación: “En caso que se modifique el alcance, la versión de la norma NTC-ISO/IEC 17025 u cualquier otro cambio relevante, durante el trámite de seguimiento de la acreditación, el Instituto seguirá el procedimiento definido en los artículos 35º, 36º, 37º y 38º del presente acto administrativo.”

Que el Título VI de la Resolución No. 0104 del 28 de enero de 2022, anteriormente mencionada, establece las condiciones para el desistimiento, la suspensión, la reducción y la terminación de la acreditación.

Que el artículo 64º del Capítulo IV del Título VI de la Resolución No. 0104 del 28 de enero de 2022 establece respecto a Retiro: “El OEC podrá retirar parte del alcance de la acreditación mediante solicitud expresa para lo cual el IDEAM expedirá el correspondiente Acto Administrativo.”

Que el Artículo 71º del Título VIII de la Resolución No. 0104 del 28 de enero de 2022 establece que en cuanto a Plan de participación en ensayos de aptitud: “Anualmente el OEC deberá presentar Ensayos de Aptitud para el 50% de las variables incluidas dentro de su alcance. Para ello deberá presentar al IDEAM un plan de participación en ensayos de aptitud donde se describan las variables que presentará en cada anualidad.”

Finalmente, a través de la Resolución No. 0510 del 26 de abril de 2023, la Directora General del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales – IDEAM, delegó en la Subdirección de Estudios Ambientales, la suscripción de los Actos Administrativos y demás actuaciones que se expidan en el marco del trámite de Acreditación de Laboratorios Ambientales en Colombia de conformidad con lo establecido en la Resolución No. 0104 del 28 de enero de 2022 y posteriores modificaciones.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE

ARTÍCULO 1. Mantener la acreditación para producir información cuantitativa física y química, para los estudios o análisis ambientales requeridos por las Autoridades Ambientales competentes, relacionada con la calidad del medio ambiente y de los recursos naturales renovables, de la sociedad SISTEMA AMBIENTAL S.A.S. identificada con N.I.T. 900.963.520-5, con domicilio en la Calle 34B N.º 81 A - 125, en la ciudad de Medellín en el departamento de Antioquia, bajo los lineamientos de la norma NTC-ISO/IEC 17025 “*Requisitos Generales de Competencia de Laboratorios de Ensayo y Calibración*” versión 2017, para las siguientes variables:

MATRIZ AGUA								
COMPONENTE CONTINENTAL								
N.º	Actividad	Grupo	Variable	Técnica	Método	Versión Método	Identificación Equipo	Intervalo de trabajo
1	Muestreo Puntual	Determinación In Situ	Muestreo	---	Protocolo de monitoreo y seguimiento del agua, Ideam, Invermar.	2021	No Aplica	No Aplica
2	Muestreo Puntual	Determinación In Situ	pH	Electrometría	SM 4500-H+ B	SM 23rd ed 2017	No Aplica	2,0 unidades de pH - 12,0 unidades de pH
3	Muestreo Puntual	Determinación In Situ	Temperatura	Termometría	SM 2550 B	SM 23rd ed 2017	No Aplica	No Aplica

INSTITUTO DE HIDROLOGÍA, METEOROLOGÍA Y ESTUDIOS AMBIENTALES – IDEAM

RESOLUCIÓN N.º 1144 del 23 de septiembre de 2025

“Por la cual se mantiene la acreditación y amplía el alcance a la sociedad **SISTEMA AMBIENTAL S.A.S.** identificada con N.I.T. 900.963.520-5, para producir información cuantitativa física y química y se toman otras determinaciones.”

MATRIZ AGUA								
COMPONENTE CONTINENTAL								
N.º	Actividad	Grupo	Variable	Técnica	Método	Versión Método	Identificación Equipo	Intervalo de trabajo
4	Muestreo Puntual	Determinación In Situ	Conductividad	Electrometría	SM 2510 B	SM 23rd ed 2017	No Aplica	10 µS/cm - 12800 µS/cm
5	Muestreo Puntual	Determinación In Situ	Sólidos Sedimentables	Volumétrica	SM 2540 F	SM 23rd ed 2017	No Aplica	A partir de 0,1 mL/L
6	Muestreo Puntual	Determinación In Situ	Caudal	Volumétrica	Protocolo de monitoreo y seguimiento del agua, Ideam, Invemar, numeral 8.1.2	2021	No Aplica	No Aplica
7	Muestreo Compuesto	Determinación In Situ	Muestreo	---	Protocolo de monitoreo y seguimiento del agua, Ideam, Invemar.	2021	No Aplica	No Aplica
8	Muestreo Compuesto	Determinación In Situ	pH	Electrometría	SM 4500-H+ B	SM 23rd ed 2017	No Aplica	2,0 unidades de pH - 12,0 unidades de pH
9	Muestreo Compuesto	Determinación In Situ	Temperatura	Termometría	SM 2550 B	SM 23rd ed 2017	No Aplica	No Aplica
10	Muestreo Compuesto	Determinación In Situ	Conductividad	Electrometría	SM 2510 B	SM 23rd ed 2017	No Aplica	10 µS/cm - 12800 µS/cm
11	Muestreo Compuesto	Determinación In Situ	Sólidos Sedimentables	Volumétrica	SM 2540 F	SM 23rd ed 2017	No Aplica	A partir de 0,1 mL/L
12	Muestreo Compuesto	Determinación In Situ	Caudal	Volumétrica	Protocolo de monitoreo y seguimiento del agua, Ideam, Invemar, numeral 8.1.2	2021	No Aplica	No Aplica
13	Muestreo Integrado en Cuerpo Lótico	Determinación In Situ	Muestreo	---	Protocolo de monitoreo y seguimiento del agua, Ideam, Invemar.	2021	No Aplica	No Aplica
14	Muestreo Integrado en Cuerpo Lótico	Determinación In Situ	pH	Electrometría	SM 4500-H+ B	SM 23rd ed 2017	No Aplica	2,0 unidades de pH - 12,0 unidades de pH
15	Muestreo Integrado en Cuerpo Lótico	Determinación In Situ	Temperatura	Termometría	SM 2550 B	SM 23rd ed 2017	No Aplica	No Aplica
16	Muestreo Integrado en Cuerpo Lótico	Determinación In Situ	Conductividad	Electrometría	SM 2510 B	SM 23rd ed 2017	No Aplica	10 µS/cm - 12800 µS/cm
17	Muestreo Integrado en Cuerpo Lótico	Determinación In Situ	Sólidos Sedimentables	Volumétrica	SM 2540 F	SM 23rd ed 2017	No Aplica	A partir de 0,1 mL/L
18	Muestreo Integrado en Cuerpo Lótico	Determinación In Situ	Caudal	Área x Velocidad	Protocolo de monitoreo y seguimiento del agua, Ideam, Invemar, numeral 8.1.2	2021	Molinete	No Aplica
19	Muestreo Integrado en Cuerpo Léntico	Determinación In Situ	Muestreo	---	Protocolo de monitoreo y seguimiento del agua, Ideam, Invemar.	2021	No Aplica	No Aplica
20	Muestreo Integrado en Cuerpo Léntico	Determinación In Situ	pH	Electrometría	SM 4500-H+ B	SM 23rd ed 2017	No Aplica	2,0 unidades de pH - 12,0 unidades de pH
21	Muestreo Integrado en Cuerpo Léntico	Determinación In Situ	Temperatura	Termometría	SM 2550 B	SM 23rd ed 2017	No Aplica	No Aplica
22	Muestreo Integrado en Cuerpo Léntico	Determinación In Situ	Conductividad	Electrometría	SM 2510 B	SM 23rd ed 2017	No Aplica	10 µS/cm - 12800 µS/cm
23	Muestreo Integrado en Cuerpo Léntico	Determinación In Situ	Sólidos Sedimentables	Volumétrica	SM 2540 F	SM 23rd ed 2017	No Aplica	A partir de 0,1 mL/L

INSTITUTO DE HIDROLOGÍA, METEOROLOGÍA Y ESTUDIOS AMBIENTALES – IDEAM

RESOLUCIÓN N.º 1144 del 23 de septiembre de 2025

“Por la cual se mantiene la acreditación y amplía el alcance a la sociedad **SISTEMA AMBIENTAL S.A.S.** identificada con N.I.T. 900.963.520-5, para producir información cuantitativa física y química y se toman otras determinaciones.”

MATRIZ AGUA								
COMPONENTE CONTINENTAL								
N.º	Actividad	Grupo	Variable	Técnica	Método	Versión Método	Identificación Equipo	Intervalo de trabajo
24	Muestreo Agua Subterránea	Determinación In Situ	Muestreo	---	Protocolo de monitoreo y seguimiento del agua, Ideam, Invermar.	2021	No Aplica	No Aplica
25	Muestreo Agua Subterránea	Determinación In Situ	pH	Electrometría	SM 4500-H+ B	SM 23rd ed 2017	No Aplica	2,0 unidades de pH - 12,0 unidades de pH
26	Muestreo Agua Subterránea	Determinación In Situ	Temperatura	Termometría	SM 2550 B	SM 23rd ed 2017	No Aplica	No Aplica
27	Muestreo Agua Subterránea	Determinación In Situ	Conductividad	Electrometría	SM 2510 B	SM 23rd ed 2017	No Aplica	10 µS/cm - 12800 µS/cm

MATRIZ SEDIMENTO									
COMPONENTE SEDIMENTO CONTINENTAL									
N.º	Actividad	Grupo	Variable	Técnica	Método	Versión Método	Modelo(s) Equipo(s)	Identificación Equipo	Intervalo de trabajo
1	Sedimento Continental Muestreo	Determinación In Situ	Muestreo	---	NTC 5667-12	1998	No Aplica	No Aplica	No Aplica

MATRIZ AIRE								
COMPONENTE FUENTES FIJAS								
N.º	Actividad	Grupo	Variable	Técnica	Método	Versión Método	Identificación Equipo	Intervalo de trabajo
1	Determinación	Determinación In Situ	Puntos Transversos para Realizar Muestreo y Velocidad en Fuentes Estacionarias	Cálculo	U.S. EPA CFR, Título 40, Capítulo I, Subcapítulo C, Parte 60, Apéndice A-1 Método 1	2023	No Aplica	No Aplica
2	Determinación	Determinación In Situ	Puntos Transversos para Muestreo y Velocidad en Fuentes Estacionarias con Chimeneas o Ductos Pequeños	Cálculo	U.S. EPA CFR, Título 40, Capítulo I, Subcapítulo C, Parte 60, Apéndice A-1 Método 1A	2023	No Aplica	No Aplica
3	Determinación	Determinación In Situ	Velocidad de Gas en Fuentes Estacionarias y Tasa de Flujo Volumétrica empleando el Tubo Pitot Tipo S	Cálculo	U.S. EPA CFR, Título 40, Capítulo I, Subcapítulo C, Parte 60, Apéndice A-1 Método 2	2023	No Aplica	No Aplica
4	Determinación	Determinación In Situ	Velocidad de Gas y Tasa de Flujo Volumétrica en Chimeneas o Ductos Pequeños (Tubo Pitot Estándar)	Cálculo	U.S. EPA CFR, Título 40, Capítulo I, Subcapítulo C, Parte 60, Apéndice A-1 Método 2C	2023	No Aplica	No Aplica
5	Determinación	Determinación In Situ	Peso Molecular del gas seco	Volumetría	U.S. EPA CFR, Título 40, Capítulo I, Subcapítulo C, Parte 60, Apéndice A-2 Método 3	2023	No Aplica	No Aplica
6	Determinación	Determinación In Situ	Factor de Corrección de la Tasa de Emisión o Exceso de Aire	Volumetría	U.S. EPA CFR, Título 40, Capítulo I, Subcapítulo C, Parte 60, Apéndice A-2 Método 3B	2023	No Aplica	No Aplica
7	Determinación	Determinación In Situ	Contenido de Humedad en Gases de Chimenea	Gravimetría	U.S. EPA CFR, Título 40, Capítulo I, Subcapítulo C, Parte 60, Apéndice A-3 Método 4	2023	No Aplica	No Aplica
8	Muestreo	Material Particulado	Material Particulado	---	U.S. EPA CFR, Título 40, Capítulo I, Subcapítulo C, Parte 60, Apéndice A-3 Método 5	2023	No Aplica	No Aplica



INSTITUTO DE HIDROLOGÍA, METEOROLOGÍA Y ESTUDIOS AMBIENTALES – IDEAM

RESOLUCIÓN N.º 1144 del 23 de septiembre de 2025

“Por la cual se mantiene la acreditación y amplía el alcance a la sociedad **SISTEMA AMBIENTAL S.A.S.** identificada con N.I.T. 900.963.520-5, para producir información cuantitativa física y química y se toman otras determinaciones.”

MATRIZ AIRE								
COMPONENTE FUENTES FIJAS								
N.º	Actividad	Grupo	Variable	Técnica	Método	Versión Método	Identificación Equipo	Intervalo de trabajo
9	Muestreo	Gases	Dióxido de Azufre	---	U.S. EPA CFR, Título 40, Capítulo I, Subcapítulo C, Parte 60, Apéndice A-4 Método 6 (Alternativa Método 5)	2023	No Aplica	No Aplica
10	Muestreo	Gases	Óxidos de Nitrógeno	---	U.S. EPA CFR, Título 40, Capítulo I, Subcapítulo C, Parte 60, Apéndice A-4 Método 7	2023	No Aplica	No Aplica
11	Muestreo	Compuestos azufrados	Dióxido de Azufre y Ácido Sulfúrico	---	U.S. EPA CFR, Título 40, Capítulo I, Subcapítulo C, Parte 60, Apéndice A-4 Método 8	2023	No Aplica	No Aplica
12	Muestreo	Material Particulado	Material Particulado	---	U.S. EPA CFR, Título 40, Capítulo I, Subcapítulo C, Parte 60, Apéndice A-6 Método 17	2023	No Aplica	No Aplica
13	Muestreo	Compuestos Orgánicos Gaseosos	Compuestos Orgánicos Gaseosos	---	U.S. EPA CFR, Título 40, Capítulo I, Subcapítulo C, Parte 60, Apéndice A-6 Método 18 Tubos Adsorbentes	2023	No Aplica	No Aplica
14	Muestreo	Compuestos Orgánicos Persistentes	Dibenzo-p-dioxinas Policloradas y Dibenzofuranos Policlorados	---	U.S. EPA CFR, Título 40, Capítulo I, Subcapítulo C, Parte 60, Apéndice A-7 Método 23	2023	No Aplica	No Aplica
15	Muestreo	Compuestos halogenados	Haluros de Hidrógeno y Halógenos	---	U.S. EPA CFR, Título 40, Capítulo I, Subcapítulo C, Parte 60, Apéndice A-8 Método 26A	2023	No Aplica	No Aplica
16	Muestreo	Metales	Metales	---	U.S. EPA CFR, Título 40, Capítulo I, Subcapítulo C, Parte 60, Apéndice A-8 Método 29	2023	No Aplica	No Aplica
17	Muestreo	Hidrocarburos Aromáticos Policíclicos (HAP)	Hidrocarburos Aromáticos Policíclicos (HAP)	---	NIOSH Manual of Analytical Methods (NMAM), Método 5506	1998	No Aplica	No Aplica
18	Muestreo	Hidrocarburos Aromáticos Policíclicos (HAP)	Hidrocarburos Aromáticos Policíclicos (HAP)	---	NIOSH Manual of Analytical Methods (NMAM), Método 5515	1994	No Aplica	No Aplica
19	Muestreo	Gases	Amoniaco	---	U.S. EPA CTM-027	1997	No Aplica	No Aplica

MATRIZ AIRE									
COMPONENTE CALIDAD DEL AIRE									
N.º	Actividad	Grupo	Variable	Técnica	Método	Versión Método	Modelo(s) Equipo(s)	Identificación Equipo	Intervalo de trabajo
1	Muestreo	Contaminante Criterio	Material Particulado Menor a 10 micras	---	U.S. EPA CFR, Título 40, Capítulo I, Subcapítulo C, Parte 50, Apéndice J. Alto Volumen. RFPS-0202-141	2023	TE-6070	3262	No Aplica
2	Muestreo	Contaminante Criterio	Material Particulado Menor a 10 micras	---	U.S. EPA CFR, Título 40, Capítulo I, Subcapítulo C, Parte 50,	2023	PQ200	1645 240250056 (tarjeta) 214210653 (tarjeta)	No Aplica



INSTITUTO DE HIDROLOGÍA, METEOROLOGÍA Y ESTUDIOS AMBIENTALES – IDEAM

RESOLUCIÓN N.º 1144 del 23 de septiembre de 2025

“Por la cual se mantiene la acreditación y amplía el alcance a la sociedad **SISTEMA AMBIENTAL S.A.S.** identificada con N.I.T. 900.963.520-5, para producir información cuantitativa física y química y se toman otras determinaciones.”

MATRIZ AIRE									
COMPONENTE CALIDAD DEL AIRE									
N.º	Actividad	Grupo	Variable	Técnica	Método	Versión Método	Modelo(s) Equipo(s)	Identificación Equipo	Intervalo de trabajo
					Apéndice J. Bajo Volumen. RFPS-1298-125			240250059 (tarjeta)	
3	Muestreo	Contaminante Criterio	Material Particulado Menor a 10 micras	---	U.S. EPA CFR, Título 40, Capítulo I, Subcapítulo C, Parte 50, Apéndice J. Bajo Volumen. RFPS-0714-216	2023	TE-Wilbur 10	0046 0043	No Aplica
4	Muestreo	Contaminante Criterio	Material Particulado Menor a 2.5 micras	---	U.S. EPA CFR, Título 40, Capítulo I, Subcapítulo C, Parte 50, Apéndice L. RFPS-0498-116	2023	PQ200 with VSCC-B	1645 240250056 (tarjeta) 214210653 (tarjeta) 240250059 (tarjeta)	No Aplica
5	Muestreo	Contaminante Criterio	Material Particulado Menor a 2.5 micras	---	U.S. EPA CFR, Título 40, Capítulo I, Subcapítulo C, Parte 50, Apéndice L. RFPS-1014-219	2023	TE-Wilbur 2.5 with TEPM2.5C	0046 0043	No Aplica
6	Muestreo	Compuestos Orgánicos Volátiles	Compuestos Orgánicos Volátiles incluidos Hidrocarburos	---	U.S. EPA TO-17	1999	No Aplica	No Aplica	No Aplica

MATRIZ AIRE									
COMPONENTE OLORES OFENSIVOS									
N.º	Actividad	Grupo	Variable	Técnica	Método	Versión Método	Modelo(s) Equipo(s)	Identificación Equipo	Intervalo de trabajo
1	Muestreo	Olores Ofensivos	Sulfuro de Hidrógeno	---	Methods of Air Sampling and Analysis Método 701	1988	No Aplica	No Aplica	No Aplica
2	Muestreo	Olores Ofensivos	Amoníaco	---	Methods of Air Sampling and Analysis Método 401	1988	No Aplica	No Aplica	No Aplica

MATRIZ: AIRE									
COMPONENTE: RUIDO									
N.º	Actividad	Grupo	Variable	Técnica	Método	Versión Método	Modelo(s) Equipo(s)	Identificación Equipo	Intervalo de trabajo
1	Determinación	Contaminación acústica	Emisión de Ruido	Instrumental	Resolución MAVDT 0627 de 2006 Anexo 3, Capítulo I	2006	No Aplica	No Aplica	No Aplica
2	Determinación	Contaminación acústica	Ruido Ambiental	Instrumental	Resolución MAVDT 0627 de 2006 Anexo 3, Capítulo II	2006	No Aplica	No Aplica	No Aplica

ARTÍCULO 2. Ampliar el alcance de la acreditación para producir información cuantitativa física y química, para los estudios o análisis ambientales requeridos por las Autoridades Ambientales competentes, relacionada con la calidad del medio ambiente y de los recursos naturales renovables, de la sociedad **SISTEMA AMBIENTAL S.A.S.** identificada con N.I.T. 900.963.520-5, con domicilio en la Calle 34B N.º 81 A - 125, en la ciudad de Medellín en el departamento de Antioquia, bajo los lineamientos de la norma NTC-ISO/IEC 17025 “Requisitos Generales de Competencia de Laboratorios de Ensayo y Calibración” versión 2017, para las siguientes variables:

MATRIZ AGUA								
COMPONENTE CONTINENTAL								
N.º	Actividad	Grupo	Variable	Técnica	Método	Versión Método	Identificación Equipo	Intervalo de trabajo
1	Muestreo Puntual	Determinación In Situ	Oxígeno Disuelto	Electrometría	SM 4500-O G	SM 23rd ed 2017	No Aplica	A partir de 0,01 mg/L



INSTITUTO DE HIDROLOGÍA, METEOROLOGÍA Y ESTUDIOS AMBIENTALES – IDEAM

RESOLUCIÓN N.º 1144 del 23 de septiembre de 2025

“Por la cual se mantiene la acreditación y amplía el alcance a la sociedad **SISTEMA AMBIENTAL S.A.S.** identificada con N.I.T. 900.963.520-5, para producir información cuantitativa física y química y se toman otras determinaciones.”

MATRIZ AGUA								
COMPONENTE CONTINENTAL								
N.º	Actividad	Grupo	Variable	Técnica	Método	Versión Método	Identificación Equipo	Intervalo de trabajo
2	Muestreo Compuesto	Determinación In Situ	Oxígeno Disuelto	Electrometría	SM 4500-O G	SM 23rd ed 2017	No Aplica	A partir de 0,01 mg/L
3	Muestreo Integrado en Cuerpo Lótico	Determinación In Situ	Oxígeno Disuelto	Electrometría	SM 4500-O G	SM 23rd ed 2017	No Aplica	A partir de 0,01 mg/L
4	Muestreo Integrado en Cuerpo Léntico	Determinación In Situ	Oxígeno Disuelto	Electrometría	SM 4500-O G	SM 23rd ed 2017	No Aplica	A partir de 0,01 mg/L
5	Muestreo Agua Subterránea	Determinación In Situ	Oxígeno Disuelto	Electrometría	SM 4500-O G	SM 23rd ed 2017	No Aplica	A partir de 0,01 mg/L

MATRIZ AIRE								
COMPONENTE FUENTES FIJAS								
N.º	Actividad	Grupo	Variable	Técnica	Método	Versión Método	Identificación Equipo	Intervalo de trabajo
1	Determinación	Determinación In Situ	Concentración de Dióxido de carbono en Emisiones de Fuentes Estacionarias (Procedimiento del Analizador Instrumental)	Instrumental	U.S. EPA CFR, Título 40, Capítulo I, Subcapítulo C, Parte 60, Apéndice A-2 Método 3A	2023	No Aplica	0,1% - 16,4%
2	Determinación	Determinación In Situ	Concentración de Oxígeno en Emisiones de Fuentes Estacionarias (Procedimiento del Analizador Instrumental)	Instrumental	U.S. EPA CFR, Título 40, Capítulo I, Subcapítulo C, Parte 60, Apéndice A-2 Método 3A	2023	No Aplica	0,1% - 21,07%
3	Análisis	Material Particulado	Material Particulado	Gravimetría	U.S. EPA CFR, Título 40, Capítulo I, Subcapítulo C, Parte 60, Apéndice A-3 Método 5	2023	No Aplica	No Aplica
4	Determinación	Gases	Monóxido de Carbono (Procedimiento del Analizador Instrumental)	Instrumental	U.S. EPA CFR, Título 40, Capítulo I, Subcapítulo C, Parte 60, Apéndice A-4 Método 10	2023	No Aplica	1,15 mg/m ³ * - 4600,20 mg/m ³ *

* Datos sin corrección de oxígeno

MATRIZ AIRE									
COMPONENTE CALIDAD DEL AIRE									
N.º	Actividad	Grupo	Variable	Técnica	Método	Versión Método	Modelo(s) Equipo(s)	Identificación Equipo	Intervalo de trabajo
1	Determinación directa	Contaminante Criterio	Material Particulado Menor a 10 micras	Atenuación	U.S. EPA CFR, Título 40, Capítulo I, Subcapítulo C, Parte 50, Apéndice J. Bajo Volumen. EQPM-0798-122	2023	BAM1020	H11695	4,8 µg/m³ - 1000 µg/m³
2	Determinación directa	Contaminante Criterio	Material Particulado Menor a 2.5 micras	Atenuación	U.S. EPA CFR, Título 40, Capítulo I, Subcapítulo C, Parte 50, Apéndice L. EQPM-0308-170	2023	BAM 1020 PM2.5 with TE-PM2.5C	H11695	4,8 µg/m³ - 1000 µg/m³

ARTÍCULO 3. Retirar del alcance de la acreditación para producir información cuantitativa física y química, para los estudios o análisis ambientales requeridos por las Autoridades Ambientales competentes, relacionada con la calidad del medio ambiente y de los recursos naturales renovables, de la sociedad **SISTEMA AMBIENTAL S.A.S.** identificada con N.I.T. 900.963.520-5, con domicilio en la Calle 34B N.º 81 A - 125, en la ciudad de Medellín en el departamento de Antioquia, bajo los lineamientos de la norma NTC-ISO/IEC 17025 “*Requisitos Generales de Competencia de Laboratorios de Ensayo y Calibración*” versión 2017, para la siguiente variable:

RESOLUCIÓN N.º 1144 del 23 de septiembre de 2025

“Por la cual se mantiene la acreditación y amplía el alcance a la sociedad **SISTEMA AMBIENTAL S.A.S.** identificada con N.I.T. 900.963.520-5, para producir información cuantitativa física y química y se toman otras determinaciones.”

MATRIZ AIRE									
COMPONENTE CALIDAD DEL AIRE									
N.º	Actividad	Grupo	Variable	Técnica	Método	Versión Método	Modelo(s) Equipo(s)	Identificación Equipo	Intervalo de trabajo
1	Muestreo	Contaminante Criterio	Dióxido de Azufre	---	U.S. EPA CFR, Título 40, Capítulo I, Subcapítulo C, Parte 50, Apéndice A-2. Pararrosanilina	2023	No Aplica	No Aplica	No Aplica

PARÁGRAFO: La sociedad **SISTEMA AMBIENTAL S.A.S.** identificada con N.I.T. 900.963.520-5, de continuar interesada con la acreditación de las variables mencionadas en el Artículo 3 del presente Acto Administrativo, deberá iniciar nuevamente ante el IDEAM el trámite como ampliación de la acreditación de acuerdo con lo establecido en la Resolución No. 0104 del 28 de enero de 2022.

ARTÍCULO 4. No ampliar el alcance de la acreditación para producir información cuantitativa física y química, para los estudios o análisis ambientales requeridos por las Autoridades Ambientales competentes, relacionada con la calidad del medio ambiente y de los recursos naturales renovables, de la sociedad **SISTEMA AMBIENTAL S.A.S.** identificada con N.I.T. 900.963.520-5, con domicilio en la Calle 34B N.º 81 A - 125, en la ciudad de Medellín en el departamento de Antioquia, bajo los lineamientos de la norma NTC-ISO/IEC 17025 “*Requisitos Generales de Competencia de Laboratorios de Ensayo y Calibración*” versión 2017, para las siguientes variables:

MATRIZ AIRE								
COMPONENTE FUENTES FIJAS								
N.º	Actividad	Grupo	Variable	Técnica	Método	Versión Método	Identificación Equipo	Intervalo de trabajo
1	Análisis	Gases	Dióxido de Azufre	Volumetría	U.S. EPA CFR, Título 40, Capítulo I, Subcapítulo C, Parte 60, Apéndice A-4 Método 6	2023	No Aplica	3,2 mg SO ₂ - 2021,11 mg SO ₂

MATRIZ AIRE									
COMPONENTE CALIDAD DEL AIRE									
N.º	Actividad	Grupo	Variable	Técnica	Método	Versión Método	Modelo(s) Equipo(s)	Identificación Equipo	Intervalo de trabajo
1	Muestreo	Contaminante Criterio	Dióxido de Nitrógeno	---	U.S. EPA Método equivalente: EQN 1277-026. Arsenito de sodio (únicamente para comparación con tiempo de exposición anual)	1974	No Aplica	No Aplica	No Aplica

PARÁGRAFO: La sociedad **SISTEMA AMBIENTAL S.A.S.** identificada con N.I.T. 900.963.520-5, de continuar interesada con la acreditación de las variables mencionadas en el Artículo 4 del presente Acto Administrativo, deberá iniciar nuevamente ante el IDEAM el trámite como ampliación de la acreditación de acuerdo con lo establecido en la Resolución No. 0104 del 28 de enero de 2022.

ARTÍCULO 5. Aceptar el retiro voluntario de las siguientes variables del alcance del proceso de ampliación de la acreditación para producir información cuantitativa física y química, para los estudios o análisis ambientales requeridos por las Autoridades Ambientales competentes, relacionada con la calidad del medio ambiente y de los recursos naturales renovables, de la sociedad **SISTEMA AMBIENTAL S.A.S.** identificada con N.I.T. 900.963.520-5, con domicilio en la Calle 34B N.º 81 A - 125, en la ciudad de Medellín en el departamento de Antioquia, bajo los lineamientos de la norma NTC-ISO/IEC 17025 “*Requisitos Generales de Competencia de Laboratorios de Ensayo y Calibración*” versión 2017,:



INSTITUTO DE HIDROLOGÍA, METEOROLOGÍA Y ESTUDIOS AMBIENTALES – IDEAM

RESOLUCIÓN N.º 1144 del 23 de septiembre de 2025

“Por la cual se mantiene la acreditación y amplía el alcance a la sociedad **SISTEMA AMBIENTAL S.A.S.** identificada con N.I.T. 900.963.520-5, para producir información cuantitativa física y química y se toman otras determinaciones.”

MATRIZ AGUA								
COMPONENTE CONTINENTAL								
N.º	Actividad	Grupo	Variable	Técnica	Método	Versión Método	Identificación Equipo	Intervalo de trabajo
1	Muestreo Puntual	Determinación In Situ	Muestreo	---	NTC 5667-1, NTC 5667-2, NTC 5667-3, NTC 5667-4, NTC 5667-6, NTC 5667-10, NTC 5667-11.	2010, 1995, 2004, 1996, 1995, 2021.	No Aplica	No Aplica
2	Muestreo Compuesto	Determinación In Situ	Muestreo	---	NTC 5667-1, NTC 5667-2, NTC 5667-3, NTC 5667-10.	2010, 1995, 2004, 1995.	No Aplica	No Aplica
3	Muestreo Integrado en Cuerpo Lótico	Determinación In Situ	Muestreo	---	NTC 5667-1, NTC 5667-2, NTC 5667-3, NTC 5667-6.	2010, 1995, 2004, 1996.	No Aplica	No Aplica
4	Muestreo Integrado en Cuerpo Léntico	Determinación In Situ	Muestreo	---	NTC 5667-1, NTC 5667-2, NTC 5667-3, NTC 5667-4.	2010, 1995, 2004, 1996.	No Aplica	No Aplica
5	Muestreo Agua Subterránea	Determinación In Situ	Muestreo	---	NTC 5667-1, NTC 5667-2, NTC 5667, NTC 5667-11.	2010, 1995, 2004, 2021.	No Aplica	No Aplica

PARÁGRAFO: La sociedad **SISTEMA AMBIENTAL S.A.S.** identificada con N.I.T. 900.963.520-5, de continuar interesada con la acreditación de las variables mencionadas en el Artículo 5 del presente Acto Administrativo, deberá iniciar nuevamente ante el IDEAM el trámite como ampliación de la acreditación de acuerdo con lo establecido en la Resolución No. 0104 del 28 de enero de 2022.

ARTÍCULO 6. Reducir el alcance de la acreditación para producir información cuantitativa física y química, para los estudios o análisis ambientales requeridos por las Autoridades Ambientales competentes, relacionada con la calidad del medio ambiente y de los recursos naturales renovables, de la sociedad **SISTEMA AMBIENTAL S.A.S.** identificada con N.I.T. 900.963.520-5, con domicilio en la Calle 34B N.º 81 A - 125, en la ciudad de Medellín en el departamento de Antioquia, bajo los lineamientos de la norma NTC-ISO/IEC 17025 “*Requisitos Generales de Competencia de Laboratorios de Ensayo y Calibración*” versión 2017, para las variables relacionadas a continuación:

MATRIZ AGUA								
COMPONENTE CONTINENTAL								
N.º	Actividad	Grupo	Variable	Técnica	Método	Versión Método	Identificación Equipo	Intervalo de trabajo
1	Muestreo Puntual	Determinación In Situ	Oxígeno Disuelto	Fotometría	SM 4500-O H	SM 23rd ed 2017	---	No Aplica
2	Muestreo Compuesto	Determinación In Situ	Oxígeno Disuelto	Fotometría	SM 4500-O H	SM 23rd ed 2017	---	No Aplica
3	Muestreo Integrado en Cuerpo Lótico	Determinación In Situ	Oxígeno Disuelto	Fotometría	SM 4500-O H	SM 23rd ed 2017	---	No Aplica
4	Muestreo Integrado en Cuerpo Léntico	Determinación In Situ	Oxígeno Disuelto	Fotometría	SM 4500-O H	SM 23rd ed 2017	---	No Aplica
5	Muestreo Agua Subterránea	Determinación In Situ	Oxígeno Disuelto	Fotometría	SM 4500-O H	SM 23rd ed 2017	---	No Aplica

MATRIZ AIRE									
COMPONENTE CALIDAD DEL AIRE									
N.º	Actividad	Grupo	Variable	Técnica	Método	Versión Método	Modelo(s) Equipo(s)	Identificación Equipo	Intervalo de trabajo
1	Muestreo	Partículas Suspendidas Totales	Partículas Suspendidas Totales	---	U.S. EPA CFR, Título 40, Capítulo I, Subcapítulo C, Parte 50, Apéndice B. Alto Volumen	2023	---	---	No Aplica

RESOLUCIÓN N.º 1144 del 23 de septiembre de 2025

“Por la cual se mantiene la acreditación y amplía el alcance a la sociedad **SISTEMA AMBIENTAL S.A.S.** identificada con N.I.T. 900.963.520-5, para producir información cuantitativa física y química y se toman otras determinaciones.”

MATRIZ AIRE									
COMPONENTE CALIDAD DEL AIRE									
N.º	Actividad	Grupo	Variable	Técnica	Método	Versión Método	Modelo(s) Equipo(s)	Identificación Equipo	Intervalo de trabajo
2	Determinación directa	Contaminante Criterio	Ozono	Fotometría	U.S. EPA CFR, Título 40, Capítulo I, Subcapítulo C, Parte 50, Apéndice D. EQOA-0992-087	---	---	---	No Aplica
3	Determinación directa	Contaminante Criterio	Dióxido de Nitrógeno	Fotometría	U.S. EPA CFR, Título 40, Capítulo I, Subcapítulo C, Parte 50, Apéndice F. RFNA-0809-186	---	---	---	No Aplica

MATRIZ AIRE								
COMPONENTE FUENTES FIJAS								
N.º	Actividad	Grupo	Variable	Técnica	Método	Versión Método	Identificación Equipo	Intervalo de trabajo
1	Muestreo	Gases	Monóxido de Carbono	Instrumental	U.S. EPA CFR, Título 40, Capítulo I, Subcapítulo C, Parte 60, Apéndice A-4 Método 10	2023	No Aplica	No Aplica

PARÁGRAFO: La sociedad **SISTEMA AMBIENTAL S.A.S.** identificada con N.I.T. 900.963.520-5, de continuar interesada con la acreditación de las variables mencionadas en el Artículo 6 del presente Acto Administrativo, deberá iniciar nuevamente ante el IDEAM el trámite como ampliación de la acreditación de acuerdo con lo establecido en la Resolución No. 0104 del 28 de enero de 2022.

ARTÍCULO 7. Establecer que a partir de la ejecutoria del presente Acto Administrativo el alcance de la acreditación para producir información cuantitativa física y química, para los estudios o análisis ambientales requeridos por las Autoridades Ambientales competentes, relacionada con la calidad del medio ambiente y de los recursos naturales renovables, de la sociedad **SISTEMA AMBIENTAL S.A.S.** identificada con N.I.T. 900.963.520-5, con domicilio en la Calle 34B N.º 81 A - 125, en la ciudad de Medellín en el departamento de Antioquia, , bajo los lineamientos de la norma NTC-ISO/IEC 17025 “Requisitos Generales de Competencia de Laboratorios de Ensayo y Calibración” versión 2017, esta constituido por las siguientes variables:

MATRIZ AGUA								
COMPONENTE CONTINENTAL								
N.º	Actividad	Grupo	Variable	Técnica	Método	Versión Método	Identificación Equipo	Intervalo de trabajo
1	Muestreo Puntual	Determinación In Situ	Muestreo	---	Protocolo de monitoreo y seguimiento del agua, Ideam, Invermar.	2021	No Aplica	No Aplica
2	Muestreo Puntual	Determinación In Situ	pH	Electrometría	SM 4500-H+ B	SM 23rd ed 2017	No Aplica	2,0 unidades de pH - 12,0 unidades de pH
3	Muestreo Puntual	Determinación In Situ	Temperatura	Termometría	SM 2550 B	SM 23rd ed 2017	No Aplica	No Aplica
4	Muestreo Puntual	Determinación In Situ	Conductividad	Electrometría	SM 2510 B	SM 23rd ed 2017	No Aplica	10 µS/cm - 12800 µS/cm
5	Muestreo Puntual	Determinación In Situ	Sólidos Sedimentables	Volumétrica	SM 2540 F	SM 23rd ed 2017	No Aplica	A partir de 0,1 mL/L
6	Muestreo Puntual	Determinación In Situ	Oxígeno Disuelto	Electrometría	SM 4500-O G	SM 23rd ed 2017	No Aplica	A partir de 0,01 mg/L
7	Muestreo Puntual	Determinación In Situ	Caudal	Volumétrica	Protocolo de monitoreo y seguimiento del agua, Ideam, Invermar, numeral 8.1.2	2021	No Aplica	No Aplica



INSTITUTO DE HIDROLOGÍA, METEOROLOGÍA Y ESTUDIOS AMBIENTALES – IDEAM

RESOLUCIÓN N.º 1144 del 23 de septiembre de 2025

“Por la cual se mantiene la acreditación y amplía el alcance a la sociedad **SISTEMA AMBIENTAL S.A.S.** identificada con N.I.T. 900.963.520-5, para producir información cuantitativa física y química y se toman otras determinaciones.”

MATRIZ AGUA								
COMPONENTE CONTINENTAL								
N.º	Actividad	Grupo	Variable	Técnica	Método	Versión Método	Identificación Equipo	Intervalo de trabajo
8	Muestreo Compuesto	Determinación In Situ	Muestreo	---	Protocolo de monitoreo y seguimiento del agua, Ideam, Invemar.	2021	No Aplica	No Aplica
9	Muestreo Compuesto	Determinación In Situ	pH	Electrometría	SM 4500-H+ B	SM 23rd ed 2017	No Aplica	2,0 unidades de pH - 12,0 unidades de pH
10	Muestreo Compuesto	Determinación In Situ	Temperatura	Termometría	SM 2550 B	SM 23rd ed 2017	No Aplica	No Aplica
11	Muestreo Compuesto	Determinación In Situ	Conductividad	Electrometría	SM 2510 B	SM 23rd ed 2017	No Aplica	10 µS/cm - 12800 µS/cm
12	Muestreo Compuesto	Determinación In Situ	Sólidos Sedimentables	Volumétrica	SM 2540 F	SM 23rd ed 2017	No Aplica	A partir de 0,1 mL/L
13	Muestreo Compuesto	Determinación In Situ	Oxígeno Disuelto	Electrometría	SM 4500-O G	SM 23rd ed 2017	No Aplica	A partir de 0,01 mg/L
14	Muestreo Compuesto	Determinación In Situ	Caudal	Volumétrica	Protocolo de monitoreo y seguimiento del agua, Ideam, Invemar, numeral 8.1.2	2021	No Aplica	No Aplica
15	Muestreo Integrado en Cuerpo Lótico	Determinación In Situ	Muestreo	---	Protocolo de monitoreo y seguimiento del agua, Ideam, Invemar.	2021	No Aplica	No Aplica
16	Muestreo Integrado en Cuerpo Lótico	Determinación In Situ	pH	Electrometría	SM 4500-H+ B	SM 23rd ed 2017	No Aplica	2,0 unidades de pH - 12,0 unidades de pH
17	Muestreo Integrado en Cuerpo Lótico	Determinación In Situ	Temperatura	Termometría	SM 2550 B	SM 23rd ed 2017	No Aplica	No Aplica
18	Muestreo Integrado en Cuerpo Lótico	Determinación In Situ	Conductividad	Electrometría	SM 2510 B	SM 23rd ed 2017	No Aplica	10 µS/cm - 12800 µS/cm
19	Muestreo Integrado en Cuerpo Lótico	Determinación In Situ	Sólidos Sedimentables	Volumétrica	SM 2540 F	SM 23rd ed 2017	No Aplica	A partir de 0,1 mL/L
20	Muestreo Integrado en Cuerpo Lótico	Determinación In Situ	Oxígeno Disuelto	Electrometría	SM 4500-O G	SM 23rd ed 2017	No Aplica	A partir de 0,01 mg/L
21	Muestreo Integrado en Cuerpo Lótico	Determinación In Situ	Caudal	Área x Velocidad	Protocolo de monitoreo y seguimiento del agua, Ideam, Invemar, numeral 8.1.2	2021	Molinete	No Aplica
22	Muestreo Integrado en Cuerpo Lótico	Determinación In Situ	Muestreo	---	Protocolo de monitoreo y seguimiento del agua, Ideam, Invemar.	2021	No Aplica	No Aplica
23	Muestreo Integrado en Cuerpo Lótico	Determinación In Situ	pH	Electrometría	SM 4500-H+ B	SM 23rd ed 2017	No Aplica	2,0 unidades de pH - 12,0 unidades de pH
24	Muestreo Integrado en Cuerpo Lótico	Determinación In Situ	Temperatura	Termometría	SM 2550 B	SM 23rd ed 2017	No Aplica	No Aplica
25	Muestreo Integrado en Cuerpo Lótico	Determinación In Situ	Conductividad	Electrometría	SM 2510 B	SM 23rd ed 2017	No Aplica	10 µS/cm - 12800 µS/cm
26	Muestreo Integrado en Cuerpo Lótico	Determinación In Situ	Sólidos Sedimentables	Volumétrica	SM 2540 F	SM 23rd ed 2017	No Aplica	A partir de 0,1 mL/L
27	Muestreo Integrado en Cuerpo Lótico	Determinación In Situ	Oxígeno Disuelto	Electrometría	SM 4500-O G	SM 23rd ed 2017	No Aplica	A partir de 0,01 mg/L

RESOLUCIÓN N.º 1144 del 23 de septiembre de 2025

“Por la cual se mantiene la acreditación y amplía el alcance a la sociedad **SISTEMA AMBIENTAL S.A.S.** identificada con N.I.T. 900.963.520-5, para producir información cuantitativa física y química y se toman otras determinaciones.”

MATRIZ AGUA								
COMPONENTE CONTINENTAL								
N.º	Actividad	Grupo	Variable	Técnica	Método	Versión Método	Identificación Equipo	Intervalo de trabajo
28	Muestreo Agua Subterránea	Determinación In Situ	Muestreo	---	Protocolo de monitoreo y seguimiento del agua, Ideam, Invermar.	2021	No Aplica	No Aplica
29	Muestreo Agua Subterránea	Determinación In Situ	pH	Electrometría	SM 4500-H+ B	SM 23rd ed 2017	No Aplica	2,0 unidades de pH - 12,0 unidades de pH
30	Muestreo Agua Subterránea	Determinación In Situ	Temperatura	Termometría	SM 2550 B	SM 23rd ed 2017	No Aplica	No Aplica
31	Muestreo Agua Subterránea	Determinación In Situ	Conductividad	Electrometría	SM 2510 B	SM 23rd ed 2017	No Aplica	10 µS/cm - 12800 µS/cm
32	Muestreo Agua Subterránea	Determinación In Situ	Oxígeno Disuelto	Electrometría	SM 4500-O G	SM 23rd ed 2017	No Aplica	A partir de 0,01 mg/L

MATRIZ SEDIMENTO									
COMPONENTE SEDIMENTO CONTINENTAL									
N.º	Actividad	Grupo	Variable	Técnica	Método	Versión Método	Modelo(s) Equipo(s)	Identificación Equipo	Intervalo de trabajo
1	Sedimento Continental Muestreo	Determinación In Situ	Muestreo	---	NTC 5667-12	1998	No Aplica	No Aplica	No Aplica

MATRIZ AIRE								
COMPONENTE FUENTES FIJAS								
N.º	Actividad	Grupo	Variable	Técnica	Método	Versión Método	Identificación Equipo	Intervalo de trabajo
1	Determinación	Determinación In Situ	Puntos Transversos para Realizar Muestreo y Velocidad en Fuentes Estacionarias	Cálculo	U.S. EPA CFR, Título 40, Capítulo I, Subcapítulo C, Parte 60, Apéndice A-1 Método 1	2023	No Aplica	No Aplica
2	Determinación	Determinación In Situ	Puntos Transversos para Muestreo y Velocidad en Fuentes Estacionarias con Chimeneas o Ductos Pequeños	Cálculo	U.S. EPA CFR, Título 40, Capítulo I, Subcapítulo C, Parte 60, Apéndice A-1 Método 1A	2023	No Aplica	No Aplica
3	Determinación	Determinación In Situ	Velocidad de Gas en Fuentes Estacionarias y Tasa de Flujo Volumétrica empleando el Tubo Pitot Tipo S	Cálculo	U.S. EPA CFR, Título 40, Capítulo I, Subcapítulo C, Parte 60, Apéndice A-1 Método 2	2023	No Aplica	No Aplica
4	Determinación	Determinación In Situ	Velocidad de Gas y Tasa de Flujo Volumétrica en Chimeneas o Ductos Pequeños (Tubo Pitot Estándar)	Cálculo	U.S. EPA CFR, Título 40, Capítulo I, Subcapítulo C, Parte 60, Apéndice A-1 Método 2C	2023	No Aplica	No Aplica
5	Determinación	Determinación In Situ	Peso Molecular del gas seco	Volumetría	U.S. EPA CFR, Título 40, Capítulo I, Subcapítulo C, Parte 60, Apéndice A-2 Método 3	2023	No Aplica	No Aplica
6	Determinación	Determinación In Situ	Concentración de Dióxido de carbono en Emisiones de Fuentes Estacionarias (Procedimiento del Analizador Instrumental)	Instrumental	U.S. EPA CFR, Título 40, Capítulo I, Subcapítulo C, Parte 60, Apéndice A-2 Método 3A	2023	No Aplica	0,1% - 16,4%
7	Determinación	Determinación In Situ	Concentración de Oxígeno en Emisiones de Fuentes Estacionarias (Procedimiento del Analizador Instrumental)	Instrumental	U.S. EPA CFR, Título 40, Capítulo I, Subcapítulo C, Parte 60, Apéndice A-2 Método 3A	2023	No Aplica	0,1% - 21,07%
8	Determinación	Determinación In Situ	Factor de Corrección de la Tasa de Emisión o Exceso de Aire	Volumetría	U.S. EPA CFR, Título 40, Capítulo I, Subcapítulo C, Parte 60, Apéndice A-2 Método 3B	2023	No Aplica	No Aplica



INSTITUTO DE HIDROLOGÍA, METEOROLOGÍA Y ESTUDIOS AMBIENTALES – IDEAM

RESOLUCIÓN N.º 1144 del 23 de septiembre de 2025

“Por la cual se mantiene la acreditación y amplía el alcance a la sociedad **SISTEMA AMBIENTAL S.A.S.** identificada con N.I.T. 900.963.520-5, para producir información cuantitativa física y química y se toman otras determinaciones.”

MATRIZ AIRE								
COMPONENTE FUENTES FIJAS								
N.º	Actividad	Grupo	Variable	Técnica	Método	Versión Método	Identificación Equipo	Intervalo de trabajo
9	Determinación	Determinación In Situ	Contenido de Humedad en Gases de Chimenea	Gravimetría	U.S. EPA CFR, Título 40, Capítulo I, Subcapítulo C, Parte 60, Apéndice A-3 Método 4	2023	No Aplica	No Aplica
10	Análisis	Material Particulado	Material Particulado	Gravimetría	U.S. EPA CFR, Título 40, Capítulo I, Subcapítulo C, Parte 60, Apéndice A-3 Método 5	2023	No Aplica	No Aplica
11	Muestreo	Material Particulado	Material Particulado	---	U.S. EPA CFR, Título 40, Capítulo I, Subcapítulo C, Parte 60, Apéndice A-3 Método 5	2023	No Aplica	No Aplica
12	Muestreo	Gases	Dióxido de Azufre	---	U.S. EPA CFR, Título 40, Capítulo I, Subcapítulo C, Parte 60, Apéndice A-4 Método 6 (Alternativa Método 5)	2023	No Aplica	No Aplica
13	Muestreo	Gases	Óxidos de Nitrógeno	---	U.S. EPA CFR, Título 40, Capítulo I, Subcapítulo C, Parte 60, Apéndice A-4 Método 7	2023	No Aplica	No Aplica
14	Muestreo	Compuestos azufrados	Dióxido de Azufre y Ácido Sulfúrico	---	U.S. EPA CFR, Título 40, Capítulo I, Subcapítulo C, Parte 60, Apéndice A-4 Método 8	2023	No Aplica	No Aplica
15	Determinación	Gases	Monóxido de Carbono (Procedimiento del Analizador Instrumental)	Instrumental	U.S. EPA CFR, Título 40, Capítulo I, Subcapítulo C, Parte 60, Apéndice A-4 Método 10	2023	No Aplica	1,15 mg/m3* - 4600,20 mg/m3*
16	Muestreo	Material Particulado	Material Particulado	---	U.S. EPA CFR, Título 40, Capítulo I, Subcapítulo C, Parte 60, Apéndice A-6 Método 17	2023	No Aplica	No Aplica
17	Muestreo	Compuestos Orgánicos Gaseosos	Compuestos Orgánicos Gaseosos	---	U.S. EPA CFR, Título 40, Capítulo I, Subcapítulo C, Parte 60, Apéndice A-6 Método 18 Tubos Adsorbentes	2023	No Aplica	No Aplica
18	Muestreo	Compuestos Orgánicos Persistentes	Dibenzo-p-dioxinas Policloradas y Dibenzofuranos Policlorados	---	U.S. EPA CFR, Título 40, Capítulo I, Subcapítulo C, Parte 60, Apéndice A-7 Método 23	2023	No Aplica	No Aplica
19	Muestreo	Compuestos halogenados	Haluros de Hidrógeno y Halógenos	---	U.S. EPA CFR, Título 40, Capítulo I, Subcapítulo C, Parte 60, Apéndice A-8 Método 26A	2023	No Aplica	No Aplica
20	Muestreo	Metales	Metales	---	U.S. EPA CFR, Título 40, Capítulo I, Subcapítulo C, Parte 60, Apéndice A-8 Método 29	2023	No Aplica	No Aplica
21	Muestreo	Hidrocarburos Aromáticos Policíclicos (HAP)	Hidrocarburos Aromáticos Policíclicos (HAP)	---	NIOSH Manual of Analytical Methods (NMAM), Método 5506	1998	No Aplica	No Aplica

RESOLUCIÓN N.º 1144 del 23 de septiembre de 2025

“Por la cual se mantiene la acreditación y amplía el alcance a la sociedad **SISTEMA AMBIENTAL S.A.S.** identificada con N.I.T. 900.963.520-5, para producir información cuantitativa física y química y se toman otras determinaciones.”

MATRIZ AIRE								
COMPONENTE FUENTES FIJAS								
N.º	Actividad	Grupo	Variable	Técnica	Método	Versión Método	Identificación Equipo	Intervalo de trabajo
22	Muestreo	Hidrocarburos Aromáticos Policíclicos (HAP)	Hidrocarburos Aromáticos Policíclicos (HAP)	---	NIOSH Manual of Analytical Methods (NMAM), Método 5515	1994	No Aplica	No Aplica
23	Muestreo	Gases	Amoníaco	---	U.S. EPA CTM-027	1997	No Aplica	No Aplica

* Datos sin corrección de oxígeno

MATRIZ AIRE									
COMPONENTE CALIDAD DEL AIRE									
N.º	Actividad	Grupo	Variable	Técnica	Método	Versión Método	Modelo(s) Equipo(s)	Identificación Equipo	Intervalo de trabajo
1	Muestreo	Contaminante Criterio	Material Particulado Menor a 10 micras	---	U.S. EPA CFR, Título 40, Capítulo I, Subcapítulo C, Parte 50, Apéndice J. Alto Volumen. RFPS-0202-141	2023	TE-6070	3262	No Aplica
2	Muestreo	Contaminante Criterio	Material Particulado Menor a 10 micras	---	U.S. EPA CFR, Título 40, Capítulo I, Subcapítulo C, Parte 50, Apéndice J. Bajo Volumen. RFPS-1298-125	2023	PQ200	1645 240250056 (tarjeta) 214210653 (tarjeta) 240250059 (tarjeta)	No Aplica
3	Muestreo	Contaminante Criterio	Material Particulado Menor a 10 micras	---	U.S. EPA CFR, Título 40, Capítulo I, Subcapítulo C, Parte 50, Apéndice J. Bajo Volumen. RFPS-0714-216	2023	TE-Wilbur 10	0046 0043	No Aplica
4	Muestreo	Contaminante Criterio	Material Particulado Menor a 2.5 micras	---	U.S. EPA CFR, Título 40, Capítulo I, Subcapítulo C, Parte 50, Apéndice L. RFPS-0498-116	2023	PQ200 with VSCC-B	1645 240250056 (tarjeta) 214210653 (tarjeta) 240250059 (tarjeta)	No Aplica
5	Muestreo	Contaminante Criterio	Material Particulado Menor a 2.5 micras	---	U.S. EPA CFR, Título 40, Capítulo I, Subcapítulo C, Parte 50, Apéndice L. RFPS-1014-219	2023	TE-Wilbur 2.5 with TEPM2.5C	0046 0043	No Aplica
6	Muestreo	Compuestos Orgánicos Volátiles	Compuestos Orgánicos Volátiles incluidos Hidrocarburos	---	U.S. EPA TO-17	1999	No Aplica	No Aplica	No Aplica
7	Determinación directa	Contaminante Criterio	Material Particulado Menor a 10 micras	Atenuación	U.S. EPA CFR, Título 40, Capítulo I, Subcapítulo C, Parte 50, Apéndice J. Bajo Volumen. EQPM-0798-122	2023	BAM1020	H11695	4,8 µg/m3 - 1000 µg/m3
8	Determinación directa	Contaminante Criterio	Material Particulado Menor a 2.5 micras	Atenuación	U.S. EPA CFR, Título 40, Capítulo I, Subcapítulo C, Parte 50, Apéndice L. EQPM-0308-170	2023	BAM 1020 PM2.5 with TE-PM2.5C	H11695	4,8 µg/m3 - 1000 µg/m3



INSTITUTO DE HIDROLOGÍA, METEOROLOGÍA Y ESTUDIOS AMBIENTALES – IDEAM

RESOLUCIÓN N.º 1144 del 23 de septiembre de 2025

“Por la cual se mantiene la acreditación y amplía el alcance a la sociedad **SISTEMA AMBIENTAL S.A.S.** identificada con N.I.T. 900.963.520-5, para producir información cuantitativa física y química y se toman otras determinaciones.”

MATRIZ AIRE									
COMPONENTE OLORES OFENSIVOS									
N.º	Actividad	Grupo	Variable	Técnica	Método	Versión Método	Modelo(s) Equipo(s)	Identificación Equipo	Intervalo de trabajo
1	Muestreo	Olores Ofensivos	Sulfuro de Hidrógeno	---	Methods of Air Sampling and Analysis Método 701	1988	No Aplica	No Aplica	No Aplica
2	Muestreo	Olores Ofensivos	Amoníaco	---	Methods of Air Sampling and Analysis Método 401	1988	No Aplica	No Aplica	No Aplica

MATRIZ: AIRE									
COMPONENTE: RUIDO									
N.º	Actividad	Grupo	Variable	Técnica	Método	Versión Método	Modelo(s) Equipo(s)	Identificación Equipo	Intervalo de trabajo
1	Determinación	Contaminación acústica	Emisión de Ruido	Instrumental	Resolución MAVDT 0627 de 2006 Anexo 3, Capítulo I	2006	No Aplica	No Aplica	No Aplica
2	Determinación	Contaminación acústica	Ruido Ambiental	Instrumental	Resolución MAVDT 0627 de 2006 Anexo 3, Capítulo II	2006	No Aplica	No Aplica	No Aplica

ARTÍCULO 8. La acreditación relacionada a través del presente Acto Administrativo es personal y no ampara ningún tipo de actividad diferente a las descritas en la presente Resolución, para lo cual la sociedad **SISTEMA AMBIENTAL S.A.S.** identificada con N.I.T. 900.963.520-5, con domicilio en la Calle 34B N.º 81 A - 125, en la ciudad de Medellín en el departamento de Antioquia, deberá dar cumplimiento a cada uno de los compromisos establecidos en el procedimiento del trámite de acreditación del IDEAM.

ARTÍCULO 9. La sociedad **SISTEMA AMBIENTAL S.A.S.** identificada con N.I.T. 900.963.520-5, con domicilio en la Calle 34B N.º 81 A - 125, en la ciudad de Medellín en el departamento de Antioquia, para mantener la acreditación, deberá participar y allegar al IDEAM los informes de resultados de ensayos de aptitud vigentes conforme con lo programado en el Plan de participación en ensayos de aptitud para las matrices/variables/métodos (cuando aplique), según lo establecido en los Artículos 71º y 78º del “Título VIII ENSAYOS DE APTITUD” de la Resolución No. 0104 del 28 de enero de 2022 y en la Política de participación y presentación de ensayos de aptitud de IDEAM.

PARÁGRAFO: La sociedad **SISTEMA AMBIENTAL S.A.S.** identificada con N.I.T. 900.963.520-5, con domicilio en la Calle 34B N.º 81 A - 125, en la ciudad de Medellín en el departamento de Antioquia, beneficiaria de la presente Resolución, deberá allegar al Grupo de Acreditación del IDEAM el plan de participación en ensayos de aptitud debidamente diligenciado y en el formato dispuesto por este Instituto, dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la ejecutoria del presente Acto Administrativo, de conformidad con el Artículo 71º de la Resolución No. 0104 del 28 de enero de 2022, incluyendo la distribución en las respectivas anualidades para las variables contempladas en el alcance de acreditación.

ARTÍCULO 10. En caso de que la sociedad **SISTEMA AMBIENTAL S.A.S.** identificada con N.I.T. 900.963.520-5, con domicilio en la Calle 34B N.º 81 A - 125, en la ciudad de Medellín en el departamento de Antioquia, no cumpla con los términos y condiciones que se relacionan en la presente Resolución, el IDEAM, dará por terminada la acreditación otorgada mediante acto administrativo.

ARTÍCULO 11. La sociedad **SISTEMA AMBIENTAL S.A.S.** identificada con N.I.T. 900.963.520-5, con domicilio en la Calle 34B N.º 81 A - 125, en la ciudad de Medellín en el departamento de Antioquia, beneficiaria de la presente Resolución de continuar interesada en la acreditación, deberá solicitar la Renovación de la acreditación ante este



INSTITUTO DE HIDROLOGÍA, METEOROLOGÍA Y ESTUDIOS AMBIENTALES – IDEAM

RESOLUCIÓN N.º 1144 del 23 de septiembre de 2025

“Por la cual se mantiene la acreditación y amplía el alcance a la sociedad **SISTEMA AMBIENTAL S.A.S.** identificada con N.I.T. 900.963.520-5, para producir información cuantitativa física y química y se toman otras determinaciones.”

Instituto entre los meses once (11) y nueve (9) meses anteriores al vencimiento de la acreditación y su procedencia será evaluada de acuerdo con lo establecido en los Artículos 48º y 49º de la Resolución No. 0104 del 28 de enero de 2022.

ARTÍCULO 12. Por el IDEAM, notificar el presente Acto Administrativo al representante legal, apoderado debidamente constituido y/o a la persona debidamente autorizada por la sociedad **SISTEMA AMBIENTAL S.A.S.** identificada con N.I.T. 900.963.520-5, con domicilio en la Calle 34B N.º 81 A - 125, en la ciudad de Medellín en el departamento de Antioquia, de conformidad con los artículos 67º y 69º del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.


ARTÍCULO 13. En contra del presente Acto Administrativo procede el recurso de reposición, el cual se podrá interponer por su representante o apoderado debidamente constituido, por escrito ante la Subdirectora de Estudios Ambientales del IDEAM dentro de los diez (10) días siguientes a la notificación, de conformidad con lo establecido en los artículos 76º y 77º del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

ARTÍCULO 14. La vigencia de la presente Resolución será la misma de la acreditación que le fue otorgada a la sociedad **SISTEMA AMBIENTAL S.A.S.** identificada con N.I.T. 900.963.520-5 mediante la Resolución N.º 1843 de 26 de agosto de 2022 por un periodo de 4 años hasta el 15 de septiembre de 2026.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D. C., a los 23 días del mes de agosto de 2025

ELIZABETH PATIÑO CORREA
Subdirectora de Estudios Ambientales

	Nombre	Cargo	Firma
Proyectó	Diego Andrés Chavarro Rodríguez	Contratista	
Revisó	Marian Julieth Hernández López	Contratista	
Revisó	Silvia Vanessa Barrera L.	Abogada Grupo de Acreditación.	
Aprobó	Jeison Duván Peñaloza Bejarano	Coordinador	
Aprobó	Gilberto Antonio Ramos Suárez	Jefe Oficina Asesora Jurídica	
Expediente	20236014110003260E		
Radicado	20256010117131		
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales y/o técnicas vigentes y por lo tanto bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma de la Subdirectora de Estudios Ambientales del IDEAM.			

Código: A-GD F031 – V5 - 02/07/2024