


Relatório de adesão ao tratamento

Utilização		21/03/2026 - 19/04/2026
Dias de utilização	27/30 dias (90%)	
>= 4 horas	19 dias (63%)	
< 4 horas	8 dias (27%)	
Horas de utilização	127 horas 19 minutos	
Utilização média (total de dias)	4 horas 15 minutos	
Utilização média (dias de utilização)	4 horas 43 minutos	
Utilização mediana (dias de utilização)	5 horas 2 minutos	
Total de horas de uso (último reset de valores - 19/04/2026)	1,572 horas	

AirSense 10 CPAP	
Número de série	22231696442
Modo	CPAP
Pressão definida	6.4 cmH2O
EPR	Apenas rampa
Nível de EPR	1

Terapia	
Fugas — l/min	Percentil 95.º: 20.5
Eventos por hora	IAH: 0.7


Horas de utilização




Relatório de terapia

AirSense 10 CPAPNS: 22231696442


Utilização (horas)



Fuga (l/min)



Pressão (cmH2O)



IAH (eventos/hora)

