


Relatório de adesão ao tratamento

Utilização		18/02/2026 - 22/02/2026
Dias de utilização	5/5 dias (100%)	
>= 4 horas	5 dias (100%)	
< 4 horas	0 dias (0%)	
Horas de utilização	35 horas 55 minutos	
Utilização média (total de dias)	7 horas 11 minutos	
Utilização média (dias de utilização)	7 horas 11 minutos	
Utilização mediana (dias de utilização)	7 horas 3 minutos	
Total de horas de uso (último reset de valores - 22/02/2026)	4,945 horas	

AirSense 10 AutoSet	
Número de série	22221021276
Modo	AutoSet
Pressão mín.	4 cmH2O
Pressão máx.	10 cmH2O
EPR	Desl.
Resposta	Suave

Terapia				
Pressão — cmH2O	Mediana: 9.5	Percentil 95.º: 10.0	Máximo: 10.0	
Fugas — l/min	Mediana: 1.2	Percentil 95.º: 23.5	Máximo: 39.1	
Eventos por hora	IA: 1.1	IH: 1.2	IAH: 2.3	
Índice de apneia	Central: 0.8	Obstrutiva: 0.1	Desconhecid	0.1
Índice RERA	0.8			
Respiração Cheyne-Stokes (duração média por noite)	0 minutos (0%)			

Horas de utilização




Relatório de terapia


AirSense 10 AutoSet

NS: 22221021276


Utilização (horas)



Fuga (l/min)



Pressão (cmH2O)



IAH (eventos/hora)

