


Relatório de adesão ao tratamento

Utilização		27/02/2026 - 08/03/2026
Dias de utilização	7/10 dias (70%)	
>= 4 horas	0 dias (0%)	
< 4 horas	7 dias (70%)	
Horas de utilização	18 horas 40 minutos	
Utilização média (total de dias)	1 horas 52 minutos	
Utilização média (dias de utilização)	2 horas 40 minutos	
Utilização mediana (dias de utilização)	3 horas 20 minutos	
Total de horas de uso (último reset de valores - 08/03/2026)	2,232 horas	

AirSense 10 AutoSet	
Número de série	22222291891
Modo	AutoSet
Pressão mín.	4 cmH2O
Pressão máx.	6 cmH2O
EPR	Apenas rampa
Nível de EPR	1
Resposta	Padrão

Terapia				
Pressão — cmH2O	Mediana: 5.8	Percentil 95.º: 6.0	Máximo: 6.0	
Fugas — l/min	Mediana: 0.9	Percentil 95.º: 9.6	Máximo: 42.7	
Eventos por hora	IA: 0.5	IH: 0.2	IAH: 0.7	
Índice de apneia	Central: 0.2	Obstrutiva: 0.0	Desconhecid	0.3
Índice RERA	0.3			
Respiração Cheyne-Stokes (duração média por noite)	0 minutos (0%)			

Horas de utilização




Relatório de terapia


AirSense 10 AutoSet

NS: 22222291891


Utilização (horas)



Fuga (l/min)



Pressão (cmH2O)



IAH (eventos/hora)

