


Relatório de adesão ao tratamento

Utilização		19/02/2026 - 25/02/2026
Dias de utilização		4/7 dias (57%)
>= 4 horas		0 dias (0%)
< 4 horas		4 dias (57%)
Horas de utilização		3 horas 6 minutos
Utilização média (total de dias)		27 minutos
Utilização média (dias de utilização)		47 minutos
Utilização mediana (dias de utilização)		55 minutos
Total de horas de uso (último reset de valores - 25/02/2026)		2,213 horas

AirSense 10 AutoSet	
Número de série	22222291891
Modo	AutoSet
Pressão mín.	4 cmH2O
Pressão máx.	10 cmH2O
EPR	Apenas rampa
Nível de EPR	1
Resposta	Suave

Terapia				
Pressão — cmH2O	Mediana: 8.0	Percentil 95.º: 8.5	Máximo: 8.5	
Fugas — l/min	Mediana: 5.4	Percentil 95.º: 22.2	Máximo: 36.0	
Eventos por hora	IA: 1.2	IH: 0.2	IAH: 1.4	
Índice de apneia	Central: 0.0	Obstrutiva: 0.0	Desconhecid	1.2
Índice RERA				2.8
Respiração Cheyne-Stokes (duração média por noite)				0 minutos (0%)

Horas de utilização



Relatório de terapia

AirSense 10 AutoSet

NS: 22222291891

