


Relatório de adesão ao tratamento

Utilização		14/02/2026 - 19/02/2026
Dias de utilização	6/6 dias (100%)	
>= 4 horas	6 dias (100%)	
< 4 horas	0 dias (0%)	
Horas de utilização	45 horas 17 minutos	
Utilização média (total de dias)	7 horas 33 minutos	
Utilização média (dias de utilização)	7 horas 33 minutos	
Utilização mediana (dias de utilização)	7 horas 42 minutos	
Total de horas de uso (último reset de valores - 19/02/2026)	4,363 horas	

AirSense 10 AutoSet	
Número de série	22222039537
Modo	AutoSet
Pressão mín.	4 cmH2O
Pressão máx.	8 cmH2O
EPR	Apenas rampa
Nível de EPR	1
Resposta	Suave

Terapia				
Pressão — cmH2O	Mediana: 6.0	Percentil 95.º: 7.8	Máximo: 7.9	
Fugas — l/min	Mediana: 0.0	Percentil 95.º: 9.4	Máximo: 15.4	
Eventos por hora	IA: 0.4	IH: 0.1	IAH: 0.5	
Índice de apneia	Central: 0.1	Obstrutiva: 0.3	Desconhecid	0.0
Índice RERA	0.0			
Respiração Cheyne-Stokes (duração média por noite)	0 minutos (0%)			

Horas de utilização




Relatório de terapia


AirSense 10 AutoSet

NS: 22222039537


Utilização (horas)



Fuga (l/min)



Pressão (cmH2O)



IAH (eventos/hora)

