


Relatório de adesão ao tratamento

Utilização		21/02/2026 - 27/02/2026
Dias de utilização	7/7 dias (100%)	
>= 4 horas	7 dias (100%)	
< 4 horas	0 dias (0%)	
Horas de utilização	42 horas 45 minutos	
Utilização média (total de dias)	6 horas 6 minutos	
Utilização média (dias de utilização)	6 horas 6 minutos	
Utilização mediana (dias de utilização)	6 horas 4 minutos	
Total de horas de uso (último reset de valores - 27/02/2026)	4,413 horas	

AirSense 10 AutoSet	
Número de série	22222039537
Modo	CPAP
Pressão definida	6 cmH2O
EPR	Apenas rampa
Nível de EPR	1

Terapia				
Fugas — l/min	Mediana: 1.4	Percentil 95.º: 12.5	Máximo: 16.6	
Eventos por hora	IA: 0.3	IH: 0.1	IAH: 0.4	
Índice de apneia	Central: 0.0	Obstrutiva: 0.3	Desconhecid	0.0
Índice RERA	0.1			
Respiração Cheyne-Stokes (duração média por noite)	0 minutos (0%)			

Horas de utilização



Relatório de terapia

AirSense 10 AutoSet

NS: 22222039537

