

Relatório de adesão ao tratamento

Utilização

03/11/2025 - 02/12/2025

Dias de utilização		29/30 dias (97%)	
>= 4 horas		29 dias (97%)	
< 4 horas		0 dias (0%)	
Horas de utilização		213 horas 18 minutos	
Utilização média (total de dias)		7 horas 7 minutos	
Utilização média (dias de utilização)		7 horas 21 minutos	
Utilização mediana (dias de utilização)		7 horas 15 minutos	
Total de horas de uso (último reset de valores - 02/12/2025)		7,396 horas	


AirSense 10 AutoSet

Número de série		22222040925	
Modo		AutoSet	
Pressão mín.		6 cmH2O	
Pressão máx.		9 cmH2O	
EPR		Apenas rampa	
Nível de EPR		2	
Resposta		Suave	

Terapia

Pressão — cmH2O	Mediana: 7.5	Percentil 95.º: 8.8	Máximo: 8.9
Fugas — l/min	Mediana: 0.0	Percentil 95.º: 0.8	Máximo: 3.8
Eventos por hora	IA: 0.1	IH: 0.1	IAH: 0.2
Índice de apneia	Central: 0.1	Obstrutiva: 0.0	Desconhecid 0.0
Índice RERA	0.0		
Respiração Cheyne-Stokes (duração média por noite)		0 minutos (0%)	

Horas de utilização




Relatório de terapia


AirSense 10 AutoSet

NS: 22222040925


Utilização (horas)



Fuga (l/min)



Pressão (cmH2O)



IAH (eventos/hora)

