

22222040925 DN665

RENATO VIANNA SILVA			
MEDICAMENTOS:	nada		
SINTOMAS/QUEIXAS	sonolencia (filhos 4-6 anos)/alergia		
BANHEIRO	1x Desvio já corrigido		
HORA QUE ACORDA	6:30 Quarto: tem lamp l.d.		
HORA QUE DORME	22:30		
PRATICA EXERCICIO	3x semanal		
HORARIO DAS REFEIÇÕES			
CAFE: <u>sim</u>	ALMOÇO: <u>sim</u>	LANCHE:	JANTA: <u>laureiro 19:30</u>
<u>31/10</u> <u>22</u>	$P = 9.3 \text{ cmH}_2\text{O}$ $\text{IAH} = 1.5 \text{ e/l}$ m. de uso: 6h 22' acorda menos. $\downarrow P = \text{max. } 10 \text{ cmH}_2\text{O}$		
<u>01/12</u> <u>22</u>	$P = 8.4 \text{ cmH}_2\text{O}$ $\text{IAH} = 1.7$ m. de uso: 6h 40' $\downarrow P_{\text{max}}$ $\uparrow P_{\text{min}}$		
<u>27/01</u> <u>23</u>	$P = 8.8$ $\text{IAH} = 1.1 \text{ e/l}$ m. de uso: 7h 17' Fuga =		
<u>24/02</u> <u>23</u>	$P = 8.7$ / med. f.5 $\text{IAH} = 1.5$ m. de uso: 6h 38' troco pelo ar mini fuga		
<u>29/03</u> <u>23</u>	$P = 8.9 \text{ cmH}_2\text{O}$ $\text{IAH} = 0.7 \text{ e/l}$ m. de uso: 7h 15' Bem adaptado qua		
<u>29/05</u> <u>23</u>	$P = 8.0 \text{ cmH}_2\text{O}$ $\text{IAH} = 0.3 \text{ e/l}$ m. de uso: 7h Fuga = 0.0 l/min. Bem adaptado, s/ sonolencia.		
	$P = 6-9$ m. de uso: 7h 34' $\text{IAH} = 0.4 \text{ e/l}$ Fuga = 0.4 e/l		
<u>10/10/23</u>	$P = 6-9 \text{ cmH}_2\text{O}$ $\text{IAH} = 0.4 \text{ e/l}$ m. de uso: 7h 15' -P mediana = 7.8 cmH ₂ O P ew. 95: 8.5 cmH ₂ O Bem adaptado		

19/02 $P = 7.4 \text{ cm}^2/\text{h}$
IAH = 0.4 e/h
m. de uso: 7h32'

Sua

29/04 $P = 7.7 \text{ cm}^2/\text{h}$
IAH = 0.3 e/h
m. de uso: 7h20'

01/07 $P = 8.0$
IAH = 0.2 e/h
m. de uso: 8h

Testar
o pruned

Que

02/10/24 $P = 7.9 \text{ cm}^2/\text{h}$ (med)
IAH = 0.3 e/h
m. de uso: 7h33'
fuga: 0.4 l/min.

Auto 6 a 9 cm/h

Bem adaptado

Silvia

10/01/2025 $P = 7.9 \text{ cm}^2/\text{h}$ $P_{50} = 8.8 \text{ cm}^2/\text{h}$
IAH = 0.2 e/h
m. de uso: 7h38 min
fuga: 1.2 l/min.

novos filio e tubo

* novos marca *
Drem Wear (S).

Silvia

09/04/25 $P_{mediana} = 7.3 \text{ cm}^2/\text{h}$ $P_{50} = 8.6 \text{ cm}^2/\text{h}$
IAH = 0.2 e/h
m. de uso: 7h7'
fuga: 0.9 l/min

Bem adaptado

S/ queixas
Natalia

23/07/25 $P_{med} = 7.8 \text{ cm}^2/\text{h}$ Percentil: 8.8 cm/h
IAH = 0.2 e/h
m. de uso: 7h36 min.
fuga: 0.3 l/min.

Bem Adaptado

Silvia

CLÍNICO

DR. ALBERTO REMESAR

DR. ALBERTO JORGE REMESAR LÓPEZ

DRª. ELITÂNIA MARINHO PONTES

PSIQUIATRIA

CRM-SP 69730

CRM-SP 62.858

LAUDO DO EXAME DO SONO COM O APNEALINK AIR®

NOME: Renato Vianna Silva

SOLICITADO POR: Dra. Fernanda Bairão Cintra

DATA: 09/09/2022

IDADE: 38 anos

Comentários:

Exame realizado em domicílio e iniciado às 23h04min e concluído às 05h54min.

O índice de apneia/hipopneia (IAH) foi de 19,5/hora, sendo 2,5 apneia/hora e 17,1 hipopneia/hora. O indicador de risco (IR) foi de 23,6 (o IR considerado normal é menor que 5). O índice de dessaturação de oxigênio (IDO) foi 17,4 (o IDO considerado normal é menor que 5). A saturação basal da oxi-hemoglobina foi de 95%, sendo a média de 92% e a mínima de 86%.

As frequências cardíacas foram: mínima: 52; máxima: 117 bpm.

Proporção de períodos de respiração de Cheyne-Stokes (RCS ou CRS em inglês): 0% (o valor normal é 0%).

• CONCLUSÃO:

Registraram-se aumentos moderados do índice de apneia/hipopneia (19,5/hora; índice moderado: 15 a 30/hora) e do indicador de risco (23,6), e dessaturações da oxi-hemoglobina (índice de dessaturação de oxigênio: 17,4) sendo várias acentuadas.

Registraram-se limitações do fluxo durante o sono, sendo a maioria delas sem o registro de ronco (1780 limitações do fluxo sem ronco e 8 limitações do fluxo com ronco).

Registro de eventos de ronco durante o exame. Registraram-se 111 eventos de resson (16 eventos por hora de sono).

Ausência de respiração de Cheyne-Stokes.

Alberto Jorge Remesar López

Dr. Alberto Jorge Remesar Lopez
CRM 69730 – RQE 40178

Dr. Alberto Jorge Remesar Lopez
Diretor Técnico Médico
CRM-SP 69.730