

Data de nasc:	29/06/1976	Organização:	FARIA E MATOS COMERCIO DE...	Intervalo de datas:	19/03/2026 - 17/04/2026
Referência:		Morada:	RUA SANTA ELZA, 418 VILA ADYANA	Data de configuração:	21/02/2026
ID do paciente:	CLODOALDORODRIGUE...		São José dos Campos, SP 12243690	Máscara:	
Telefone:				App vinculado:	
Telefone:					
Dispositivos:	DreamStation Auto CPAP com Auto-Trial V1.1.8.3313 (504X180) J366921962DEA				

Equipa de cuidados médicos

MATOS E FARIA, ANA CLAUDIA	FARIA E MATOS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTD	RUA SANTA ELZA, 418 VILA ADYANA, São José dos Campos - SP, 12243690, BRA
----------------------------	--	--

Informações de aderência à terapêutica 19/03/2026 - 17/04/2026



Resumo de aderência à terapêutica

Intervalo de datas	19/03/2026 - 17/04/2026 (30 dias)
Dias com uso do aparelho	30 dias
Dias sem uso do aparelho	0 dias
Porcentagem de dias com uso do aparelho	100,0%
Uso acumulado	6 dias 14horas. 1 min. 23 segundos.
Uso máximo (1 dia)	7horas. 56 min. 17 segundos.
Média de uso (todos os dias)	5horas. 16 min. 2 segundos.
Média de uso (dias de uso)	5horas. 16 min. 2 segundos.
Uso mínimo (1 dia)	2horas. 26 min. 50 segundos.
Porcentagem de dias com uso >= 4 horas	83,3%
Porcentagem de dias com uso < 4 horas	16,7%
Tempo total com soprador	6 dias 15horas. 59 min. 11 segundos.

Resumo CPAP

Média do tempo em vazamento grande por dia	2 min. 18 segundos.
Média de IAH	1,4
Pressão CPAP	9,0 cmH2O


Definições do Dispositivo a partir de 17/04/2026

Modo do aparelho CPAP - C-Flex+

Configurações do dispositivo

Parâmetro	Valor
Auto-Trial	Desativado
Pressão CPAP	9 cmH2O
Configuração C-Flex+	1
Bloqueio C-Flex+	Desativado
Desativação automática	Ativado
Ativação automática	Ativado
Exibir telas opcionais	Ativado
Tipo de rampa	SmartRamp
Tempo de rampa	5 minutos
Pressão inicial de rampa	6,0 cmH2O
Resistência da máscara	Desativado
Trava da resistência da máscara	Desativado
Tipo de tubo	15
Trava do tipo de tubo	Desativado
EZ-Start	Desativado
Temperatura do tubo	3
Umidificador	4
Modo de umidificação na conexão do tubo aquecido	Adaptável

Horas de uso



Ajustes de umidificação do aparelho

■ Adaptável

