


Relatório de adesão ao tratamento

Utilização		17/04/2026 - 08/05/2026
Dias de utilização	20/22 dias (91%)	
>= 4 horas	20 dias (91%)	
< 4 horas	0 dias (0%)	
Horas de utilização	155 horas 54 minutos	
Utilização média (total de dias)	7 horas 5 minutos	
Utilização média (dias de utilização)	7 horas 48 minutos	
Utilização mediana (dias de utilização)	7 horas 44 minutos	
Total de horas de uso (último reset de valores - 08/05/2026)	6,858 horas	

AirSense 10 AutoSet	
Número de série	22222291907
Modo	CPAP
Pressão definida	6.8 cmH2O
EPR	Apenas rampa
Nível de EPR	2

Terapia				
Fugas — l/min	Mediana: 0.1	Percentil 95.º: 6.3	Máximo: 12.2	
Eventos por hora	IA: 1.0	IH: 1.3	IAH: 2.3	
Índice de apneia	Central: 0.5	Obstrutiva: 0.5	Desconhecid	0.0
Índice RERA	0.3			
Respiração Cheyne-Stokes (duração média por noite)	0 minutos (0%)			

Horas de utilização




Relatório de terapia


AirSense 10 AutoSet

NS: 22222291907


Utilização (horas)



Fuga (l/min)



Pressão (cmH2O)



IAH (eventos/hora)

