


Relatório de adesão ao tratamento

Utilização		23/02/2026 - 01/03/2026
Dias de utilização		7/7 dias (100%)
>= 4 horas		7 dias (100%)
< 4 horas		0 dias (0%)
Horas de utilização		60 horas 30 minutos
Utilização média (total de dias)		8 horas 39 minutos
Utilização média (dias de utilização)		8 horas 39 minutos
Utilização mediana (dias de utilização)		8 horas 30 minutos
Total de horas de uso (último reset de valores - 01/03/2026)		2,371 horas

AirSense 10 AutoSet	
Número de série	22232882368
Modo	AutoSet
Pressão mín.	4 cmH2O
Pressão máx.	8 cmH2O
EPR	Apenas rampa
Nível de EPR	1
Resposta	Padrão

Terapia				
Pressão — cmH2O	Mediana: 7.8	Percentil 95.º: 7.9	Máximo: 7.9	
Fugas — l/min	Mediana: 0.0	Percentil 95.º: 15.8	Máximo: 30.7	
Eventos por hora	IA: 2.7	IH: 1.1	IAH: 3.8	
Índice de apneia	Central: 2.3	Obstrutiva: 0.2	Desconhecid	0.1
Índice RERA				0.5
Respiração Cheyne-Stokes (duração média por noite)				0 minutos (0%)

Horas de utilização



Relatório de terapia

AirSense 10 AutoSet

NS: 22232882368

