


Relatório de adesão ao tratamento

Utilização		09/03/2026 - 15/03/2026
Dias de utilização	6/7 dias (86%)	
>= 4 horas	6 dias (86%)	
< 4 horas	0 dias (0%)	
Horas de utilização	44 horas 50 minutos	
Utilização média (total de dias)	6 horas 24 minutos	
Utilização média (dias de utilização)	7 horas 28 minutos	
Utilização mediana (dias de utilização)	7 horas 21 minutos	
Total de horas de uso (último reset de valores - 15/03/2026)	3,095 horas	

AirSense 10 AutoSet	
Número de série	22222292555
Modo	CPAP
Pressão definida	7.8 cmH2O
EPR	Apenas rampa
Nível de EPR	1

Terapia				
Fugas — l/min	Mediana: 10.2	Percentil 95.º: 34.6	Máximo: 91.8	
Eventos por hora	IA: 6.8	IH: 3.9	IAH: 10.7	
Índice de apneia	Central: 0.4	Obstrutiva: 4.1	Desconhecid	2.3
Índice RERA	3.3			
Respiração Cheyne-Stokes (duração média por noite)	10 minutos (2%)			

Horas de utilização




Relatório de terapia


AirSense 10 AutoSet

NS: 22222292555


Utilização (horas)



Fuga (l/min)



Pressão (cmH2O)



IAH (eventos/hora)

