


Relatório de adesão ao tratamento

Utilização		23/03/2026 - 29/03/2026
Dias de utilização	5/7 dias (71%)	
>= 4 horas	1 dias (14%)	
< 4 horas	4 dias (57%)	
Horas de utilização	16 horas 36 minutos	
Utilização média (total de dias)	2 horas 22 minutos	
Utilização média (dias de utilização)	3 horas 19 minutos	
Utilização mediana (dias de utilização)	2 horas 23 minutos	
Total de horas de uso (último reset de valores - 29/03/2026)	3,640 horas	

AirSense 10 AutoSet	
Número de série	22232347611
Modo	CPAP
Pressão definida	5.4 cmH2O
EPR	Desl.

Terapia				
Fugas — l/min	Mediana: 0.2	Percentil 95.º: 5.3	Máximo: 10.1	
Eventos por hora	IA: 0.5	IH: 0.2	IAH: 0.7	
Índice de apneia	Central: 0.1	Obstrutiva: 0.4	Desconhecid	0.0
Índice RERA	0.2			
Respiração Cheyne-Stokes (duração média por noite)	0 minutos (0%)			

Horas de utilização



Relatório de terapia

AirSense 10 AutoSet

NS: 22232347611

Utilização (horas)

