

ROTTA, RENATO FRANCISCO

Relatório de resumo

Data de nasc:	03/04/1965	Organização:	FARIA E MATOS COMERCIO DE...	Intervalo de datas:	11/01/2026 - 09/02/2026
Referência:		Morada:	RUA SANTA ELZA, 418 VILA ADYANA São José dos Campos, SP 12243690	Data de configuração:	08/08/2024
ID do paciente:	RENATO FRANCISCOR...			Máscara:	
Telefone:				App vinculado:	
Telefone:					
Dispositivos:	DreamStation Auto CPAP com Auto-Trial V1.1.8.3313 (504X180) J366921805104				

Equipa de cuidados médicos

MATOS E FARIA, ANA CLAUDIA	FARIA E MATOS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTD	RUA SANTA ELZA, 418 VILA ADYANA, São José dos Campos - SP, 12243690, BRA
----------------------------	--	--

Informações de aderência à terapêutica 11/01/2026 - 09/02/2026

Resumo de aderência à terapêutica

Intervalo de datas	11/01/2026 - 09/02/2026 (30 dias)
Dias com uso do aparelho	7 dias
Dias sem uso do aparelho	23 dias
Porcentagem de dias com uso do aparelho	23,3%
Uso acumulado	1 dia 19horas. 16 min. 10 segundos.
Uso máximo (1 dia)	9horas. 41 segundos.
Média de uso (todos os dias)	1horas. 26 min. 32 segundos.
Média de uso (dias de uso)	6horas. 10 min. 52 segundos.
Uso mínimo (1 dia)	2horas. 46 min. 23 segundos.
Porcentagem de dias com uso >= 4 horas	16,7%
Porcentagem de dias com uso < 4 horas	83,3%
Tempo total com soprador	1 dia 19horas. 16 min. 13 segundos.

Resumo CPAP

Média do tempo em vazamento grande por dia	21 min. 26 segundos.
Média de IAH	2,6
Pressão CPAP	7,5 cmH2O



Definições do Dispositivo a partir de 09/02/2026

Modo do aparelho CPAP - Nenhum

Configurações do dispositivo

Parâmetro	Valor
Auto-Trial	Desativado
Pressão CPAP	7,5 cmH2O
Bloqueio Flex	Desativado
Desativação automática	Desativado
Ativação automática	Ativado
Exibir telas opcionais	Ativado
Tipo de rampa	SmartRamp
Tempo de rampa	5 minutos
Pressão inicial de rampa	4,0 cmH2O
Resistência da máscara	Desativado
Trava da resistência da máscara	Desativado
Tipo de tubo	15
Trava do tipo de tubo	Desativado
EZ-Start	Desativado
Temperatura do tubo	3
Umidificador	Desativado
Modo de umidificação na conexão do tubo aquecido	Adaptável

Horas de uso



Ajustes de umidificação do aparelho

■ Adaptável

