


Relatório de adesão ao tratamento

Utilização		07/03/2026 - 11/03/2026
Dias de utilização	4/5 dias (80%)	
>= 4 horas	3 dias (60%)	
< 4 horas	1 dias (20%)	
Horas de utilização	23 horas 30 minutos	
Utilização média (total de dias)	4 horas 42 minutos	
Utilização média (dias de utilização)	5 horas 53 minutos	
Utilização mediana (dias de utilização)	6 horas 27 minutos	
Total de horas de uso (último reset de valores - 11/03/2026)	2,843 horas	

AirSense 10 AutoSet	
Número de série	22232882350
Modo	CPAP
Pressão definida	5.4 cmH2O
EPR	Apenas rampa
Nível de EPR	1

Terapia				
Fugas — l/min	Mediana: 0.6	Percentil 95.º: 12.6	Máximo: 78.9	
Eventos por hora	IA: 3.0	IH: 0.9	IAH: 3.9	
Índice de apneia	Central: 1.4	Obstrutiva: 1.2	Desconhecid	0.4
Índice RERA	0.5			
Respiração Cheyne-Stokes (duração média por noite)	0 minutos (0%)			

Horas de utilização




Relatório de terapia


AirSense 10 AutoSet

NS: 22232882350


Utilização (horas)



Fuga (l/min)



Pressão (cmH2O)



IAH (eventos/hora)

