


Relatório de adesão ao tratamento

Utilização		22/03/2026 - 28/03/2026
Dias de utilização	5/7 dias (71%)	
>= 4 horas	3 dias (43%)	
< 4 horas	2 dias (29%)	
Horas de utilização	19 horas 19 minutos	
Utilização média (total de dias)	2 horas 46 minutos	
Utilização média (dias de utilização)	3 horas 52 minutos	
Utilização mediana (dias de utilização)	4 horas 44 minutos	
Total de horas de uso (último reset de valores - 28/03/2026)	2,888 horas	

AirSense 10 AutoSet	
Número de série	22232882350
Modo	CPAP
Pressão definida	5.4 cmH2O
EPR	Apenas rampa
Nível de EPR	1

Terapia				
Fugas — l/min	Mediana: 0.2	Percentil 95.º: 13.0	Máximo: 56.9	
Eventos por hora	IA: 1.8	IH: 0.5	IAH: 2.3	
Índice de apneia	Central: 0.9	Obstrutiva: 0.7	Desconhecid	0.2
Índice RERA	0.5			
Respiração Cheyne-Stokes (duração média por noite)	0 minutos (0%)			

Horas de utilização




Relatório de terapia


AirSense 10 AutoSet

NS: 22232882350


Utilização (horas)



Fuga (l/min)



Pressão (cmH2O)



IAH (eventos/hora)

