


Relatório de adesão ao tratamento

Utilização		03/03/2026 - 08/03/2026
Dias de utilização	6/6 dias (100%)	
>= 4 horas	5 dias (83%)	
< 4 horas	1 dias (17%)	
Horas de utilização	43 horas 38 minutos	
Utilização média (total de dias)	7 horas 16 minutos	
Utilização média (dias de utilização)	7 horas 16 minutos	
Utilização mediana (dias de utilização)	8 horas 13 minutos	
Total de horas de uso (último reset de valores - 08/03/2026)	5,395 horas	

AirSense 10 AutoSet	
Número de série	22221801394
Modo	AutoSet
Pressão mín.	4 cmH2O
Pressão máx.	7 cmH2O
EPR	Desl.
Resposta	Padrão

Terapia				
Pressão — cmH2O	Mediana: 6.1	Percentil 95.º: 7.0	Máximo: 7.0	
Fugas — l/min	Mediana: 21.8	Percentil 95.º: 47.0	Máximo: 60.4	
Eventos por hora	IA: 2.1	IH: 0.7	IAH: 2.8	
Índice de apneia	Central: 0.8	Obstrutiva: 1.2	Desconhecid	0.0
Índice RERA	0.2			
Respiração Cheyne-Stokes (duração média por noite)	0 minutos (0%)			

Horas de utilização




Relatório de terapia


AirSense 10 AutoSet

NS: 22221801394


Utilização (horas)



Fuga (l/min)



Pressão (cmH2O)



IAH (eventos/hora)

