


Relatório de adesão ao tratamento

Utilização		06/03/2026 - 08/03/2026
Dias de utilização	3/3 dias (100%)	
>= 4 horas	2 dias (67%)	
< 4 horas	1 dias (33%)	
Horas de utilização	16 horas 51 minutos	
Utilização média (total de dias)	5 horas 37 minutos	
Utilização média (dias de utilização)	5 horas 37 minutos	
Utilização mediana (dias de utilização)	5 horas 44 minutos	
Total de horas de uso (último reset de valores - 08/03/2026)	5,387 horas	

AirSense 10 AutoSet	
Número de série	22221801394
Modo	AutoSet
Pressão mín.	4 cmH2O
Pressão máx.	7 cmH2O
EPR	Desl.
Resposta	Padrão

Terapia				
Pressão — cmH2O	Mediana: 5.7	Percentil 95.º: 7.0	Máximo: 7.0	
Fugas — l/min	Mediana: 16.0	Percentil 95.º: 41.2	Máximo: 58.0	
Eventos por hora	IA: 2.1	IH: 1.3	IAH: 3.4	
Índice de apneia	Central: 1.0	Obstrutiva: 0.9	Desconhecid	0.1
Índice RERA	0.2			
Respiração Cheyne-Stokes (duração média por noite)	0 minutos (0%)			

Horas de utilização




Relatório de terapia


AirSense 10 AutoSet

NS: 22221801394


Utilização (horas)



Fuga (l/min)



Pressão (cmH2O)



IAH (eventos/hora)

