


Relatório de adesão ao tratamento

Utilização		06/03/2026 - 07/03/2026
Dias de utilização	2/2 dias (100%)	
>= 4 horas	2 dias (100%)	
< 4 horas	0 dias (0%)	
Horas de utilização	17 horas 23 minutos	
Utilização média (total de dias)	8 horas 42 minutos	
Utilização média (dias de utilização)	8 horas 42 minutos	
Utilização mediana (dias de utilização)	8 horas 42 minutos	
Total de horas de uso (último reset de valores - 07/03/2026)	2,497 horas	

AirSense 10 AutoSet	
Número de série	22231653865
Modo	AutoSet
Pressão mín.	4 cmH2O
Pressão máx.	10 cmH2O
EPR	Desl.
Resposta	Padrão

Terapia				
Pressão — cmH2O	Mediana: 8.2	Percentil 95.º: 10.0	Máximo: 10.0	
Fugas — l/min	Mediana: 0.0	Percentil 95.º: 12.6	Máximo: 28.2	
Eventos por hora	IA: 0.4	IH: 0.0	IAH: 0.4	
Índice de apneia	Central: 0.2	Obstrutiva: 0.2	Desconhecid	0.0
Índice RERA	0.1			
Respiração Cheyne-Stokes (duração média por noite)	0 minutos (0%)			

Horas de utilização



Relatório de terapia


AirSense 10 AutoSet

NS: 22231653865

Utilização (horas)

Dias de utilização2/2 (100 %)
>= 4 horas dias2 (100 %)
< 4 horas dias0 (0 %)
Dias sem utilização0 (0 %)
Dias sem dados0 (0 %)


Utilização/dia (méd.)8,7 h



Fuga (l/min)

Limite definido24,0 L/min

Máximo (méd.)28,2
% 95.º (méd.)12,6
Mediana (méd.)0,0




Pressão (cmH2O)

ModoAutoSet
Definir EPRDesl.

Definir pressão máx.10,0
Definir pressão mín.4,0

Máximo (méd.)10,0
% 95.º (méd.)10,0
Mediana (méd.)8,2



IAH (eventos/hora)

IAH0.4
IH0.0
IA0.4
IAC0.2
IAO0.2
IAD0.0
RERA0.0
%RCS (méd.)0.0

