


Relatório de adesão ao tratamento

Utilização		03/03/2026 - 08/03/2026
Dias de utilização	6/6 dias (100%)	
>= 4 horas	6 dias (100%)	
< 4 horas	0 dias (0%)	
Horas de utilização	43 horas 56 minutos	
Utilização média (total de dias)	7 horas 19 minutos	
Utilização média (dias de utilização)	7 horas 19 minutos	
Utilização mediana (dias de utilização)	7 horas 34 minutos	
Total de horas de uso (último reset de valores - 08/03/2026)	2,502 horas	

AirSense 10 AutoSet	
Número de série	22231653865
Modo	AutoSet
Pressão mín.	4 cmH2O
Pressão máx.	10 cmH2O
EPR	Desl.
Resposta	Padrão

Terapia				
Pressão — cmH2O	Mediana: 8.3	Percentil 95.º: 9.9	Máximo: 10.0	
Fugas — l/min	Mediana: 0.0	Percentil 95.º: 11.4	Máximo: 29.8	
Eventos por hora	IA: 0.7	IH: 0.2	IAH: 0.9	
Índice de apneia	Central: 0.4	Obstrutiva: 0.2	Desconhecid	0.0
Índice RERA	0.1			
Respiração Cheyne-Stokes (duração média por noite)	0 minutos (0%)			

Horas de utilização



Relatório de terapia

AirSense 10 AutoSet

NS: 22231653865

Utilização (horas)

Dias de utilização**6/6 (100 %)**

>= 4 horas dias

6 (100 %)


< 4 horas dias

0 (0 %)

Dias sem utilização**0 (0 %)**

Dias sem dados**0 (0 %)**

Utilização/dia (méd.)**7,3 h**




Fuga (l/min)

Limite definido**24,0 L/min**

Máximo (méd.)**29,8**

% 95.º (méd.)**11,4**

Mediana (méd.)**0,0**



Pressão (cmH2O)

Modo**AutoSet**

Definir EPR**Desl.**


Definir pressão máx.**10,0**

Definir pressão mín.**4,0**

Máximo (méd.)**10,0**

% 95.º (méd.)**9,9**

Mediana (méd.)**8,3**



IAH (eventos/hora)

IAH ☐

IH ☐

IA ☐

IAC**0,4**

IAO**0,2**

IAD**0,0**

RERA**0,0**

%RCS (méd.)**0,0**

