


Relatório de adesão ao tratamento

Utilização		12/01/2026 - 10/02/2026
Dias de utilização	27/30 dias (90%)	
>= 4 horas	23 dias (77%)	
< 4 horas	4 dias (13%)	
Horas de utilização	168 horas 15 minutos	
Utilização média (total de dias)	5 horas 37 minutos	
Utilização média (dias de utilização)	6 horas 14 minutos	
Utilização mediana (dias de utilização)	6 horas 42 minutos	
Total de horas de uso (último reset de valores - 10/02/2026)	7,103 horas	

AirMini AutoSet	
Número de série	22221574340
Modo	AutoSet
Pressão mín.	5 cmH2O
Pressão máx.	10 cmH2O
EPR	Apenas rampa
Nível de EPR	1
Resposta	Padrão

Terapia				
Pressão — cmH2O	Mediana: 6.1	Percentil 95.º: 8.1	Máximo: 8.9	
Fugas — l/min	Mediana: 28.9	Percentil 95.º: 44.0	Máximo: 52.0	
Eventos por hora	IA: 5.1	IH: 0.4	IAH: 5.5	
Índice de apneia	Central: 1.2	Obstrutiva: 0.7	Desconhecid	3.1
Índice RERA	1.1			
Respiração Cheyne-Stokes (duração média por noite)	0 minutos (0%)			

Horas de utilização



Relatório de terapia

AirMini AutoSet

NS: 22221574340

