


Relatório de adesão ao tratamento

Utilização		06/03/2026 - 08/03/2026
Dias de utilização	3/3 dias (100%)	
>= 4 horas	3 dias (100%)	
< 4 horas	0 dias (0%)	
Horas de utilização	37 horas 26 minutos	
Utilização média (total de dias)	12 horas 29 minutos	
Utilização média (dias de utilização)	12 horas 29 minutos	
Utilização mediana (dias de utilização)	11 horas 55 minutos	
Total de horas de uso (último reset de valores - 08/03/2026)	5,046 horas	

AirSense 10 AutoSet	
Número de série	22221021276
Modo	CPAP
Pressão definida	5.4 cmH2O
EPR	Desl.

Terapia				
Fugas — l/min	Mediana: 26.8	Percentil 95.º: 43.2	Máximo: 49.2	
Eventos por hora	IA: 5.5	IH: 0.3	IAH: 5.8	
Índice de apneia	Central: 0.8	Obstrutiva: 2.3	Desconhecid	2.4
Índice RERA	1.8			
Respiração Cheyne-Stokes (duração média por noite)	0 minutos (0%)			

Horas de utilização



Relatório de terapia

AirSense 10 AutoSet

NS: 22221021276

