


Relatório de adesão ao tratamento

Utilização		04/03/2026 - 11/03/2026
Dias de utilização	8/8 dias (100%)	
>= 4 horas	7 dias (88%)	
< 4 horas	1 dias (13%)	
Horas de utilização	50 horas 11 minutos	
Utilização média (total de dias)	6 horas 16 minutos	
Utilização média (dias de utilização)	6 horas 16 minutos	
Utilização mediana (dias de utilização)	7 horas 14 minutos	
Total de horas de uso (último reset de valores - 11/03/2026)	2,421 horas	

AirSense 10 AutoSet	
Número de série	22232882368
Modo	AutoSet
Pressão mín.	4 cmH2O
Pressão máx.	7.6 cmH2O
EPR	Apenas rampa
Nível de EPR	1
Resposta	Padrão

Terapia				
Pressão — cmH2O	Mediana: 5.9	Percentil 95.º: 7.2	Máximo: 8.0	
Fugas — l/min	Mediana: 11.9	Percentil 95.º: 34.5	Máximo: 51.2	
Eventos por hora	IA: 1.5	IH: 0.7	IAH: 2.2	
Índice de apneia	Central: 0.3	Obstrutiva: 0.8	Desconhecid	0.4
Índice RERA	1.2			
Respiração Cheyne-Stokes (duração média por noite)	0 minutos (0%)			

Horas de utilização



Relatório de terapia

AirSense 10 AutoSet

NS: 22232882368

