


Relatório de adesão ao tratamento

Utilização		04/03/2026 - 05/03/2026
Dias de utilização		2/2 dias (100%)
>= 4 horas		2 dias (100%)
< 4 horas		0 dias (0%)
Horas de utilização		14 horas 45 minutos
Utilização média (total de dias)		7 horas 23 minutos
Utilização média (dias de utilização)		7 horas 23 minutos
Utilização mediana (dias de utilização)		7 horas 23 minutos
Total de horas de uso (último reset de valores - 05/03/2026)		2,385 horas

AirSense 10 AutoSet	
Número de série	22232882368
Modo	AutoSet
Pressão mín.	4 cmH2O
Pressão máx.	12 cmH2O
EPR	Apenas rampa
Nível de EPR	1
Resposta	Padrão

Terapia				
Pressão — cmH2O	Mediana: 7.4	Percentil 95.º: 10.1	Máximo: 11.0	
Fugas — l/min	Mediana: 10.8	Percentil 95.º: 39.6	Máximo: 65.4	
Eventos por hora	IA: 2.7	IH: 1.3	IAH: 4.0	
Índice de apneia	Central: 0.9	Obstrutiva: 1.7	Desconhecid	0.1
Índice RERA				1.1
Respiração Cheyne-Stokes (duração média por noite)				0 minutos (0%)

Horas de utilização




Relatório de terapia


AirSense 10 AutoSet

NS: 22232882368


Utilização (horas)



Fuga (l/min)



Pressão (cmH2O)



IAH (eventos/hora)

