


Relatório de adesão ao tratamento

Utilização		26/08/2025 - 14/09/2025
Dias de utilização	19/20 dias (95%)	
>= 4 horas	19 dias (95%)	
< 4 horas	0 dias (0%)	
Horas de utilização	117 horas 39 minutos	
Utilização média (total de dias)	5 horas 53 minutos	
Utilização média (dias de utilização)	6 horas 12 minutos	
Utilização mediana (dias de utilização)	6 horas 7 minutos	
Total de horas de uso (último reset de valores - 14/09/2025)	2,557 horas	

AirSense 10 AutoSet	
Número de série	22222315969
Modo	CPAP
Pressão definida	9.6 cmH2O
EPR	Apenas rampa
Nível de EPR	1

Terapia				
Fugas — l/min	Mediana: 6.4	Percentil 95.º: 30.9	Máximo: 41.8	
Eventos por hora	IA: 0.2	IH: 0.5	IAH: 0.7	
Índice de apneia	Central: 0.1	Obstrutiva: 0.0	Desconhecid	0.0
Índice RERA	1.6			
Respiração Cheyne-Stokes (duração média por noite)	0 minutos (0%)			

Horas de utilização




Relatório de terapia


AirSense 10 AutoSet

NS: 22222315969


Utilização (horas)



Fuga (l/min)



Pressão (cmH2O)



IAH (eventos/hora)

