


Relatório de adesão ao tratamento

Utilização		27/07/2025 - 25/08/2025	
Dias de utilização		30/30 dias (100%)	
>= 4 horas		29 dias (97%)	
< 4 horas		1 dias (3%)	
Horas de utilização		187 horas 52 minutos	
Utilização média (total de dias)		6 horas 16 minutos	
Utilização média (dias de utilização)		6 horas 16 minutos	
Utilização mediana (dias de utilização)		6 horas 24 minutos	
Total de horas de uso (último reset de valores - 25/08/2025)		2,440 horas	
AirSense 10 AutoSet			
Número de série		22222315969	
Modo		AutoSet	
Pressão mín.		6 cmH2O	
Pressão máx.		10 cmH2O	
EPR		Apenas rampa	
Nível de EPR		1	
Resposta		Suave	
Terapia			
Pressão — cmH2O	Mediana: 9.8	Percentil 95.º: 10.0	Máximo: 10.0
Fugas — l/min	Mediana: 4.0	Percentil 95.º: 30.7	Máximo: 38.2
Eventos por hora	IA: 0.3	IH: 0.4	IAH: 0.7
Índice de apneia	Central: 0.2	Obstrutiva: 0.0	Desconhecid 0.0
Índice RERA	1.0		
Respiração Cheyne-Stokes (duração média por noite)			0 minutos (0%)

Horas de utilização




Relatório de terapia


AirSense 10 AutoSet

NS: 22222315969


Utilização (horas)



Fuga (l/min)



Pressão (cmH2O)



IAH (eventos/hora)

