


Relatório de adesão ao tratamento

Utilização		12/03/2026 - 16/03/2026
Dias de utilização	5/5 dias (100%)	
>= 4 horas	5 dias (100%)	
< 4 horas	0 dias (0%)	
Horas de utilização	33 horas 16 minutos	
Utilização média (total de dias)	6 horas 39 minutos	
Utilização média (dias de utilização)	6 horas 39 minutos	
Utilização mediana (dias de utilização)	7 horas 27 minutos	
Total de horas de uso (último reset de valores - 16/03/2026)	735 horas	

AirSense 10 AutoSet	
Número de série	22222041549
Modo	CPAP
Pressão definida	11.4 cmH2O
EPR	Apenas rampa
Nível de EPR	1

Terapia				
Fugas — l/min	Mediana: 0.5	Percentil 95.º: 25.7	Máximo: 45.4	
Eventos por hora	IA: 0.1	IH: 0.6	IAH: 0.7	
Índice de apneia	Central: 0.0	Obstrutiva: 0.1	Desconhecid	0.0
Índice RERA	0.4			
Respiração Cheyne-Stokes (duração média por noite)	0 minutos (0%)			

Horas de utilização



Relatório de terapia


AirSense 10 AutoSet

NS: 22222041549

Utilização (horas)

Dias de utilização**5/5 (100 %)**
>= 4 horas dias**5 (100 %)**
< 4 horas dias**0 (0 %)**
Dias sem utilização**0 (0 %)**
Dias sem dados**0 (0 %)**


Utilização/dia (méd.)**6,7 h**



Fuga (l/min)

Limite definido**24,0 L/min**


Máximo (méd.)**45,4**
% 95.º (méd.)**25,7**
Mediana (méd.)**0,5**



Pressão (cmH2O)

Modo**CPAP**
Definir EPR**Apenas rampa,**
1.0

Pressão definida**11,4**



IAH (eventos/hora)

IAH ☐**0.7**
IH ☐**0.6**
IA ☐**0.1**
IAC**0,0**
IAO**0,1**
IAD**0,0**
RERA**0,4**
%RCS (méd.)**0.0**

